



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
pracovisko: Račianska 72, 831 02 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OCOaN/531833/2018

Vybavuje/linka
Mgr. Havelková/355

Bratislava
19.09.2018

Vec

Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 2 – „5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek“

Verejný obstarávateľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet podlimitnej zákazky **„5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek“** uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 157/2018 pod značkou 11280-WYT zo dňa 09.08.2018.

V súlade s § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ zasiela nasledovné stanovisko k žiadosti o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ významovo ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Otázka č. 1:

„Verejný obstarávateľ v časti B. Opis predmetu zákazky pri predmete ručný batériou napájaný röntgenový prístroj požaduje „8 fyzicky predradených filtrov röntgenky.“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať 6 automatických predradených filtrov röntgenky? Podľa náš výrobcu tento rozdiel je zanedbateľný a nepredstavuje žiadnu významnú zmenu pri analýze vzoriek.“

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať 6 filtrov a trvá na minimálne 8 filtroch a to hlavne z dôvodu rozsahu plánovaného využitia a potrebných kalibrácií prístroja (všetky požadované kalibrácie používajú rôzne kombinácie z 8 požadovaných filtrov na dosiahnutie optimálnych parametrov).

Otázka č. 2:

„Verejný obstarávateľ v časti B. Opis predmetu zákazky pri predmete ručný batériou napájaný röntgenový prístroj požaduje „integrovateľný digitálny barometer.“

Podľa nášho výrobcu je barometer nepodstatná súčasť pokiaľ ide o analýzu vzoriek, pretože tlak má zanedbateľný vplyv na analyzované vzorky. Bude verejný obstarávateľ akceptovať ručný röntgenový prístroj aj bez barometra?“

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať riešenie bez "integrovaného digitálneho barometra". Verejný obstarávateľ trvá na splnení parametru uverejneného v súťažných podkladoch - vstavaného barometra a informáciách o okolitom barometrickom tlaku z dôvodu, zaistenia maximálnej korektnosti a preukázateľnosti analýz pri využívaní zariadenia, ktoré bude nasadzované v službe počas rôznych, meniacich sa okolitých podmienkach (rôzna nadmorská výška merania, rôzny stav počasia,...).

Otázka č. 3:

„Verejný obstarávateľ v časti B. Opis predmetu zákazky pri predmete ručný batériou napájaný röntgenový prístroj požaduje „**WIFI prenos dát.**“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať tiež prenos dát pomocou USB alebo SD karty?“

Odpoveď na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ z dôvodu možnosti prenosu nameraných dát do všetkých ďalších platforiem trvá na požiadavke "WiFi prenos dát", ďalšie možnosti prenosu dát, ktoré by rozšírili ponuku WiFi prenosu nie sú nedostatkom.

S pozdravom

PaedDr. Kornélia Černá
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky