



Nemocnica s poliklinikou Myjava
príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Všetkým záujemcom

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 5

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
IČO: 00610721
(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: „Biochemický analyzátor“
Vyhlásené a publikované: v Úradnom vestníku EÚ č. oznámenia 2018/S 197–444849 a vo Vestníku VO č. 205/2018 dňa 15.10.2018 pod. sp. zn. 14658 - MST
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len ako „verejná súťaž“)

A. Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe Žiadosti o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede na položené otázky nasledovne:

Otázka č. 1:

V prílohe č. 1 - "Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky" je chybné uvedenie vzorca pre výpočet "Náklady diagnostík na parameter s DPH / za 48 mesiacov (4 rokov)" v prvej tabuľke reagentií.
Môžeme tento vzorec upraviť podľa správnosti, ako je to použité aj v druhej tabuľke, a to " $M = K \times 4$ "?

Odpoveď:

Áno



Nemocnica s poliklinikou Myjava
príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Všetkým záujemcom

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 4

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

IČO: 00610721

(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: „Biochemický analyzátor“

Vyhlásené a publikované: v Úradnom vestníku EÚ č. oznámenia 2018/S 197–444849 a vo Vestníku VO č. 205/2018 dňa 15.10.2018 pod. sp. zn. 14658 - MST

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (*ďalej len „ZVO“*)
(ďalej len ako „verejná súťaž“)

A. Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe *Žiadosti o vysvetlenie*, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede na položené otázky nasledovne:



Otázka č. 1:

Nemocnica s poliklinikou Myjava
príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Všetkým záujemcom

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 4

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

IČO: 00610721

(ďalej len ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: „Biochemický analyzátor“

Vyhlásené a publikované: v Úradnom vestníku EÚ č. oznámenia 2018/S 197–444849 a vo Vestníku VO č. 205/2018 dňa 15.10.2018 pod. sp. zn. 14658 - MST

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (*ďalej len „ZVO“*)
(ďalej len ako „verejná súťaž“)

A. Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení Súťažných podkladov

Na základe *Žiadosti o vysvetlenie*, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa, Vám verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede na položené otázky nasledovne:

Otázka č. 1:

Na základe Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 3 zo dňa 29.10.2018 by mohol verejný obstarávateľ bližšie objasniť rozdiel medzi požadovanými parametrami uvedenými v prílohe č.1 – Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu: Protein - poradové číslo 7 a Total Protein - poradové číslo 54.?

Odpoveď:

Proteín č. 7 – v moči, Proteín č. 54 – v sére

Otázka č. 2:

Može verejný obstarávateľ potvrdiť, že predpokladaný počet testov pre konfirmačný test HBsAg (paramater HBsAg. Conf.- poradové číslo 54) je 2 750 testov za rok? V takom prípade nám chýba v zozname ročný počet testov pre základný parameter HBsAg.

Odpoveď:

Správne má byť HBsAg - poradové číslo 44

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, v ktorej parameter IgE je v štádiu uvoľnenia na trh a bude riadne nacený?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ v predmetu verejného obstarávania v bode 2.1 uvádza, že predmetom zakázky je kúpa „Biochemického analyzátoru“ pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať biochemicky analyzátor formou kúpy a imunochemicky analyzátor formou bezplatného zapožičania?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať formu bezplatného zapožičania, obstarávateľ obstaráva konsolidovaný systém.

Otázka č.5:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.9 uvádza: „Predávajúci berie na vedomie, že jedným z výberových kritérií verejného obstarávania podľa čl. I. bodu 1.1 tejto Zmluvy bola celková zmluvná cena, ktorá vychádza z ceny za jedno vykázané vyšetrenie.“, čo je v rozpore s Oznámením verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 3 zo dňa 29.10.2018, kde sa hodnotiace kritérium č.7 ruší.

Odpoveď:

Akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.12 uvádza: „V prípade, ak sa porovnaním ceny za jedno vykázané vyšetrenie podľa Prílohy č. 1 k Zmluve a skutočnej ceny za jedno vykázané vyšetrenie zistí, že skutočná cena za vykázané vyšetrenie vyplývajúca z množstva skutočne spotrebovaných reagentov je vyššia ako predpokladaná cena za jedno vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č. 1, predávajúci poskytne kupujúcemu dodatočne zľavu z kúpnej ceny na dodaný tovar vo výške rozdielu medzi predpokladanou cenou za jedno vyšetrenie a skutočnou cenou za jedno vyšetrenie. Dodatočná zľava (kompenzácia) bude kalkulovaná nasledovne: (skutočná cena za vykázané vyšetrenie - zmluvná cena za vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č.1) x počet vykázaných vyšetrení za daný polrok.“

Z dôvodu, že PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK môže byť ovplyvnená zmenou pomeru parametrov k celkovému počtu a ich cenami.

Domnievame sa, že v danom prípade by sa malo jednat o porovnanie rozdielu v cenách za test po jednotlivých parametroch/výšetreniach.

Odpoveď: akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1 - Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu v bunke M105 ma definovaný výpočet PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK [EUR / VYŠETRENIE] ako $K95+K185/351050$, avšak vo vzorci v modro označenej bunke je počet testov uvedený 348 600. Može verejný obstarávateľ sprístupniť excelový subor, ktorý bude reflektovať správny počet testov z dovodu správnosti počítania nákladov?

Odpoveď: Príloha č.1-Tabuľka je upravená.

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti B - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v bode 1.13 uvádza: „Súčasťou dodávky analyzátoru musí byť UPS - záložný zdroj elektrickej energie s dostatočným výkonom potrebným na ukončenie prebiehajúcich, resp. rozpracovaných analýz a korektného ukončenia prevádzky v čase dlhodobého výpadku elektrickej energie z verejnej siete, príp. záložného zdroja“

Bude zadávateľ akceptovať UPS s výkonom, ktorý pokryje prevádzku analyzátoru po dobu maximálne 10 minút?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať.

Otázka č. 9:

Bude VO akceptovať ponuku s albumín BCP?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č. 10

Bude VO akceptovať predloženie požadovanej dokumentácie (Vyhlásenie o zhode prístroja a Vyhlásenie o zhode jednotlivých položiek) v jazyku výrobcu, t.j. v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná o jazyk používaný odbornou verejnosťou?

Odpoveď:

Áno, akceptujeme

Otázka č. 11:

Môže VO upresniť očakávaný minimálny výkon UPS v časových jednotkách?

Odpoveď:

Očakávaný výkon UPS minimálne 50 minút.

V Myjave, dňa 02.11.2018

Odpoveď:

Proteín č. 7 – v moči, Proteín č. 54 – v sére

Otázka č. 2:

Može verejný obstarávateľ potvrdiť, že predpokladaný počet testov pre konfirmačný test HBsAg (paramater HBsAg. Conf.- poradové číslo 54) je 2 750 testov za rok? V takom prípade nám chýba v zozname ročný počet testov pre základný parameter HBsAg.

Odpoveď:

Správne má byť HBsAg - poradové číslo 44

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, v ktorej parameter IgE je v štádiu uvoľnenia na trh a bude riadne nacený?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ v predmetu verejného obstarávania v bode 2.1 uvádza, že predmetom zakázky je kúpa „Biochemického analyzátora“ pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať biochemicky analyzátor formou kúpy a imunochemicky analyzátor formou bezplatného zapožičania?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať formu bezplatného zapožičania, obstarávateľ obstaráva konsolidovaný systém.

Otázka č.5:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.9 uvádza: „Predávajúci berie na vedomie, že jedným z výberových kritérií verejného obstarávania podľa čl. I. bodu 1.1 tejto Zmluvy bola celková zmluvná cena, ktorá vychádza z ceny za jedno vykázané vyšetrenie.“, čo je v rozpore s Oznámením verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 3 zo dňa 29.10.2018, kde sa hodnotiace kritérium č.7 ruší.

Odpoveď:

Akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.12 uvádza: „V prípade, ak sa porovnaním ceny za jedno vykázané vyšetrenie podľa Prílohy č. 1 k Zmluve a skutočnej ceny za jedno vykázané vyšetrenie zistí, že skutočná cena za vykázané vyšetrenie vyplývajúca z množstva skutočne spotrebovaných reagensov je vyššia ako predpokladaná cena za jedno vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č. 1, predávajúci poskytne kupujúcemu dodatočne zľavu z kúpnej ceny na dodaný tovar vo výške rozdielu medzi predpokladanou cenou za jedno vyšetrenie a skutočnou cenou za jedno vyšetrenie. Dodatočná zľava (kompenzácia) bude kalkulovaná nasledovne: (skutočná cena za vykázané vyšetrenie - zmluvná cena za vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č.1) x počet vykázaných vyšetrení za daný polrok.“

Z dôvodu, že PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK môže byť ovplyvnená zmenou pomeru parametrov k celkovému počtu a ich cenami.

Domnievame sa, že v danom prípade by sa malo jednat o porovnanie rozdielu v cenách za test po jednotlivých parametroch/vyšetreniach.

Odpoveď: akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1 - Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu v bunke M105 ma definovaný výpočet PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK [EUR / VYŠETRENIE] ako $K_{95} + K_{185} / 351050$, avšak vo vzorci v modro označenej bunke je počet testov uvedený 348 600. Može verejný obstarávateľ sprístupniť excelový subor, ktorý bude reflektovať správny počet testov z dôvodu správnosti počítania nákladov?

Odpoveď: Príloha č.1-Tabuľka je upravená.

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti B - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v bode 1.13 uvádza: „Súčasťou dodávky analyzátora musí byť UPS - záložný zdroj elektrickej energie s dostatočným výkonom potrebným na ukončenie prebiehajúcich, resp. rozpracovaných analýz a korektného ukončenia prevádzky v čase dlhodobého výpadku elektrickej energie z verejnej siete, príp. záložného zdroja“

Bude zadávateľ akceptovať UPS s výkonom, ktorý pokryje prevádzku analyzátora po dobu maximálne 10 minút?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať.

Otázka č. 9:

Bude VO akceptovať ponuku s albumín BCP?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č. 10

Bude VO akceptovať predloženie požadovanej dokumentácie (Vyhlásenie o zhode prístroja a Vyhlásenie o zhode jednotlivých položiek) v jazyku výrobcu, t.j. v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná o jazyk používaný odbornou verejnosťou?

Odpoveď:

Áno, akceptujeme

Otázka č. 11:

Môže VO upresniť očakávaný minimálny výkon UPS v časových jednotkách?

Odpoveď:

Očakávaný výkon UPS minimálne 50 minút.

V Myjave, dňa 02.11.2018

Odpoveď:

Proteín č. 7 – v moči, Proteín č. 54 – v sére

Otázka č. 2:

Može verejný obstarávateľ potvrdiť, že predpokladaný počet testov pre konfirmačný test HBsAg (paramater HBsAg. Conf.- poradové číslo 54) je 2 750 testov za rok? V takom prípade nám chýba v zozname ročný počet testov pre základný parameter HBsAg.

Odpoveď:

Správne má byť HBsAg - poradové číslo 44

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, v ktorej parameter IgE je v štádiu uvoľnenia na trh a bude riadne nacený?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ v predmetu verejného obstarávania v bode 2.1 uvádza, že predmetom zakázky je kúpa „Biochemického analyzátora“ pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať biochemicky analyzátor formou kúpy a imunochemicky analyzátor formou bezplatného zapožičania?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať formu bezplatného zapožičania, obstarávateľ obstaráva konsolidovaný systém.

Otázka č.5:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.9 uvádza: „Predávajúci berie na vedomie, že jedným z výberových kritérií verejného obstarávania podľa čl. I. bodu 1.1 tejto Zmluvy bola celková zmluvná cena, ktorá vychádza z ceny za jedno vykázané vyšetrenie.“, čo je v rozpore s Oznámením verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 3 zo dňa 29.10.2018, kde sa hodnotiace kritérium č.7 ruší.

Odpoveď:

Akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ v Rámcovej kupnej zmluve na dodanie tovaru, článok VIII. Predpokladané množstvo vykázaných vyšetrení a cena tovaru, bode 8.12 uvádza: „V prípade, ak sa porovnaním ceny za jedno vykázané vyšetrenie podľa Prílohy č. 1 k Zmluve a skutočnej ceny za jedno vykázané vyšetrenie zistí, že skutočná cena za vykázané vyšetrenie vyplývajúca z množstva skutočne spotrebovaných reagensov je vyššia ako predpokladaná cena za jedno vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č. 1, predávajúci poskytne kupujúcemu dodatočne zľavu z kúpnej ceny na dodaný tovar vo výške rozdielu medzi predpokladanou cenou za jedno vyšetrenie a skutočnou cenou za jedno vyšetrenie. Dodatočná zľava (kompenzácia) bude kalkulovaná nasledovne: (skutočná cena za vykázané vyšetrenie - zmluvná cena za vykázané vyšetrenie uvedená v Prílohe č.1) x počet vykázaných vyšetrení za daný polrok.“

Z dôvodu, že PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK môže byť ovplyvnená zmenou pomeru parametrov k celkovému počtu a ich cenami. Domnievame sa, že v danom prípade by sa malo jednat o porovnanie rozdielu v cenách za test po jednotlivých parametroch/vyšetreniach.

Odpoveď: akceptujeme, Súťažné podklady budú upravené

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1 - Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu v bunke M105 ma definovaný výpočet PRIEMERNÁ CENA JEDNÉHO VYŠETRENIA Z KOMPLETNÝCH NÁKLADOV ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK [EUR / VYŠETRENIE] ako $K95+K185/351050$, avšak vo vzorci v modro označenej bunke je počet testov uvedený 348 600. Može verejný obstarávateľ sprístupniť excelový subor, ktorý bude reflektovať správny počet testov z dôvodu správnosti počítania nákladov?

Odpoveď: Príloha č.1-Tabuľka je upravená.

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti B - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v bode 1.13 uvádza: „Súčasťou dodávky analyzátora musí byť UPS - záložný zdroj elektrickej energie s dostatočným výkonom potrebným na ukončenie prebiehajúcich, resp. rozpracovaných analýz a korektného ukončenia prevádzky v čase dlhodobého výpadku elektrickej energie z verejnej siete, príp. záložného zdroja“

Bude zadávateľ akceptovať UPS s výkonom, ktorý pokryje prevádzku analyzátora po dobu maximálne 10 minút?

Odpoveď:

Nie, nebude akceptovať.

Otázka č. 9:

Bude VO akceptovať ponuku s albumín BCP?

Odpoveď:

Áno, bude akceptovať.

Otázka č. 10

Bude VO akceptovať predloženie požadovanej dokumentácie (Vyhlásenie o zhode prístroja a Vyhlásenie o zhode jednotlivých položiek) v jazyku výrobcu, t.j. v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná o jazyk používaný odbornou verejnosťou?

Odpoveď:

Áno, akceptujeme

Otázka č. 11:

Môže VO upresniť očakávaný minimálny výkon UPS v časových jednotkách?

Odpoveď:

Očakávaný výkon UPS minimálne 50 minút.

V Myjave, dňa 02.11.2018