

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Mobilný RTG prístroj s C ramenom 2 ks

Obstarávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 18.12.2018 13:44:16

Zverejnené: 19.12.2018 9:55:51

Dobrý deň,

v časti B.1 Opis predmetu zákazky uvádzate:

Hĺbka digitalizácie min. 16 bit

Na mnohých jednaniach na Ministerstve zdravotníctva SR bola táto hodnota zjednotená tak, aby sa mohli verejných obstarávaní zúčastňovať všetci hlavní výrobcovia RTG techniky.

Táto hodnota bola stanovená na 14 bit.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu tohto parametra na úrovni min. 14 bit?

S pozdravom,

Ing. Jaroslav Pěč

Naša nemocnica je špičkovým pracoviskom koncového typu a preto je našou povinnosťou efektívne využívanie finančných prostriedkov. Z predchádzajúceho obdobia fungovania nemocnice vieme, že C ramená majú životnosť 10 rokov a uvedomujeme si, že C ramená ktoré obstarávame budú taktiež spoľahlivo fungovať 10 rokov a z tohto dôvodu požadujeme aj splnenie kritérií, ktoré možno dnes sa zdajú vysoko postavené, ale z pohľadu dlhodobejšieho hľadiska sme povinní zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť pacientom aj v druhej polovici životnosti prístroja. Taktiež naša súťaž nie je centrálna súťaž MZSR. Uvedenou hĺbkou obrazu disponujú špičkoví výrobcovia C ramien na trhu a podľa zverejnených štúdií vyššia bitová hĺbka zlepšuje kvalitu obrazu hlavne pri nižších kontrastoch. Z uvedených dôvodov trváme na požadovanej hodnote 16 bit.

S pozdravom Ing.J.Jaroš