

Verejný obstarávateľ:	Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka
Postup:	„Reverzná“ jednoobálková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky:	„Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov“
Dokument:	Ponuka – návrh na plnenie kritéria

Predkladá uchádzač:

Názov:	UNOTECH spol. s.r.o.		
Sídlo:	Zlatovská 2211 911 01 Trenčín		
IČO:	31424562	Web:	www.unotech.sk
Kontaktná osoba:			
Meno a priezvisko:	e-mail:	Telefón:	
Mgr. Katarína Rychtáriková	unotech@unotech.sk rychtarikova@unotech.sk	0326505050 0944138600	
Návrh na plnenie kritéria:			
Kritérium	Návrh na plnenie:		
Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v EUR , ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v Kapitole C. <i>Opis predmetu zákazky</i> počas celého zmluvného obdobia v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v súlade s Kapitolou D. <i>Spôsob určenia ceny</i> . Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.	11 207 030,64 EUR		
Kritérium č. 2: Uprednostňuje sa analyzátor umožňujúci priebežné vyšetrovanie vzoriek a priebežné vydávanie výsledkov vyšetrení v čo najkratších intervaloch. Uchádzač uvedie interval vydávania výsledkov vyšetrení ponúkaného analyzátoru v minútach.	Analyzátor Procleix Panther System vydáva výsledky vyšetrení priebežne v 5 minútových intervaloch		
Kritérium č. 3: Uprednostňuje sa analyzátor umožňujúci vydať výsledok prioritnej vzorky v režime STATIM v čo najkratšom čase , a to bez nutnosti prerušenia práve prebiehajúcej analýzy rutinných vzoriek a/alebo čakania na uvoľnenie pozicie po ukončení prebiehajúcej analýzy a bez zníženia priepustnosti („throughput“) analyzátoru. Uchádzač uvedie celkový čas vydania výsledku prioritnej vzorky STATIM ponúkaného analyzátoru v minútach, ktorú dokáže garantovať kedykoľvek bez ohľadu na práve prebiehajúce procesy, bez nutnosti prerušenia práve prebiehajúcej	Analyzátor Procleix Panther System umožňuje vydanie výsledku prioritnej vzorky v režime STATIM za 210 minút		

Predmet zákazky: **Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov**

analýzy rutinných vzoriek a/alebo čakania na uvoľnenie pozície po ukončení prebiehajúcej analýzy a bez zníženia prieplustnosti („throughput“) analyzátora.	
Kritérium č. 4: Uprednostňuje sa analyzátor, ktorý produkuje menej odpadu. Uchádzač uvedie objem tekutého ako aj pevného odpadu, ktorý pri svojej prevádzke produkuje ponúkaný analyzátor (objem v litroch pripadajúci na 1000 testov).	Analyzátor Procleix Panther System produkuje celkový objem tekutého a pevného odpadu 62,77 litrov na 1000 testov Tekutý odpad - 4,90 L / 1000 testov. Pevný odpad - 57,87 L / 1000 testov.
Kritérium č. 5: Uprednostňuje sa systém (analyzátor a diagnostické reagencie), ktorým je možné identifikovať väčší počet vírusov z vzorky jedného darcu. Uchádzač uvedie počet a typ vírusov iných ako HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2. Diagnostické reagencie používané na identifikáciu týchto iných vírusov musia byť určené na in-vitro použíte na testovanie u darcov krví s CE značkou.	Procleix Panther System (analyzátor a diagnostické reagencie) umožňuje identifikovať okrem HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2 aj nasledovné typy vírusov s CE značkou: 1. West Nile vírus 2. Hepatitída E vírus 3. Hepatitída A vírus 4. Parvovírus B19 5. Dengue vírus typ 1-4 6. Zika vírus
Kritérium č. 6: Uprednostňujú sa diagnostické reagencie, ktorých analytická senzitivita použitých testov je lepšia (limit detekcie pri intervale spoľahlivosti detekcie 95% podľa štandardov WHO je nižší). Uchádzač vo svojej ponuke uvedie hodnotu analytickej senzitívity diagnostických reagencií - limit detekcie pri intervale spoľahlivosti detekcie 95% každého testu samostatne (HBV, HCV, HIV-1, HIV-2) podľa WHO štandardov.	HBV 4,3 IU/mL HCV 3,0 IU/mL HIV-1 18,0 IU/mL HIV-2 10,4 IU/mL
Kritérium č. 7: Uprednostňuje sa analyzátor, ktorý vyžaduje menšie množstvo vzorky potrebnej pre vykonanie testu. Uchádzač uvedie vo svojej ponuke minimálne požadované množstvo vzorky, ktoré je potrebné pre vykonanie testu v mililitroch zaokruhlené na 2 desatinné miesta.	Analyzátor Procleix Panther System vyžaduje minimálne množstvo vzorky potrebné pre vykonanie testu 0,53 ml

V Trenčíne, dňa 28. 6. 2018

UNOTECH, spol. s r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
IČO: 314 24 562 TEL: 032/650 50 50
IČ PRE DPH: SK2020384322

Ing. Peter Havier
konateľ spoločnosti

Predmet zákazky: **Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krví a kúpa plnoautomatických analyzátorov**