

**Návrh na plnenie kritéria
„VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA“**

Uchádzač / skupina dodávateľov

**ASKIN & CO., SPOL. S R.O.,
MARTINSKÁ 31
821 05 BRATISLAVA**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NIE

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH v eur	Navrhovaná cena v eur s DPH
Celková cena za dodanie predmetu zákazky	217440,00	43488,00	260928,00

Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V Bratislave, dňa 15.01.2019

A

r.o.

6232
32

6232
32

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

¹ nehodiace prečiarknuť

HD VIDEOGASTROSKOP		2 ks
Ponúkaný typ (označenie)	EG-2790K	
Výrobca :	Pentax	
Cena v € bez DPH :	36200	
€ DPH :	7240	
Cena v € s DPH :	43440	

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- spôsob snímania: farebný CCD čip	Ano
- veľkosť zorného poľa: min. 140°	140
- hĺbka zorného poľa: 2 - 100 mm	Ekvivalent 4-100
- vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 9,3 mm	9,0
- vonkajší priemer distálneho konca: max. 9,2 mm	9,2
- priemer pracovného kanála: min. 2,8 mm	2,8
- minimálna viditeľná vzdialenosť: 3 mm od distálneho konca	3
- ohybnosť hore/dolu: min. 210° / min. 90°	210/120
- ohybnosť vpravo/vľavo: min. 100° / min. 100°	120/120
- pracovná dĺžka: 1030 – 1100 mm	1050
- celková dĺžka: 1350 - 1400 mm	1373
- technológia vysokého rozlíšenia obrazu	Ano
- technológia digitálnej chromoendoskopie	Ano
- vodotesný konektor	S uzáverom
- univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore	Ano

ASK

88
IČO: 17923100 DIČ: SK20318232
IČ DPH: SK2020310232

HD VIDEOKOLONOSKOP 2 ks	
Ponúkaný typ (označenie)	EC-3490LK
Výrobca :	Pentax
Cena v € bez DPH :	39800
€ DPH :	7960
Cena v € s DPH :	47760

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- spôsob snímania: farebný CCD čip	Ano
- veľkosť zorného poľa: min. 140°	140
- hĺbka zorného poľa: 2 - 100 mm	Ekvivalent 3-100
- vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 12,8 mm	11,6
- vonkajší priemer distálneho konca: max. 12,8 mm	11,5
- priemer pracovného kanála: min. 3,7 mm	3,8
- minimálna viditeľná vzdialenosť: 3 mm od distálneho konca	3
- ohybnosť hore/dolu: min. 180° / min. 180°	180/180
- ohybnosť vpravo/vľavo: min. 160° / min. 160°	160/160
- pracovná dĺžka: 1650 - 1700 mm	1700
- celková dĺžka: 1990 - 2020 mm	Ekvivalent 2023
- technológia variabilnej tuhosti prístroja	Ano
- technológia vysokého rozlíšenia obrazu	Ano
- technológia digitálnej chromoendoskopie	Ano
- vodotesný konektor	S uzáverom
- univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore	Ano
- samostatný oplachovací kanál oddelený od pracovného kanála	Ano
- možnosť mechanického nastavenia tuhosti kolonoskopu ovládačom na tubuse kolonoskopu	Ekvivalent GDF
- regulácia tuhosti – počet nastaviteľných úrovní tuhosti min. 3	Ekvivalent GDF

), s.r.o.

31

ISLAVA

2020316232

IC DPH: SK.2020316232

VIDEODUODENOSKOP 2 ks	
Ponúkaný typ (označenie)	ED-3490TK
Výrobca :	Pentax
Cena v € bez DPH :	58600
€ DPH :	11720
Cena v € s DPH :	70320

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- spôsob snímania: farebný CCD čip	Ano
- veľkosť zorného poľa: min. 100°	100
- veľkosť zorného poľa /retro/: min. 5°	10
- hĺbka zorného poľa: 5 - 60 mm	4-60
- vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 11,6 mm	11,6
- vonkajší priemer distálneho konca: max. 13,7 mm	13,2
- priemer pracovného kanála: min. 4,2 mm	4,2
- minimálna viditeľná vzdialenosť: 10 mm od distálneho konca	10
- ohybnosť hore/dolu: min. 120° / min. 90°	120/90
- ohybnosť vpravo/vľavo: min. 105° / min. 90°	105/90
- pracovná dĺžka: 1240 – 1250 mm	1250
- celková dĺžka: 1550 – 1600 mm	1573
- technológia digitálnej chromoendoskopie	Ano

A

Č

IC OF H: 5K20914-19242

VIDEOPROCESOR 3 ks	
Ponúkaný typ (označenie)	EPK-3000
Výrobca :	Pentax
Cena v € bez DPH :	46200
€ DPH :	9240
Cena v € s DPH :	55440

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	Ano
- automatické nastavenie jasu	Ano
- funkcia subjektívne nastavenie kontrastu	Ano
- funkcia nastavenie bielej farby	Ano
- funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	Ano
- funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	Ano
- funkcia zmrazenie obrazu	Ano
- záznam obrazu na pamäťové médium	Ano
- funkcia vysoké rozlíšenie obrazu	Ano
- funkcia digitálna chromoendoskopia	Ano
- funkcia elektronické zväčšenie obrazu /v 3 veľkostiach/	Ano
- klávesnica na ovládanie videoprocera	Ano
- možnosť používateľských prednastavení	Ano
- funkcia irisovej clony	Ano
- filtrácia detailov	Ano

ASK

B2
 IČO: 17325111 / DIČ: 2020316231
 IČ DPH: SK2020316232

SVETELNÝ ZDROJ 3 ks	
Ponúkaný typ (označenie)	EPK-3000 - integrovaný do videoprocesora
Výrobca :	Pentax
Cena v € bez DPH :	
€ DPH :	
Cena v € s DPH :	

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- xenónová výbojka s výkonom 300W	Ekvivalent 150
- životnosť xenónovej výbojky min. 500 prevádzkových hodín	500
- záložná žiarovka	Ano
- vzduchová insuflácia /3 stupne intenzity/	Ano
- automatické nastavenie jasu – metóda servo-diaphragm	Ano
- funkcia manuálne nastavenie jasu	Ano
- filter k funkcii digitálnej chromoendoskopie	Ano
- zariadenie proti oslňovaniu pacienta a personálu	Ano

A1

.0.

100

10 DPH: 316232

232

LCD HD MONITOR 26" 3 ks	
Ponúkaný typ (označenie)	Radiance Ultra 27"
Výrobca :	NDS
Cena v € bez DPH :	17400
€ DPH :	3480
Cena v € s DPH :	20880

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- LCD panel typ: a-Si TFT Active Matrix (alebo ekvivalent)	Ano
- dĺžka uhlopriečky: min. 26"	27
- rozlíšenie monitora: min. 1920 x 1080 obrazových prvkov/full HD/	1920x1080
- kontrast pomer: 1400:1	Ekvivalent 1000:1
- aspekt pomer: 16:9	16:9
- uhol pohľadu: 178° /horizontálne & vertikálne/	Ano
- počet farieb: min. 1,07 billion	1,07
- funkcia prepínania teploty farieb	Ano
- funkcia prepínania úrovne gama	Ano
- funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu	Ano
- funkcia prepínania užívateľských nastavení	Ano
- funkcia riadenia napájania	Ano
- vstupy: HD/SD, VIDEO, Y/C, HD15, DVI, Aux in	Ano
- výstupy: HD/SD, SDI, VIDEO, Y/C, HD15, DVI, Clone out	Ano

A
 IČ
 IČ DPH: SK2102710222
 E.O.
 0232

ODSÁVACIA PUMPA		3 ks
Ponúkaný typ (označenie)	Victoria Portable	
Výrobca :	Cheiron	
Cena v € bez DPH :	4800	
€ DPH :	960	
Cena v € s DPH :	5760	

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- zberná nádoba – objem: min. 1 liter	2
- možnosť použitia jednorázového systému	Ano
- možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému	Ano
- nominálne vákuum: min. 85 kPa	90
- nominálny prietok: 20 litrov/min.	40

PRACOVNÁ STANICA		3 ks
Ponúkaný typ (označenie)	ITD Classic	
Výrobca :	Pentax	
Cena v € bez DPH :	14440	
€ DPH :	2888	
Cena v € s DPH :	17328	

Požadovaný technicko – medicínsky parameter – opis:	Ponuka uchádzača / parametre ponúkaného monitora
- oddeľovací transformátor	Ano
- centrálny spínač	Ano
- držiak na 2 endoskopy: min. 1 ks	1
- držiak na LCD monitor: min. 1 ks	1
- držiak klávesnice: min. 1 ks	1
- police na uloženie prístrojov: min. 3 ks	4

100: 17324101 010000010232
100: 17324101 010000010232