

Vysvetľovanie súťažných podkladov č. 1

V časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov požaduje verejný obstarávateľ splnenie nasledovných parametrov:

1. Sklon chrbtového dielu nadol/nahor minimálne $-40^{\circ} / +80^{\circ}$

Otázka č. 1 : Bude Verejný obstarávateľ akceptovať sklon chrbtového dielu v rozsahu $0^{\circ} / +83^{\circ}$?

2. Sklon hlavového dielu nadol/nahor minimálne $-30^{\circ} / +30^{\circ}$

Otázka č. 2 : Bude Verejný obstarávateľ akceptovať sklon hlavového dielu v rozsahu $-29^{\circ} / +35^{\circ}$?

3. Motorizovaný sklon Trendelenburg / antitrendelenburg minimálne 20°

Otázka č. 3 : Bude Verejný obstarávateľ akceptovať motorizovaný sklon Trendelenburg / antitrendelenburg v rozsahu $17^{\circ} (-12^{\circ} / +5^{\circ})$?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ upravil v súťažných podkladoch časť B.1 požadované minimálne parametre predmetu zákazky tak, aby vo verejnej súťaži mohol vyberať z čo najväčšieho počtu vhodných ponúk. Zároveň sa mení aj časť B.2 Obchodné podmienky (Návrh Kúpnej zmluvy) súťažných podkladov.

Parameter	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
Sklon chrbtového dielu nadol/nahor	stupne	$-40 / +80$ $0 / +80$		
Sklon hlavového dielu nadol/nahor	stupne	$-30 / +30$ $-29 / +30$		
Motorizovaný sklon Trendelenburg / antitrendelenburg	stupne	20 $-10 / +5$		

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuky, spĺňajúce minimálne parametre opravených súťažných podkladov.