

## Vysvetlenie súťažných podkladov

### Odpoveď na otázku č. 1:

**1.1:** Áno, hladina vákua – pracovného tlaku rádovo 1E-8 mbar, čiže 1E-6 Pa je postačujúca. (v pôvodnej špecifikácii je preklep)

**1.2:** Tlak rádovo 1E-6 Pa je postačujúca hladina pracovného tlaku a nie je potrebné diferenciálne čerpanie ani vypekanie.

**1.3:** Tlak rádovo 1E-6 Pa je postačujúca hladina pracovného tlaku a nie je potrebné diferenciálne čerpanie ani vypekanie.

### Odpoveď na otázku č. 2:

**2.1:** Áno, budeme akceptovať pozmenenú konfiguráciu portov(prírub) na vákuových rúrach, ako aj v prípade účelnosti vyskladanie trasy iónovodu z iného počtu vákuových rúr ako je uvedené v špecifikácii, pokiaľ dodaná konfigurácia zabezpečí požadovanú funkčnosť a ovládateľnosť vákuového systému, taktiež systému úpravy a monitoringu iónového zväzku.

### Odpoveď na otázku č. 3:

**3.1:** Áno uvedené riešenie budeme akceptovať.

**3.2:** Áno, v zmysle odpovede na otázku 2.1.

### Odpoveď na otázku č. 4:

**4.1:** Áno, uvedené riešenie budeme akceptovať v prípade, že skenovanie vzorkou bude možné v rozsahu X aj Y minimálne +/- 10 mm s rozlišovacím krokom 5 mikrometrov alebo menším a predradenie ventila pred ToF teleskop nebude mať za následok zníženie transmisie ToF systému, ktorá je v špecifikácii požadovaná na úrovni min 86%. Taktiež v tomto prípade požadujeme integráciu laterálneho skenovacieho režimu v obslužnom softvéri s možnosťou realizovať automatizované „batch“ merania.

### Odpoveď na otázku č. 5:

Verejný obstarávateľ zjednotil a predĺžil lehotu na prekladanie ponúk redakčnou opravou Oznámenia: 45926 – IOX, Vestník č. 273/2020 - 31.12.2020 nasledovne:

#### Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Namiesto:

12.01.2021 09:00

má byť:

01.02.2021 09:00

#### Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

12.01.2021 09:30

má byť:

01.02.2021 09:30