

Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV

Odpoveď na otázku č. 1:

Áno, budeme akceptovať aj zariadenie vybavené optickým systémom Triglav™, ktorý neumožňuje mód zobrazovania kanálovacích obrazcov za predpokladu, že zariadenie bude plne pripravené pre budúcu inštaláciu EBSD detektora a bude schopné dosiahnuť v otázke uvedené maximálne rozlíšenie.

Odpoveď na otázku č. 2:

Áno, budeme akceptovať aj iný spôsob otvárania komory ako smerom do strany, pokiaľ tento zabezpečí plný prístup k manipulátoru/stolíku so vzorkami bez interferencie s káblami a inými súčasťami vybavenia komory pri manipulácii a výmene vzoriek alebo držiakov vzoriek.

Odpoveď na otázku č. 3:

Áno, budeme akceptovať aj ovládací panel bez dotykovej obrazovky, za predpokladu že bude obsahovať dedikované ovládacie prvky pre hlavné funkcie systému a bude schopný ovládať obe časti systému - SEM aj FIB.