

Vysvetľovanie

Názov zákazky: NEMOCNIČNÉ POSTELE A NEMOCNIČNÉ STOLÍKY

Obstarávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 10.03.2021 23:21:57

Zverejnené: 12.03.2021 14:08:35

Otázka č. 1:

V časti B.1 Opis predmetu zákazky, časť č. 2 PREDMETU ZÁKAZKY – NEMOCNIČNÉ STOLÍKY, Tabuľka č. 1,2,3 a 4 , I. Štandardná výbava nemocničného stolíka. Prosíme o vysvetlenie „Nočný stolík spĺňajúci bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52“ norma sa týka bezpečnosti zdravotníckych lôžok.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ ďakuje záujemcovi za upozornenie na administratívnu chybu, ktorá sa udiala pri vypracovaní Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ uvedenú chybu odstránil a v prípade časti č. 2 predmetu zákazky: Nemocničné stolíky, nahradil požiadavku na predloženie dokladu preukazujúceho splnenie normy STN EN 60601-2-52, požiadavkou na predloženie vyhlásenia o zhode k nočnému stolíku ponúkanému zo strany uchádzača v zmysle § 23 zákona č. 56/2018 Z. z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného vykonal verejný obstarávateľ úpravu Súťažných podkladov. Upravené znenie Súťažných podkladov je zverejnené v profile verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke na <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430447>. Všetky zmeny v Súťažných podkladoch v porovnaní s ich pôvodnou verziou sú zreteľne označené červenou farbou.

Otázka č. 2:

V časti B.1 Opis predmetu zákazky, časť č. 2 PREDMETU ZÁKAZKY – NEMOCNIČNÉ STOLÍKY, Nočný stolík 3 a 4: Nemocničný stolík jednostranný s výklopnou doskou Tabuľka č. 3 a 4 , II. Doplnková výbava nemocničného stolíka. Bude obstarávateľ akceptovať aj ponuku bez držiaka na fľašu – zvonku?

Odpoveď č. 2:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj nočný stolík bez držiaka na fľašu - zvonku.

Na základe vyššie uvedeného vykonal verejný obstarávateľ úpravu Súťažných podkladov. Upravené znenie Súťažných podkladov je zverejnené v profile verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke na <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430447>. Všetky zmeny v Súťažných podkladoch v porovnaní s ich pôvodnou verziou sú zreteľne označené červenou farbou.

V súvislosti so zmenami, ktoré verejný obstarávateľ vykonal – vid' odpovede verejného obstarávateľa na otázky č. 1 a 2 uvedené vyššie, verejný obstarávateľ rozhodol o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ týmto všetkým záujemcom a uchádzačom oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. Nová lehota na predkladanie návrhov je verejným obstarávateľom stanovená na **26.03.2021 do 10.00 hod.** miestneho času.