

Súťažné podklady

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN

Verejná súťaž

**podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou
Považská Bystrica“
(Tovary)**

Obsah

A. Identifikácia verejného obstarávateľa	3
B. Obsah a predkladanie ponuky	4
C. Zábezpeka ponuky	6
D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia	7
E. Opis predmetu zákazky	9
F. Doplnujúce informácie	13
G. Prílohy.....	14

A. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911 304 888
E-mail: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk

Adresa kontaktného miesta:
Názov: Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Adresa: Seberíniho 1 , 821 03 Bratislava

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V prospech organizácie:: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Adresa organizácie: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 00610 411
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice

B. Obsah a predkladanie ponuky

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) prostredníctvom portálu EVO na adrese <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html>.

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou inštitúciou podľa osobitného predpisu) priamo v digitálnej podobe, uchádzač vloží do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak si to povaha dokumentu vyžaduje).

Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží elektronicky do systému):

- Vyplnený formulár s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) minimálne s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, IČO, DIČ, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy.
- Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. (Požiadavka sa nevzťahuje na potvrdenia, doklady a dokumenty, pri ktorých je možné aplikovať ustanovenia zákona. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy. Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
- Informácie o zložení zábezpeky. V prípade, že banka poskytla zábezpeku formou bankovej záruky (elektronicky), uchádzač ju nahrá ako prílohu k ponuke. Ak banka poskytla zábezpeku formou bankovej záruky (listinne), uchádzač predloží originál bankovej záruky ku dňu predkladania ponúk na adresu kontaktného miesta. Uvedené analogicky platí aj vo vzťahu k zloženiu zábezpeky prostredníctvom poistenia záruky. (ak sa uplatňuje inštitút zábezpeky)
- Doplnený návrh zmluvy s uvedením ceny zákazky. Takto predložený návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ považovať za prejavovaný súhlas s obchodnými podmienkami – príloha G.3.
- Vyplnené a podpísané vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov – príloha G.4.

- Vyplnený formulár – Návrh na plnenie Kritérií určených verejným obstarávateľom – príloha G.5.
- Vyplnený formulár – Zoznam subdodávateľov uchádzača – príloha G.6.
- Detailná technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. Vypracovaná podľa pokynov uvedených v časti E. Opis predmetu zákazky. Táto detailná technická a cenová špecifikácia sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom – Prílohy E.1.

C. Zábezpeka ponuky

Zábezpeka sa nevyžaduje.

D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého platná ponuka bude mať najnižšiu cenu bez DPH. Uchádzač predloží svoj návrh na plnenie kritérií prostredníctvom IS EVO.

Požiadavky na štruktúru a obsah ceny v ponuke

Cena v ponuke za jednotlivé časti predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a musí byť uvedená v EUR. 6.2. Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a v zmluve, ktorá je Prílohou F.3 – Návrh Kúpna zmluva týchto súťažných podkladov. Výdavky súvisiace s vypracovaním technologických projektov (ak je potrebný) a so stavebnými úpravami priestorov (ak sú potrebné) sú na strane verejného obstarávateľa.

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým výrobkom, materiálom a súvisiacim činnostiam, ako aj verejným obstarávateľom požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v jednotlivých častiach predmetu zákazky.

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením jednotlivých častí predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na činnosti súvisiace s dodaním a dovozom zariadení, dodaním a dovozom pomocných materiálov, ak sú potrebné, náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, inštaláciu, údržbu, zaškolenie, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu dodávky, odskúšanie zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia s prípadnými subdodávateľmi.

Do ceny musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých funkčných skúšok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s dodaním zariadení v rámci jednotlivých častí predmetu zákazky.

Uchádzač na tú časť, na ktorú predkladá ponuku uvedie jednotkovú cenu za každú položku a celkovú cenu za celý predmet zákazky danej časti (súčin jednotkovej ceny položky a množstva položky) so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v zmysle matematických pravidiel. Celková cena predmetu zákazky za príslušnú časť je daná súčtom celkových cien všetkých položiek predmetu zákazky danej časti.

Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie v ponuke ceny bez DPH aj ceny s DPH.

Ak uchádzač má miesto sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH (prenesenie daňovej povinnosti).

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke ceny bez DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponuky.

Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ponuky za predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ výrazne apeluje na uchádzačov, aby si pozorne prečítali priloženú zmluvu, podľa ktorej bude prebiehať realizácia a podľa ktorej bude prebiehať aj financovanie.

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta ním udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta k nim platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky. V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme EVO) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 a j. Komisia si správnosť svojich prepočtov overí žiadosťou o vysvetlenie ponuky podľa § 53.

Hodnotiť sa bude celková cena bez DPH za príslušnú časť predmetu zákazky.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom, v ktorej nebude započítaná DPH. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

E. Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

Obhliadka miesta realizácie zákazky nie je potrebná.

V prípade záujmu informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s **kontaktnou osobou zodpovednou za predmet zákazky prostredníctvom funkcionality portálu EVO**. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Predmetom tejto zákazky je dodávka nového nerepasovaného medicínskeho prístrojového vybavenia pre špecializované COVID oddelenie, aby sa minimalizoval dopad ochorenia a zamedzilo sa jeho šíreniu. Starostlivosť o pacientov s ochorením COVID, ktorú nemocnica zabezpečuje na špecializovanom oddelení, ktoré má kapacitu 28 lôžok. Oddelenie pozostáva z 10 patientskych izieb bez zariadenia JIS.

Súčasťou dodávky je poskytnutie záruky na min. 24 mesiacov, doprava na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonanie skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja/zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Na zabezpečenie plynulého chodu oddelenia, adekvátnej a včasnej diagnostiky a liečby pacientov je potrebné obstaráť nasledovné zdravotnícke prístroje a vybavenie:

Pojazdný RTG prístroj	1 ks
USG Prístroj	1 ks
Modulárny Monitor vitálnych funkcií	6 ks
EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom	1 ks
Elektrická odsávačka	7 ks
Nemocničné lôžka	28 ks

Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na ľubovoľnú časť zákazky, alebo aj na všetky časti. Vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať pre každú časť zákazky samostatne.

Predmet zákazky je rozdelený na časti.

ČASŤ 1 – Pojazdný RTG prístroj

1 ks

Pojazdný RTG prístroj- zabezpečí možnosť rýchleho a presného určenia chorobného stavu a podrobného zobrazenia anatomických štruktúr. Je to neoddeliteľná súčasť úspešnej diagnostiky a liečby pacienta. Zároveň tým, že nemocnica bude mať takýto prístroj vyčlenený len pre pacientov s

ochorením COVID-19, môže zabezpečiť RTG vyšetrenie aj u pacientov s inými diagnózami prístrojom., ktorý doteraz využívala aj pre COVID pacientov, čím sa výrazne zlepší pružnosť vyšetrovania.

ČASŤ 2 – USG Prístroj

1 ks

USG prístroj - jeho diagnostická zobrazovacia technika poslúži na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov. ich veľkostí, štruktúry, patológie alebo lézií. Do tela vyšetrovaného pacienta je vysielané ultrazvukové vlnenie. Je to široko využívaná metóda vyšetrenia vnútorných orgánov, lebo je pomerne ľahko dostupná a prakticky nezaťažujúce pacientov. Používa sa napr. k diagnostickom zobrazení pečene, žlčníku a žľazových ciest, slinivky brušnej, dutiny pobrušnice, obličiek, močových ciest, mechúra. Prostaty, semenníkov, prs, maternici, ovarií, srdca, pľúc, ciev, štítnej žľazy, mäkkých kĺbových a okolo kĺbových štruktúr a u novorodencov dokonca i mozgu. Ultrazvuk môže byť použitý i ako prostriedok pre navigáciu pri cielej biopsii podozrivých štruktúr. Vzhľadom k tomu, že u väčšiny pacientov môže byť diagnóza COVID-19 len pridruženou je potrebné mať k dispozícii uvedený prístroj len na špecializovanom COVID oddelení, aby bola možná rýchla diagnostika pacienta a urýchlil sa postup liečenia, starostlivosťou, kde každý komplikovaný pacient bude monitorovaný.

ČASŤ 3 – Modulárny Monitor vitálnych funkcií

6 ks

Monitory vitálnych funkcií- zabezpečia monitorovanie základných životných funkcií pacientov všetkých vekových kategórií ako sú napríklad: meranie pulzu, EKG, dychovej frekvencie, meranie teploty. neinvazívne meranie arteriálneho tlaku, invazívne meranie tlakov, meranie CO2 ako pri nádychu, tak i pri výdychu. V spojení s plynovým modulom AGAS monitory Icard monitorujú aj vdychované a vydychované anestetické plyny a kyslík. Použitá technológia SpO2 je "motion tolerance", odolná voči pohybu a nízkej perfúzii. Je to dôležité použiť pri pacientoch s komplikáciami, kde sa monitorujú všetky jeho základné funkcie a tým sa v značnej miere dokáže predísť zlyhaniu organizmu, a tým sa zabezpečí kvalitná zdravotná starostlivosť.

Tým, že Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica plánuje zakúpiť monitorovací systém s centrálnou monitorovacou jednotkou a šiestimi monitormi bude možné na špecializovanom COVID oddelení vyčleniť šesť lôžok s intenzívnou

ČASŤ 4 – EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom

1 ks

EKG prístroj vyššej triedy s príslušenstvom -je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda. Založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu. Elektrické potenciály sa snímajú a zaznamenávajú pomocou prístroja označovaného ako elektrokardiograf. Vyšetrenie je bezbolestné, podľa potreby neobmedzene opakovateľné. Elektrokardiografia umožňuje diagnostiku viacerých chorých svalov. Všetky poruchy srdcového rytmu je možné pomocou EKG okamžite diagnostikovať a nasledovne liečiť. Ďalej diagnostikuje poruchy prevodu elektrických vzruchov medzi oddielmi srdca. Pri poruchách prevodu môže dochádzať k zastavovaniu činnosti srdca alebo k jej výraznému spomaleniu, čo sa môže prejaviť závratmi, slabosťou, bezvedomím, v najhoršom prípade náhlou smrťou. Vyskytujú sa občas ako samostatné choroby, ale môžu byť aj príznakom iného vážneho ochorenia srdca. EKG vyšetrenie patrí k prvým krokom pri akejkoľvek strate vedomia, závratoch a podobne. EKG je najjednoduchšia metóda na okamžité rozpoznanie nedokrvnenia srdcového svalu pri

srdcovom infarkte. Pomocou elektrokardiografie je možné diagnostikovať aj niektoré. skôr až pokročilé pľúcne ochorenia, ktoré spôsobujú zväčšenie alebo preťaženie pravej srdcovej komory. Zmeny na elektrokardiograme vyvolávajú aj výrazné odchýlky hladiny draslíka a vápnika v krvi a predávkovanie niektorých liekov. Je to významné z hľadiska diagnostiky pacienta s diagnózou COVID-19.

ČASŤ 5 – Elektrická odsávačka

7 ks

Elektrická odsávačka v počte 7 ks - odsávačky sú zdravotné prístroje, ktoré slúžia na profesionálne odsávanie telesných tekutín napríklad hlien, katar alebo krv. Základnou komplikáciou COVID-19 je zápal pľúc. zvýšené zahlienenie a jedinou terapeutickou možnosťou je opakované odsávanie hustého hlienu, a tým zlepšené dýchanie pacienta. Sú dôležité pre vytvorenie čo najlepších podmienok pri liečbe pacientov s diagnózou COVID-19 na COVID oddelení.

ČASŤ 6 – Nemocničné lôžka

28 ks

Nemocničná lôžka v počte 28 ks— jedná sa o akútne polohovateľné elektrické lôžka, ktorými bude zabezpečené špecializované COVID oddelenie. Lôžka sú vyšpecifikované tak, aby spĺňali vyšší štandard z hľadiska bezpečnosti a hygieny. Je dôležité, aby ležiaci pacienti mali dostatočný komfort čo sa týka aj rôznych druhov polohovania. Uvedené lôžka, teda okrem iných polôh, zabezpečujú aj automatické zastavenie chrbtového dielu pre pacientov s dýchacími problémami. Každé lôžko bude mať kvalitný antidekubitný matrac, aby sa v čo najväčšej možnej miere predchádzalo dekubitom u ležiacich pacientov s nízkou pohyblivosťou.

Ďalší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú dané prílohami týchto Súťažných podkladov a to: E.1 – Technické parametre produktu – samostatná dokumentácia

Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch a v kúpnej zmluve.

Ponúkané zariadenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v prílohe E.1. týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ umožňuje v tých častiach predmetu zákazky, v ktorých v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Pri navrhovaní ekvivalentných zariadení musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť.

Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom

verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

Ponúkané produkty/zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

Detailná technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky pozostáva z:

- vyplnenej špecifikácie ponúkaných zariadení ku každej časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku s uvedením identifikácie ponúkaného zariadenia
- predloženia produktových listov/Manuálov resp. iných informačných materiálov k ponúkaným zariadeniam preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v prílohe (E.1 – Technické parametre produktu) týchto súťažných podkladov; v prípade uvedenia odkazu (link na webové stránky) ponúkaného zariadenia – link musí odkazovať priamo na ponúkané zariadenie (nie všeobecne na link výrobcu či distribútora).

F. Doplňujúce informácie

Využitie subdodávateľov

V súlade s § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby:

- a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- b) aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;
- c) za subdodávateľa sa v súlade s §41 ods. 6 nepovažuje dodávateľ tovaru.

Splnenie podmienok účasti u subdodávateľov bude verejný obstarávateľ posudzovať na základe požadovaných dokladov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.

V prípade, že subdodávateľov sa uchádzač rozhodne zmeniť/uviesť (v súlade s §41 ods. 3 ZVO) až pred podpisom zmluvy, bude verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti hodnotiť v danom momente. Predmetné platí aj pri zmene subdodávateľa v priebehu plnenia zmluvy.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzatváranie zmluvy

Verejný obstarávateľ pri uzavieraní zmluvy o dielo bude postupovať v súlade s §56 ZVO.

Ak to zákon č. 315/2016 Z. z. vyžaduje, zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.

Úspešní uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzavretá, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.

Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy v jednotlivých častiach predmetu zákazky v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní po uplynutí zákonom stanovených lehôt a po úspešnom ukončení kontroly zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy

G. Prílohy

E.1 – Technické parametre produktu – samostatná dokumentácia

G.1 – Jednotný európsky dokument

G.2 – Príručka na vyplnenie jednotného európskeho dokumentu

G.3 – Návrh Kúpna zmluva – Samostatný dokument

G.4 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

G.5 – Návrh na plnenie kritérií

G.6 – Informácie o subdodávateľoch