

E.1 – Technické parametre produktu

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ,
K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN

V prospech organizácie:: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Názov zákazky: Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica

Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:

Časť č. 3: Modulárny Monitor vitálnych funkcií

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLEŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky		
Položka predmetu zákazky - Modulárny Monitor vitálnych funkcií požadovaný počet: 6 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Modulárneho Monitoru vitálnych funkcií)	Doplňujúce informácie
1.	základné konfigurácie monitorovania: 3/5 zvodové EKG	
2.	základné konfigurácie monitorovania: 2xIBP (voliteľne)	
3.	základné konfigurácie monitorovania: NIBP (neinvasívny TK)	
4.	základné konfigurácie monitorovania: SpO2	
5.	základné konfigurácie monitorovania: Pulz	
6.	základné konfigurácie monitorovania: Respirácia	
7.	základné konfigurácie monitorovania: 2x teplota	
	súčasné zobrazenie min. 15 kriviek	
	hodinová pamäť trendov min 168	
	možnosť uloženia 24 hod/3 kriviek	
11.	sloty pre moduly min. 2	
12.	zabudovaná interná Li-ion batéria na min.3,5 hod prevádzky	
13.	TFT displej min. 12,1"	
14.	Centrálna monitorovacia jednotka 1ks	
14.1.	LCD displej min 24"	
15	Príslušenstvo	
15.1.	kompletné príslušenstvo pre dospelý	
16.	Osobitné požiadavky na plnenie:	
16.1.	Záruka min. 24 mesiacov	
16.2.	Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy.	

Cena za ks bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky s DPH v EUR	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

Pečiatka a podpis

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			
uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
áno/nie			
uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
Centrálna monitorovacia jednotka 1ks			
uvedte hodnotu			
áno/nie			
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno/nie			
áno/nie			