

E.1 – Technické parametre produktu

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ,  
K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN

V prospech organizácie:: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  
Názov zákazky: Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica

**Predkladateľ ponuky:**  
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Ponuku vypracoval:  
Tel.:  
Mail:

Časť č. 1: Pojazdný RTG prístroj

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPCŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu  
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky		
Položka predmetu zákazky - Pojazdný RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Pojazdný RTG prístroj)	Doplňujúce informácie
1.	Mobilný motorický RTG prístroj na štyroch kolieskach s integrovanou technikou digitálnych flat panelov	
2.	Vysoko frekvenčný generátor s frekvenciou Min. 50kHz	
3.	Výkon min. 31kW	
4.	Rozsah kV min. 40-133kV	väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (40-133) kV musí byť zachovaný
5.	Rozsah mAs min. 0,4-320 mAs	väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0,4-320) mAs musí byť zachovaný
6.	tepelná kapacita anódy min. 122kHU	
7.	Veľkosť malého ohniska max. 0,7mm	
8.	Veľkosť veľkého ohniska min. 1,3mm	
7. a 8.	V prípade jedného ohniska max. 0,8mm	alternatíva k položke 7. a 8.
9.	voľba kV, mAs, voľba APR	
10.	kolimačné svetlo	
11.	nastavenie ohniskovej vzdialenosti	
12.	rotačné rameno min. +/- 90°	
13.	vzdialenosť ohnisko - podlaha min. 68-200cm	
14.	miesto pre prenos dvoch detektorov	
15.	externá nabíjačka batérii s minimálne jedným náhradným akumulátorom	
16.	Batériou napájaný pohon aj generátor RTG prístroja	
17.	Integrovaný WiFi Access point v tele prístroja	
18.	Napájanie 230V/16A	
19.	Možnosť snímkovať aj bez pripojenia na napájanie 230V	
20.	Šírka prístroja max. 60cm	
21.	Výška prístroja v transportnej polohe Max. 160cm	
22.	DAP meter	
23.	Samonavíjací napájací kábel do tela prístroja	
23. Akvizíčná pracovná stanica:		
23.1.	DICOM Akvizíčná stanica integrovaná v tele prístroja	
23.2.	DICOM kompatibilita: min. zasielanie štúdií na PACS a získavanie WorkList	
23.3.	Dotykový monitor akvizíčnej stanice integrovaný v tele prístroja o veľkosti obrazovky min.17"	
23.4.	Čas prvého zobrazenia snímky max. 3 sekúnd	
23.5.	Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu max. 15 sekúnd	
24. Digitálny bezdrôtový RTG detektor		
24.1.	Veľkosť detektora min. 43x43 cm	
24.2.	Rozlíšenie detektora – hĺbka šedi min. 16bit	
24.3.	Rozlíšenie – veľkosť bodu max. 150 μm	
24.4.	Hmotnosť detektora s batériou max. 4kg	
24.5.	Užívateľom vyberateľná batéria detektora	
24.6.	Náhradná batéria pre RTG detektor min. 1	
25. Digitálny bezdrôtový RTG detektor		

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu  (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1  (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)		POZNÁMKA  (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.	
áno/nie				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
áno/nie				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
áno/nie				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
áno/nie				
Akvizíčná pracovná stanica:				
áno/nie				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
Digitálny bezdrôtový RTG detektor				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
Digitálny bezdrôtový RTG detektor				

25.1.	Veľkosť aktívnej plochy detektora max. 24x30 cm	
25.2.	Rozlíšenie detektora – hĺbka šedi min. 16bit	
25.3.	Rozlíšenie – veľkosť bodu max. 150 µm	
25.4.	Hmotnosť detektora s batériou max. 3kg	
25.5.	Užívateľom vyberateľná batéria detektora	
25.6.	Náhradná batéria pre RTG detektor min. 1	
26.	Osobitné požiadavky na plnenie:	
26.1.	Záruka min. 24 mesiacov	
26.2.	Súlad s ustanovením zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z	
26.3.	Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy.	

Cena za ks bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky s DPH v EUR	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:  
Dňa:

.....

.....  
Pečiatka a podpis

uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
uvedte hodnotu			
áno/nie			
uvedte hodnotu			
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno/nie			
áno/nie			
áno/nie			