

### Nadlimitná zákazka (Tovary)

podľa § 66 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

## SÚŤAŽNÉ PODKLADY

### Predmet zákazky: Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Endoskopické zariadenia

V Prešove, dňa: .....

Ing. Ľubomír Šarník  
riaditeľ FNŠP J. A. Reimana Prešov

.....  
Meno, priezvisko, funkcia a podpis  
zodpovednej osoby verejného obstarávateľa

V Prešove, dňa: .....

MUDr. Jaroslav Barla  
primár oddelenia chirurgie

.....  
Meno, priezvisko, funkcia a podpis  
zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu  
zákazky

V Prešove, dňa: .....

MUDr. Boris Mavrodiev  
primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

.....  
Meno, priezvisko, funkcia a podpis  
zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu  
zákazky

V Prešove, dňa: .....

MUDr. Martin Šofranko  
vedúci lekár pneumologicko – ftizeologického pracoviska

.....  
Meno, priezvisko, funkcia a podpis  
zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu  
zákazky

V Prešove, dňa: .....

Ing. Katarína Frajkorová  
referent oddelenia verejného obstarávania

.....  
Meno, priezvisko, funkcia a podpis  
zodpovednej osoby za súlad súťažných podkladov so zákonom  
o verejnom obstarávaní

### OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV .....	4
Časť I. Všeobecné informácie .....	4
1. Identifikácia verejného obstarávateľa .....	4
2. Predmet zákazky .....	4
3. Rozdelenie predmetu zákazky .....	5
4. Podmienky financovania .....	5
5. Zmluva .....	6
6. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky .....	6
7. Variantné riešenie .....	7
8. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku .....	7
9. Lehota viazanosti ponuky .....	7
Časť II. Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie .....	8
10. Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi .....	8
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov .....	9
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky .....	9
Časť III. Príprava ponuky .....	9
13. Jazyk ponuky .....	9
14. Vyhotovenie ponuky .....	9
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke .....	10
16. Zábezpeka ponuky .....	11
17. Obsah ponuky .....	13
18. Náklady na ponuku .....	16
Časť IV. Predkladanie ponúk .....	16
19. Predloženie ponuky .....	16
20. Označenie obalu ponuky .....	16
21. Miesto a lehota predkladania ponúk .....	16
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky .....	17
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk .....	17
23. Otváranie ponúk .....	17
24. Dôvernoscť procesu verejného obstarávania .....	17
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti .....	17
26. Vyhodnocovanie ponúk .....	18
27. Oprava chýb .....	19
28. Mena na vyhodnotenie ponúk .....	19
Časť VI. Prijatie ponuky .....	19
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .....	19
30. Uzavretie zmluvy .....	19
31. Využitie subdodávateľov pri plnení zmluvy .....	20
32. Zrušenie verejného obstarávania .....	20
33. Revízne postupy .....	21
34. Súhlas so spracovaním osobných údajov .....	21
35. Generálna klauzula .....	21
B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY .....	22
C. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY .....	34
D. SPÔSOB URČENIA CENY .....	36
E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV .....	37
F. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia .....	41



---

### Prílohy súťažných podkladov:

- Príloha č. 1      Identifikačné údaje uchádzača
- Príloha č. 2      Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
- Príloha č. 3      Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
- Príloha č. 4      Jednotný európsky dokument
- Príloha č. 5      Zoznam dodávok tovaru (vzor)
- Príloha č. 6      Návrh kúpnej zmluvy
- Príloha č. 7      Špecifikácia predmetu zákazky

### A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV

#### Časť I. Všeobecné informácie

##### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov  
Sídlo verejného obstarávateľa: Hollého 14, 081 81 Prešov  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
Číslo IBAN pre projekt: SK10 8180 0000 0070 0038 5432  
IČO: 00 610 577  
IČ DPH: SK2021281559  
DIČ: 2021281559  
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Frajkorová  
Telefón: 051/701 10 60  
Fax: 051/772 22 47  
e-mail: frajkorova@fnspresov.sk  
Internetová adresa: [www.fnspresov.sk](http://www.fnspresov.sk)  
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO:  
<https://fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/89>  
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

##### 2. Predmet zákazky

- 2.1. Predmetom zákazky je dodanie endoskopických zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí:

- Časť č. 1 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu
- Časť č. 2 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAİM
- Časť č. 3 Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAİM
- Časť č. 4 Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu
- Časť č. 5 Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom)

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu väd predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

- 2.2. Číselný kód z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO)

Hlavný slovník:

Hlavný predmet: 33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje  
Doplňujúce predmety: 51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadenia  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
80561000-4 Zdravotnícke školenia

- 2.3. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v zmysle ustanovenia § 6 zákona o verejnom obstarávaní vo výške: **960 292,71 eur bez DPH**.

**Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je stanovená nasledovne:**

Časť č.	Názov časti	Predpokladaná hodnota v eur bez DPH
Časť č. 1	Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu	32 325,20
Časť č. 2	Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM	15 851,05
Časť č. 3	Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM	130 275,24
Časť č. 4	Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu	321 452,00
Časť č. 5	Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom)	460 389,22

- 2.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť *B. Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov a časť *C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.
- 2.5. Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch a v ich prílohách.

### 3. Rozdelenie predmetu zákazky

- 3.1. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky, alebo na viac ucelených častí predmetu zákazky, tak ako je podrobne vymedzené v časti *B. Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.
- 3.2. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
- 3.3. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto ucelenej časti z verejnej súťaže vylúčený.

### 4. Podmienky financovania

- 4.1 Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ:	2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
Výzva - kód Výzvy:	IROP-PO2-SC214-2020-61
Názov projektu:	Posilnenie materiálnych kapacít Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
ITMS kód projektu:	NFP302020AZA8

## 5. Zmluva

- 5.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy pre každú časť samostatne v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom/uchádzačkami na druhej strane (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“).
- 5.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť C. *Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky* (návrh zmluvy) týchto súťažných podkladov.

## 6. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky

- 6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov:
- |           |  |
|-----------|--|
| Časť č. 1 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu: pneumologicko – ftizeologické pracovisko                   |
| Časť č. 2 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM: oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny                   |
| Časť č. 3 | Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM: oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny              |
| Časť č. 4 | Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu: pneumologicko – ftizeologické pracovisko |
| Časť č. 5 | Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom): oddelenie chirurgie           |
- 6.2 Lehota dodania:
- |           |  |
|-----------|--|
| Časť č. 1 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu: 90 dní |
| Časť č. 2 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM: 90 dní        |
| Časť č. 3 | Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM: 90 dní   |

- Časť č. 4 Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu: 90 dní
- Časť č. 5 Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom): 90 dní

### 7. Variantné riešenie

- 7.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
- 7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotenú bude iba požadované riešenie.

### 8. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- 8.1 Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne).
- 8.2 Používaním pojmu „uchádzač“ v týchto súťažných podkladoch sa myslí/zahŕňa aj pojem skupina uchádzačov.
- 8.3 Ak ponuku predloží skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Doklad o nominovaní vedúceho člena skupiny musí byť podpísaný:
- 8.3.1 osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo
- 8.3.2 zástupcom /zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávnenými konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa bodu 8.3.1.
- 8.4 V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača.
- 8.5 Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.

### 9. Lehota viazanosti ponuky

- 9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do **31.12.2021**.

- 9.2 V prípade uplatnenia revízných postupov alebo v prípade, ak Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, alebo v prípade ak to bude z procesných dôvodov nevyhnutné, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, ak to bude potrebné. Pri predĺžení lehoty viazanosti ponúk sa verejný obstarávateľ bude riadiť ustanoveniami § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou elektronickej komunikácie v systéme ERANET.
- 9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
- 9.4 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

### Časť II. Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie

#### 10. Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

- 10.1 V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronicou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na <https://fnspresov.eranet.sk> (ďalej len „ERANET“), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: <https://fnspresov.eranet.sk>.
- 10.2.1 Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: <https://fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/89>. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
- 10.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
- 10.4 Za **moment doručenia** elektronickej informácie sa považuje: **moment jej odoslania** systému ERANET t. j. moment uloženia v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
- 10.5 Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t. j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí doručenie takejto žiadosti verejnemu obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém ERANET, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti uvedenými prostriedkami. Pre dodržanie termínov na doručenie žiadosti verejnemu obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia elektronickej podoby žiadosti cez systém ERANET. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží žiadosť do 3 pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systém ERANET (t. j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný obstarávateľ bude na takúto žiadosť hľadiť tak, ako keby nebola podaná.

### 11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- 11.1 Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 10.
- 11.2 Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez systém ERANET.
- 11.3 Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie, predloženej podľa bodov 10. a 11.1, sa oznámi podľa bodu 10 bezodkladne s prihladnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadala dostatočne vopred.
- 11.4 Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní v systéme ERANET na webovej adrese: [www.fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/89](http://www.fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/89), čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu. Deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia informácie alebo vysvetlenia. Verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenie na profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
- 11.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov.
- 11.6 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich ponúk.

### 12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

- 12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

## Časť III. Príprava ponuky

### 13. Jazyk ponuky

- 13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. jazyku slovenskom.
- 13.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho **úradným** prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka.

### 14. Vyhodenie ponuky

- 14.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
- 14.2 Ponuka musí byť predložená elektronicke. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- 14.3 Ponuka predkladaná elektronicke obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku.

- 14.4 Doklady a dokumenty, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované.
- 14.5 Doklady a dokumenty, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
- 14.6 Predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu a dokumentu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku.

### 15. Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 15.1 Uchádzačom navrhované zmluvné ceny pre príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene pre príslušnú časť predmetu zákazky aj jednotkovú cenu. Navrhovaná cena pre príslušnú časť predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celú požadovanú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek.
- 15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), t. j. zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“) navrhovanú zmluvnú cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:
- 15.3.1 navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky bez DPH,
- 15.3.2 sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- 15.3.3 navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky vrátane DPH,
- 15.3.4 navrhovaná zmluvná cena celkom za príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku bez DPH,
- 15.3.5 vyčíslená hodnota DPH,
- 15.3.6 navrhovaná zmluvná cena celkom za príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku vrátane DPH
- 15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky, ako aj všetky ostatné ceny, ktoré sú v týchto súťažných podkladoch požadované bez DPH ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
- 15.5 V prípade, že uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho sídla, k cene bez DPH navrhovanej uchádzačom bude pripočítaná DPH a bude sa hodnotiť cena vrátane DPH, pretože táto cena bude pre verejného obstarávateľa výslednou cenou za predmet zákazky, aj keď daň z pridanej hodnoty DPH uhradí v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty verejný obstarávateľ. DPH sa vyčíslí v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 15.6 V prípade, že ponuka nebude vyčíslená v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú

cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponuky.

- 15.7 Uchádzač stanoví cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
- 15.8 Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením jednotlivých častí predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na činnosti súvisiace s dodaním a dovozom tovaru, dodaním a dovozom pomocných materiálov, ak sú potrebné, náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, inštaláciu, údržbu, zaškolenie, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu dodávky, odskúšanie zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia s prípadnými subdodávateľmi.
- 15.9 Do ceny za príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých funkčných skúšok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s dodaním predmetu zákazky.
- 15.10 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet inej meny na EUR sa uskutoční kurzom uvedenej meny stanoveným ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

## 16. Zábezpeka ponuky

- 16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Zábezpeka pre jednotlivé časti predmetu zákazky je stanovená vo výške:
- Časť č. 1 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu: **1 000 EUR**
- Časť č. 2 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM: **500 EUR**
- Časť č. 3: Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM: **4 000 EUR**
- Časť č. 4 Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu: **10 000 EUR**
- Časť č. 5 Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom): **13 000 EUR**
- 16.2 Spôsob zloženia zábezpeky si zvolí uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú:
- 16.2.1 zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
- 16.2.2 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača,
- 16.2.3 poskytnutie poistenia záruky.
- 16.3 Podmienky zloženia zábezpeky:
- 16.3.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:**
- Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.1 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladnici:
- číslo účtu vo forme IBAN: SK94 8180 0000 0070 0044 9977

BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA

s uvedením variabilného symbolu číslo: IČO uchádzača

účel platby: **zábezpeka – časť č. ...** (uchádzač uvedie číslo časti/častí, na ktoré predkladá ponuku)

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak bola zábezpeka ponuky zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku ponuky uchádzačom bez úrokov, nakoľko Štátna pokladnica úroky neposkytuje.

### 16.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

- 16.3.2.1 Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).
- 16.3.2.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) vo výške zábezpeky podľa bodu 16.1 tejto časti súťažných podkladov za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,
  - banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.1,
  - banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.3.1,
  - banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,
  - platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk
- 16.3.2.3 Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka v záručnej listine poskytla bankovú záruku za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa,
  - odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
  - uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny alebo v dobe platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadala o predĺženie doby platnosti bankovej záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti.
- 16.3.2.4 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, je uchádzač povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou lehotou viazanosti.

### 16.3.3 Poskytnutie poistenia zábezpeky

- 16.3.3.1 Poistná zmluva musí byť uzatvorená v súlade s platnou legislatívou o poisťovníctve tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve, ako aj v doklade vystavenom

poistovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia poistenia záruky za uchádzača, je uchádzač povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou lehotou viazanosti.

- 16.3.3.2 Z dokladu vystaveného poistovňou musí vyplývať, že poistovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto súťaži. Poistovňa sa musí zaviazat zaplatiť na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.3.1 pohľadávku krytú poistením záruky do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie.
- 16.3.3.3 Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poistovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká doručením dokladu vystaveného poistovňou o poistení záruky verejnému obstarávateľovi.
- 16.4 Ak uchádzač zloží zábezpeku ponuky poskytnutím bankovej záruky alebo poistením záruky, predloží dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky v elektronickej ponuke (uchádzač v elektronickej ponuke predloží scan originálu dokladu) a **zároveň doručí samostatne v origináli dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky** (notársky overená kópia nie je postačujúca) **v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením:**
- názov a adresa verejného obstarávateľa: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov,
  - identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
  - označenie „Nadlimitná zákazka – neotvárať“,
  - označenie heslom „časť č. ... (uchádzač uvedie číslo časti/častí, na ktoré predkladá ponuku)“
- 16.5 Verejný obstarávateľ bude akceptovať dôkazné dokumenty aj v elektronickej forme prostredníctvom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasl. ust. Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V súlade s nariadením eIDAS verejný obstarávateľ bude akceptovať aj elektronickú verziu dôkazných dokumentov podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom inštitúcie, ktorá dokument vydala.
- 16.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.7 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

## 17. Obsah ponuky

- 17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 14 týchto súťažných podkladov. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.
- 17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady:
- 17.2.1 **Identifikačné údaje uchádzača** (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor **Príloha č. 1** súťažných podkladov: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača:

obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

- 17.2.2 Ak uchádzač **nevyracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu**, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

- 17.2.3 Vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v **Prílohe č. 2** súťažných podkladov **Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**.

**Konflikt záujmov** – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 2) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy.

- 17.2.4 **Splnomocnenie** pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania **Príloha č. 3** súťažných podkladov – **Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov**.

- 17.2.5 Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť **splnomocnenie pre zástupcu** uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

- 17.2.6 **Doklady**, ktorými uchádzač **preukazuje splnenie podmienok účasti**, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP alebo jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (**Príloha č. 4** súťažných podkladov).

### 17.2.7 **Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky - pre každú časť samostatne:**

17.2.7.1 **Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad**, v ktorých budú uvedené všetky verejným obstarávateľom požadované minimálne technické špecifikácie (parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch v časti *B. Opis predmetu zákazky*.

17.2.7.2 **Príloha č. 7** súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač vypracuje prílohu č. 7 súťažných podkladov nasledovným postupom:

- vyplní ponúkaný typ (označenie), výrobcu, platný ŠUKL kód prístroja (ak je pridelený)
- vyplní všetky údaje v stĺpci č. 1 „Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného prístroja“ v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“
- vyplní všetky údaje stĺpci č. 2 „Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú technické špecifikácie (parametre) ponúkaného prístroja, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1“ – uvedie presný názov dokladu, napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného tovaru, resp. názov iného predloženého dokladu, v ktorom sú uvedené ponúkané parametre prístroja, verejný obstarávateľ odporúča uviesť aj číslo strany, kde sú uvedené ponúkané parametre prístroja.
- podpíše Prílohu č. 7 súťažných podkladov

17.2.7.3 Uchádzač predloží vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie v znení všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa dotknutých harmonizačných technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu vo vzťahu na požiadavku, že ponúkaný tovar / zariadenie musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov z oblasti posudzovania zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

17.2.8 **Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č. 6 SP - pre každú časť predmetu zákazky samostatne) s uvedením cenového návrhu (Príloha č. 2 KZ – Kúpna cena - pre každú časť predmetu zákazky samostatne)** so znením obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti *C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc, v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis kúpnej zmluvy s verejným obstarávateľom.

- 17.3 Uchádzač berie na vedomie, že elektronická podoba ponuky vypracovaná podľa bodu 14 týchto súťažných podkladov bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy), zverejnená na profile podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

### 18. Náklady na ponuku

- 18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

## Časť IV. Predkladanie ponúk

### 19. Predloženie ponuky

- 19.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 19.2 Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému ERANET na webovej stránke uvedenej v bode 21.2 tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1 tejto časti súťažných podkladov.
- 19.3 Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registrovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese uvedenej v bode 21.2.
- 19.4 Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
- 19.5 Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.1. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu.
- 19.6 Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme ERANET. Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie ponuky. Po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení tejto ponuky verejnemu obstarávateľovi.

### 20. Označenie obalu ponuky

- 20.1 Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém ERANET priradí ponuke názov verejného obstarávania, v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.

### 21. Miesto a lehota predkladania ponúk

- 21.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
- 21.2 Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adrese <https://fnspresov.eranet.sk>.

## 22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- 22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 22.2 Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky v systéme ERANET.

## Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### 23. Otváranie ponúk

- 23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze. Otváranie ponúk vykoná komisia v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na adrese:
- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva FNsP J. A. Reimana Prešov, zasadačka na prízemí.
- 23.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.
- 23.3 Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní **neverejné**, t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

### 24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- 24.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
- 24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).
- 24.3 Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií.
- 24.4 Ustanovením bodu 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 24.5 Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.

### 25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 25.1 Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov v súlade s § 40 a ďalšími ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:

- 25.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,
- 25.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú,
- 25.1.3 podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú.
- 25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
- 25.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti *E. Podmienky účasti uchádzačov* týchto súťažných podkladov. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní (**príloha č. 4** súťažných podkladov).
- 25.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
- 25.5 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

## 26. Vyhodnocovanie ponúk

- 26.1 Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 26.2 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení podľa § 40, bude komisia vyhodnocovať z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade ak komisia zistí nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo v dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, o predloženie dôkazov. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 26.4 V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme ERANET) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021.
- 26.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.6 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
- 26.7 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky obsiahnutým v týchto súťažných podkladoch, obsahuje všetky požadované náležitosti ponuky a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito

dokumentmi. Ponuky nezodpovedajúce týmto požiadavkám budú z verejného obstarávania vylúčené.

- 26.8 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených verejným obstarávateľom v časti *F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia*.
- 26.9 Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené komisia postupne zoradí a to od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou v rámci príslušnej časti predmetu zákazky prideli priebežné prvé miesto.
- 26.10 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v elektronickej aukcii.

### 27. Oprava chýb

- 27.1 V prípade zistenia zrejmých chýb v písaní a počítaní komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

### 28. Mena na vyhodnotenie ponúk

- 28.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

## Časť VI. Prijatie ponuky

### 29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk predložených na jednotlivé samostatné ucelené časti, po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
- 29.2 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v rámci príslušnej časti predmetu zákazky v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### 30. Uzavretie zmluvy

- 30.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v rámci príslušnej časti predmetu zákazky zmluvu v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač/uchádzači svoj pôvodný návrh zmluvy, vrátane s tým súvisiacich príloh aktualizuje; a to vo vzťahu na nové ceny upravené smerom nadol, na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnotenia ponúk – v elektronickej aukcii.
- 30.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri

partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

- 30.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- 30.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

### 31. Využitie subdodávateľov pri plnení zmluvy

- 31.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Najneskôr v momente uzatvorenia zmluvy, ktorá je výsledkom tejto súťaže, predloží úspešný uchádzač zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy. Zoznam známych subdodávateľov bude prílohou Kúpnej zmluvy a je potrebné v ňom uviesť požadované údaje o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmet subdodávky.
- 31.2 Všetky pravidlá týkajúce sa zmeny subdodávateľa sa nachádzajú v návrhu Kúpnej zmluvy.

### 32. Zrušenie verejného obstarávania

- 32.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
- 32.1.1 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 32.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
- 32.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 32.1.4 jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.
- 32.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
- 32.3 Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo považovať za naplnenie dôvodov hodných osobitného zreteľa a zrušiť postup verejného obstarávania, ak by došlo k zmene financovania predmetnej akcie, najmä ak by poskytovateľ finančných prostriedkov neakceptoval proces verejného obstarávania alebo by neudelil súhlas na uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo ak by došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

- 32.4 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
- 32.5 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

### 33. Revízne postupy

- 33.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
- 33.2 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.
- 33.3 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Doručovanie námietok a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

### 34. Súhlas so spracovaním osobných údajov

- 34.1 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.
- 34.2 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 34.3 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR.
- 34.4 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

### 35. Generálna klauzula

- 35.1 Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

### B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

#### 1. **Názov predmetu zákazky: MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE COVID19 - ENDOSKOPICKÉ ZARIADENIA.**

##### 1.1 Predmetom zákazky je dodanie endoskopických zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí:

- |           |   |
|-----------|---|
| Časť č. 1 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu                              |
| Časť č. 2 | Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM                                     |
| Časť č. 3 | Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM                                |
| Časť č. 4 | Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu            |
| Časť č. 5 | Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom) |

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu väd predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

- 1.2 Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.
- 1.3 Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.
- 1.4 V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ, a zároveň ak spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je výrobok určený. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

### 2. Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

- 2.1 Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 17.2.7 a 17.2.8 časti A. *Pokyny na vypracovanie ponuky* súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. *Opis predmetu zákazky*.
- 2.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).
- 2.3 Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
- 2.4 Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

**Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:**

**Časť č. 1 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu – 2 ks**

<b>1.</b>	<b>Mobilný flexibilný videobronchoskop hrubý – 1 ks</b>
1.1	S odsávaním z dýchacích ciest
1.2	Vonkajší priemer tubusu max. 5,6 mm
1.3	Pracovná dĺžka max. 700 mm
1.4	Ohyb hore min. 120 °
1.5	Ohyb dole min. 120°
1.6	Priemer pracovného kanála min. 2,0 mm
1.7	LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov alebo min. 2,5 palcov, ak je konštrukčne súčasťou ovládacej časti endoskopu
1.8	Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženie a prenos
1.9	Zdroj LED svetla
1.10	Zdroj energie pre prevádzku zariadenia
1.11	Nabíjačka zdroja energie
1.12	Prevádzkový čas zariadenia pri plne nabitej batérii min. 60 minút
1.13	Cytologické kefy min. 10 ks
1.14	Intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa min. 1 ks
1.15	Náustok 1 ks
1.16	Tester tesnosti endoskopov – 1 ks
<b>2.</b>	<b>Mobilný flexibilný videobronchoskop tenký – 1 ks</b>
2.1	S odsávaním z dýchacích ciest
2.2	Vonkajší priemer tubusu max. 4,2 mm
2.3	Pracovná dĺžka max. 700 mm
2.4	Ohyb hore min. 120 °
2.5	Ohyb dole min. 120°
2.6	Priemer pracovného kanála min. 1,5 mm
2.7	LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov alebo min. 2,5 palcov, ak je konštrukčne súčasťou ovládacej časti endoskopu
2.8	Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženie a prenos
2.9	Zdroj LED svetla
2.10	Zdroj energie pre prevádzku zariadenia
2.11	Nabíjačka zdroja energie
2.12	Prevádzkový čas zariadenia pri plne nabitej batérii min. 60 minút
2.13	Cytologické kefy min. 10 ks
2.14	Náustok 1 ks
2.15	Tester tesnosti endoskopov 1 ks

**Časť č. 2 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAİM – 1 ks**

<b>1.</b>	<b>Mobilný flexibilný videobronchoskop hrubý – 1 ks</b>
1.1	S odsávaním z dýchacích ciest
1.2	Vonkajší priemer tubusu max. 5,6 mm
1.3	Pracovná dĺžka max. 700 mm
1.4	Ohyb hore min. 120 °
1.5	Ohyb dole min. 120°
1.6	Priemer pracovného kanála min. 2,0 mm
1.7	LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov alebo min. 2,5 palcov, ak je konštrukčne súčasťou ovládacej časti endoskopu

1.8	Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženie a prenos
1.9	Zdroj LED svetla
1.10	Zdroj energie pre prevádzku zariadenia
1.11	Nabíjačka zdroja energie
1.12	Prevádzkový čas zariadenia pri plne nabitej batérii min. 60 minút
1.13	Cytologické kefky min. 10 ks
1.14	Intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa min. 1 ks
1.15	Náustok 1 ks
1.16	Tester tesnosti endoskopov – 1 ks

### Časť č. 3 Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM

<b>1.</b>	<b>Videobronchoskop hrubý – 1 ks</b>
1.1	Spôsob snímania min. farebný CCD/CMOS čip
1.2	Rozsah zorného poľa min. 3-50 mm
1.3	Zorný uhol min. 100°
1.4	Priemer pracovného tubusu max. 6,5 mm
1.5	Priemer distálneho konca max. 6,5 mm
1.6	Ohyb hore/dole min. 180°/ min. 130°
1.7	Priemer pracovného kanála min. 2,8 mm
1.8	Pracovná dĺžka min. 600 mm
<b>2.</b>	<b>Videobronchoskop tenký – 1 ks</b>
2.1	Spôsob snímania min. farebný CCD/CMOS čip
2.2	Rozsah zorného poľa min. 3-50 mm
2.3	Zorný uhol min. 100°
2.4	Priemer pracovného tubusu max. 5,5 mm
2.5	Priemer distálneho konca max. 5,5 mm
2.6	Ohyb hore/dole min. 210°/ min. 130°
2.7	Priemer pracovného kanála min. 1,2 mm
2.8	Pracovná dĺžka min. 600 mm
2.9	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
<b>3.</b>	<b>Monitor – 1 ks</b>
3.1	Rozlíšenie monitora min. 1920 x min. 1080
3.2	Uhlopriečka s dĺžkou min. 26"
3.3	Nastavenie úrovne gama
3.4	Nastavenie teploty farieb
3.5	Nastavenie pomeru zobrazenia strán
3.6	Nastavenie jednotlivých užívateľov
<b>4.</b>	<b>Videoprocessor / svetelný zdroj – 1 ks</b>
4.1	Vysoké rozlíšenie obrazu
4.2	Funkcia nastavenia kontrastu obrazu
4.3	Automatické nastavenie jasu
4.4	Nastavenie referenčnej bielej farby, vyváženie
4.5	Funkcia nastavenia ostatných farieb
4.6	Funkcia nastavenia chromatickej časti obrazu
4.7	Možnosť zmrazenia obrazu
4.8	Funkcia elektronického zväčšenia obrazu
4.9	Nastavenie clony
4.10	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
4.11	Možnosť uložiť nastavenia jednotlivých používateľov
4.12	Možnosť ukladania obrazu do pamäte
4.13	Vrátane klávesnice na ovládanie videoprocessora

4.14	S potrebnou kabelážou
4.15	Možnosť manuálneho nastavenia jasú svetla
4.16	Ochrana proti oslňovaniu používateľa
4.17	Životnosť lampy min. 500 prevádzkových hodín
4.18	Lampa s výkonom min. 300 W
<b>5.</b>	<b>Odsávacie zariadenie – 1 ks</b>
5.1	Objem sekretnej nádoby min. 2 l
5.2	Počet sekretných nádob : 1
5.3	Nominálne vákuum min. 85 kPa
5.4	Použitie pre opakovateľne použiteľný systém
5.5	Použitie pre jednorazový systém
5.6	Počet jednorazových zberných vreciek: 150 ks
5.7	Počet patientskych hadíc : 50 ks
<b>6.</b>	<b>Pracovná stanica – 1 ks</b>
6.1	Centrálny vypínač
6.2	Rameno pre dva endoskopy
6.3	Rameno pre monitor
6.4	Držiak pre klávesnicu
6.5	S oddeľovacím transformátorom
6.6	Počet políc : min. 3
<b>7.</b>	<b>Záznamové zariadenie – 1 ks</b>
7.1	HDTV a SDTV nahrávanie
7.2	Vstavaný farebný displej s uhlopriečkou min. 2,5"
7.3	Nahrávanie na interný disk s kapacitou min. 500 MB
7.4	Nahrávanie na USB Flash pamäťový kľúč
7.5	Možnosť nahrávania na externý disk
7.6	Možnosť nahrávania na sieťový disk
7.7	Medicínsky certifikát
<b>8.</b>	<b>Automatický dezinfektor – 1 ks</b>
8.1	Elektrické napätie 230 V
8.2	Plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu
8.3	Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu/orthoptaldehydu *
8.4	Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu/orthoptaldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu*
8.5	Kompatibilný s flexibilnými endoskopmi OLYMPUS, FUJINON, PENTAX, STORZ
8.6	Uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia v detergente, dezinfekcie a záverečného oplachu
8.7	Automatická permanentná kontrola tesnosti/neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu
8.8	Jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody
8.9	Farebný displej
8.10	Zobrazenie doby chodu a teploty
8.11	Zabudovaná tlačiareň
8.12	Možnosť dokumentačného zariadenia slúžiaceho pre identifikáciu endoskopov a tlač validných protokolov o priebehu umývania a dezinfekcie
8.13	Možnosť autodekontaminácie

\* Verejný obstarávateľ požaduje dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu, resp. orthoptaldehydu

### Časť č. 4 Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu

<b>1.</b>	<b>Ultrazvukový videobronchoskop s lineárnym snímaním – 1 ks</b>
1.1	Veľkosť zorného poľa min. 80°
1.2	Smer zorného poľa min. 10°
1.3	Vonkajší priemer distálneho zakončenia max. 7,4 mm
1.4	Vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti max. 6,3 mm
1.5	Maximálna ohybnosť nahor min. 120°
1.6	Maximálna ohybnosť nadol min. 70°
1.7	Priemer inštrumentačného kanála min. 2,0 mm
1.8	Metóda snímania : lineárna
1.9	Snímaný rozsah min. 60°
1.10	Funkcia Color Doppler
1.11	Funkcia Power Doppler
1.12	Vrátane 6 ks aspiračných ihl
<b>2.</b>	<b>Ultrazvukový prístroj 1ks</b>
2.1	Uhlopriečka obrazovky monitora min. 21 palca
2.2	Dynamický rozsah min. 320 dB
2.3	Frekvenčný rozsah min. 1,0 až 18 MHz
2.4	Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm
2.5	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5 až 20 mm
2.6	Interný HDD s kapacitou min. 500GB
2.7	Ovládanie pomocou trackballu
2.8	USB porty min. 2
2.9	Výškovo a stranovo nastaviteľný ovládací panel
2.10	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
2.11	Počet portov pre zapojenie sond min.3
2.12	Modul pre pripojenie bronchoskopickej zostavy
2.13	Možnosť pripojiť bronchoskopickú lineárnu sondu
2.14	Technológia na potlačenie šumu
2.15	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
2.16	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu- zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod
2.17	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
2.18	Anatomický M – mód s rekonštrukciou po zmrazení
2.19	Farebné mapovanie prietokov
2.20	Energetický doppler
2.21	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
2.22	Kontinuálny CW doppler
2.23	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom
2.24	Výšetrenie kompresnou elastografiou
2.25	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov
2.26	Záznam TDI/PW súčasne v reálnom čase s výpočtom Em
2.27	Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase
2.28	Elastografia typu shear-wave
2.29	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)
2.30	Elastografia na konvexných, lineárnych a endokavitálnych sondách
2.31	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
2.32	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA
2.33	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov
2.34	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu,

	kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
2.35	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi
2.36	Možnosť pripojiť intra- operačné sondy a laparoskopické sondy
2.37	Presety pre EUS a EBUS vyšetrenie
2.38	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM
2.39	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva
2.40	Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
2.41	Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz
2.42	Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-12 MHz
<b>3.</b>	<b>Videobronchoskop - 1 ks</b>
3.1	Spôsob snímania min. farebný CCD čip
3.2	Rozsah zorného poľa min. 3-50 mm
3.3	Zorný uhol min. 120°
3.4	Priemer pracovného tubusu max. 6,4 mm
3.5	Priemer distálneho konca max. 6,3mm
3.6	Ohyb hore/dole min. 180°/ min. 130°
3.7	Priemer pracovného kanála min. 2,8 mm
3.8	Pracovná dĺžka min. 600 mm
3.9	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
<b>4.</b>	<b>Monitor – 1 ks</b>
4.1	Rozlíšenie monitora min. 1920 x min. 1080
4.2	Uhlopriečka s dĺžkou min. 26"
4.3	Nastavenie úrovne gama
4.4	Nastavenie teploty farieb
4.5	Nastavenie pomeru zobrazenia strán
4.6	Nastavenie jednotlivých užívateľov
<b>5.</b>	<b>Videoprocessor / svetelný zdroj – 1 ks</b>
5.1	Vysoké rozlíšenie obrazu
5.2	Funkcia nastavenia kontrastu obrazu
5.3	Automatické nastavenie jasu
5.4	Nastavenie referenčnej bielej farby, vyváženie
5.5	Funkcia nastavenia ostatných farieb
5.6	Funkcia nastavenia chromatickej časti obrazu
5.7	Možnosť zmrazenia obrazu
5.8	Funkcia elektronického zväčšenia obrazu
5.9	Nastavenie clony
5.10	Identifikácia endoskopov podľa typu a výrobného čísla
5.11	Zaznamenávanie počtu vyšetrení konkrétneho endoskopu
5.12	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
5.13	Možnosť uložiť nastavenia jednotlivých používateľov
5.14	Možnosť ukladania obrazu do pamäte
5.15	Vrátane klávesnice na ovládanie videoprocessora
5.16	S potrebnou kabelážou
5.17	Záložná žiarovka
5.18	Možnosť manuálneho nastavenia jasu svetla
5.19	Insuflácia pre potreby vyšetrenia
5.20	Ochrana proti oslňovaniu používateľa
5.21	Životnosť xenónovej lampy min. 500 prevádzkových hodín
5.22	Xenónová lampa s výkonom min. 300 W
<b>6.</b>	<b>Odsávacie zariadenie – 1 ks</b>
6.1	Objem sekretných nádob min. 2 l
6.2	Počet sekretných nádob : 1

6.3	Nominálne vákuum min. 85 kPa
6.4	Použitie pre opakovateľne použiteľný systém
6.5	Použitie pre jednorazový systém
6.6	Počet jednorazových zberných vreciek: 150 ks
6.7	Počet patientskych hadíc : 50 ks
<b>7.</b>	<b>Pracovná stanica – 1 ks</b>
7.1	Centrálny vypínač
7.2	Rameno pre dva endoskopy
7.3	Rameno pre monitor
7.4	Držiak pre klávesnicu
7.5	S oddeľovacím transformátorom
7.6	Počet políc : min. 3
<b>8.</b>	<b>Záznamové zariadenie – 1 ks</b>
8.1	HDTV a SDTV nahrávanie
8.2	Vstavaný farebný displej s uhlopriečkou min. 2,5“
8.3	Nahrávanie na interný disk s kapacitou min. 500 MB
8.4	Nahrávanie na USB Flash pamäťový kľúč
8.5	Možnosť nahrávania na externý disk
8.6	Možnosť nahrávania na sieťový disk
8.7	Medicínsky certifikát
<b>9.</b>	<b>Automatický dezinfektor – 1 ks</b>
9.1	Elektrické napätie 230 V
9.2	Plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu
9.3	Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu
9.4	Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu
9.5	Kompatibilný s flexibilnými endoskopmi OLYMPUS, FUJINON, PENTAX, STORZ
9.6	Uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia v detergente, dezinfekcie a záverečného oplachu
9.7	Automatická permanentná kontrola tesnosti/neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu
9.8	Integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody
9.9	Farebný displej
9.10	Zobrazenie doby chodu a teploty
9.11	Zabudovaná tlačiareň
9.12	Možnosť dokumentačného zariadenia slúžiaceho pre identifikáciu endoskopov a tlač validných protokolov o priebehu umývania a dezinfekcie
9.13	Možnosť autodekontaminácie

### Časť č. 5 Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom)

<b>1.</b>	<b>Videoduodenoskop – 2ks</b>
1.1	Technológia farebného snímání CCD čip
1.2	Veľkosť zorného poľa min. 100° max. 120°
1.3	Vonkajší priemer distálneho zakončenia min. 13,0 mm, max. 14,2 mm
1.4	Vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti min. 11,3 mm, max. 12,3 mm
1.5	Maximálna ohybnosť nahor : min. 90° max. 120°
1.6	Maximálna ohybnosť nadol : min. 90° max. 120°
1.7	Maximálna ohybnosť vpravo : min. 90° max. 120°
1.8	Maximálna ohybnosť vľavo : min. 90° max. 120°

1.9	Priemer inštrumentačného kanála : min. 4,2 mm, max. 5,2 mm
1.10	Albarranov mostík
1.11	Smer snímania : bočný
1.12	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
1.13	Vrátane distálnych násadcov a krytiel bioptického kanála
<b>2.</b>	<b>Súbor inštrumentária pre ERCP</b>
2.1	Vodiaci drôt - 14ks
2.2	Sfinkterotom - 5ks
2.3	Extrakčný košík - 9ks
2.4	Extrakčný balón - 8ks
2.5	Kanyla - 7ks
2.6	Zavádzač stentu - 8ks
2.7	Litotriptor - 4ks
2.8	Rúčka litotriptora - 1ks
2.9	Plášť litotriptora - 1ks
2.10	Koagulačný grasper - 2ks
2.11	Dilatačný balón - 6ks
2.12	Pumpa pre dilatačný balón - 1ks
2.13	Stent - 38ks
<b>3.</b>	<b>Ultrazvukový videogastroskop s lineárnym snímaním – 1ks</b>
3.1	Veľkosť zorného poľa : min. 100°
3.2	Vonkajší priemer distálneho zakončenia max. 15,0 mm
3.3	Vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti max. 13,0 mm
3.4	Maximálna ohybnosť nahor : min. 130°
3.5	Maximálna ohybnosť nadol : min. 90°
3.6	Maximálna ohybnosť vpravo : min. 90°
3.7	Maximálna ohybnosť vľavo : min. 90°
3.8	Priemer inštrumentačného kanála: min. 3,7 mm
3.9	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
3.10	Prevádzkové režimy : B-mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode
3.11	Metóda snímania : elektronické lineárne usporiadanie
3.12	Smer snímania : paralelne na smer zavedenia
3.13	Kontaktná metóda : balón naplnený vodou
3.14	Funkcia farebný Doppler/ Color Doppler
3.15	Funkcia regulácie intenzity Dopplera/ Power Doppler
3.16	Vrátane 10 ks aspiračných ihl
<b>4.</b>	<b>Ultrazvukový prístroj – 1ks</b>
4.1	Uhlopriečka obrazovky monitora min. 21 palca
4.2	Dynamický rozsah min. 320 dB
4.3	Frekvenčný rozsah min. 1,0 až 18 MHz
4.4	Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm
4.5	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5 až 20 mm
4.6	Interný HDD s kapacitou min. 500GB
4.7	Ovládanie pomocou trackballu
4.8	USB porty min. 2
4.9	Výškovo a stranovo nastaviteľný ovládací panel
4.10	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
4.11	Počet portov pre zapojenie sond min. 3
4.12	Modul pre pripojenie gastroscopickej zostavy
4.13	Možnosť pripojiť gastroscopickú rádiálnu a lineárnu sondu
4.14	Technológia na potlačenie šumu
4.15	B – mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
4.16	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu – zobrazenie bez nutnosti

	nastavovať fokusačný bod
4.17	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
4.18	Anatomický M - mód s rekonštrukciou po zmrazení
4.19	Farebné mapovanie prietokov
4.20	Energetický doppler
4.21	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
4.22	Kontinuálny CW doppler
4.23	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom
4.24	Vyšetrenie kompresnou elastografiou
4.25	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov
4.26	Záznam TDI/PW súčasne v reálnom čase s výpočtom Em
4.27	Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase
4.28	Elastografia typu shear- wave
4.29	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)
4.30	Elastografia na konvexných, lineárnych a endokavitálnych sondách
4.31	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
4.32	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA
4.33	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov
4.34	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
4.35	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi
4.36	Možnosť pripojiť intra-operačné sondy a laparoskopické sondy
4.37	Presety pre EUS a EBUS vyšetrenie
4.38	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM
4.39	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva
4.40	Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
4.41	Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz
4.42	Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-12 MHz
<b>5.</b>	<b>Videogastroskop – 1ks</b>
5.1	Spôsob snímania : min. farebný HD čip
5.2	Vysoké rozlíšenie obrazu
5.3	Rozsah zorného poľa min. 2-100 mm
5.4	Zorný uhol min. 140°
5.5	Priemer pracovného tubusu max. 9,4 mm
5.6	Ohyb hore/dole min. 210°/90°
5.7	Ohyb vľavo/vpravo min. 100°/100°
5.8	Priemer pracovného kanála min. 2,8 mm
5.9	Pracovná dĺžka min. 100 cm
5.10	Celková dĺžka min. 130 cm
5.11	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
5.12	Univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore
<b>6.</b>	<b>Videokolonoskop – 1ks</b>
6.1	Spôsob snímania : min. farebný HD čip
6.2	Vysoké rozlíšenie obrazu
6.3	Rozsah zorného poľa min. 2-100 mm
6.4	Zorný uhol min. 140°
6.5	Priemer pracovného tubusu max. 12,8 mm
6.6	Ohyb hore/dole min. 180°/180°
6.7	Ohyb vľavo/vpravo min. 160°/160°
6.8	Priemer pracovného kanála min. 3,6 mm
6.9	Pracovná dĺžka min. 165 cm

6.10	Celková dĺžka min. 200 cm
6.11	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
6.12	Funkcia variabilnej tuhosti tubusu
6.13	Samostatný kanál na oplachovanie
6.14	Univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore
<b>7.</b>	<b>Monitor 1 ks</b>
7.1	Rozlíšenie monitora min. 1920 x min. 1080
7.2	Uhlopriečka s dĺžkou min. 26"
7.3	Prepínanie úrovne gama
7.4	Prepínanie teploty farieb
7.5	Prepínanie pomeru zobrazenia
7.6	Funkcia prepínania užívateľských nastavení
<b>8.</b>	<b>Videoprocessor/ svetelný zdroj - 1ks</b>
8.1	Vysoké rozlíšenie obrazu
8.2	Funkcia nastavenia kontrastu
8.3	Automatické nastavenie jasu
8.4	Funkcia vyváženia bielej farby
8.5	Funkcia nastavenia farieb
8.6	Funkcia nastavenia chromatickosti obrazu
8.7	Funkcia zmrazenia obrazu
8.8	Rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla
8.9	Zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov
8.10	Možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium
8.11	Funkcia digitálnej chromoendoskopie
8.12	Funkcia elektronického zväčšenia obrazu
8.13	Možnosť používateľských prednastavení
8.14	Funkcia irisovej clony
8.15	Vrátane klávesnice na ovládanie videoprocessora
8.16	Životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín
8.17	Xenónová lampa s výkonom min. 300 W
8.18	Záložná žiarovka
8.19	Možnosť manuálneho nastavenia jasu
8.20	Insuflácia
8.21	Ochrana proti oslňovaniu používateľa
8.22	S potrebnou kabelážou
<b>9.</b>	<b>Polypektomická jednotka – 1ks</b>
9.1	Monopolárny rez
9.2	Monopolárna koagulácia
9.3	Bipolárna koagulácia
9.4	Sprejová koagulácia
9.5	Monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva
9.6	Neutrálna jednorazová elektróda min. 50 ks
9.7	Nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojité
9.8	Vrátane potrebnej kabeláže
<b>10.</b>	<b>Odsávacie zariadenie – 1ks</b>
10.1	Objem sekretnej nádoby min. 2l
10.2	Počet sekretných nádob : 1
10.3	Nominálne vákuum min. 85 kPa
10.4	Použitie pre opakovateľne použiteľný systém
10.5	Použitie pre jednorazový systém
10.6	Počet jednorazových zberných vreciek: 150 ks
10.7	Počet patientskych hadíc : 50 ks
<b>11.</b>	<b>Oplachovacie zariadenie - 1 ks</b>

11.1	Objem zásobovacej nádoby : min. 1l
11.2	Prietok s možnosťou nastavenia: min. 200 ml/min
11.3	Vrátane nožného ovládača
11.4	Vrátane potrebných hadíc
<b>12.</b>	<b>Pracovná endoskopická stanica – 1ks</b>
12.1	Centrálny vypínač
12.2	Rameno pre dva endoskopy
12.3	Rameno pre monitor
12.4	Držiak pre klávesnicu
12.5	S oddeľovacím transformátorom
12.6	Počet políc : min.3
<b>13.</b>	<b>Záznamové zariadenie – 1ks</b>
13.1	HDTV a SDTV nahrávanie
13.2	Vstavaný farebný displej s uhlopriečkou min. 2,5“
13.3	Nahrávanie na interný disk s kapacitou min. 500 MB
13.4	Nahrávanie na USB Flash pamäťový kľúč
13.5	Možnosť nahrávania na externý disk
13.6	Možnosť nahrávania na sieťový disk
13.7	Medicínsky certifikát
<b>14.</b>	<b>Automatický dezinfektor – 1 ks</b>
14.1	Elektrické napätie 230 V
14.2	Plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu
14.3	Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu
14.4	Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu
14.5	Kompatibilný s flexibilnými endoskopmi OLYMPUS, FUJINON, PENTAX, STORZ
14.6	Uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia v detergente, dezinfekcie a záverečného oplachu
14.7	Automatická permanentná kontrola tesnosti/neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu
14.8	Integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody
14.9	Farebný displej
14.10	Zobrazenie doby chodu a teploty
14.11	Zabudovaná tlačiareň
14.12	Možnosť dokumentačného zariadenia slúžiaceho pre identifikáciu endoskopov a tlač validných protokolov o priebehu umývania a dezinfekcie
14.13	Možnosť autodekontaminácie

### C. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

#### 1. Zmluva

- 1.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá je uvedená v **Prílohe č. 6** súťažných podkladov. Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracovaný návrh kúpnej zmluvy do svojho návrhu kúpnej zmluvy.
- 1.2 Uchádzač môže v rámci trvania lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy uvedených v tejto časti súťažných podkladov. Na každú požiadavku o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy poskytne verejný obstarávateľ príslušné vysvetlenie, resp. usmernenie v súlade s bodom 11.3 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže požiadať len o také doplnenia, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi alebo inou sprievodnou dokumentáciou k súťažným podkladom, nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nebudú podstatným spôsobom meniť návrh zmluvy uvedený v tejto časti súťažných podkladov a nebudú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ak dôjde počas trvania lehoty na vysvetlenie k zmene pôvodného návrhu kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ zverejní v lehote a spôsobom podľa bodu 11.4 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto súťažných podkladov upravený návrh kúpnej zmluvy. Uchádzač je povinný prebrať verejným obstarávateľom upravený návrh kúpnej zmluvy do svojich zmluvných návrhov.
- 1.3 Uchádzač predloží v ponuke **samostatne pre každú ucelenú časť predmetu zákazky**, na ktorú predkladá svoju ponuku **Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č. 6 SP- pre každú časť samostatne) s uvedením cenového návrhu (Príloha č. 2 KZ – Kúpna cena - pre každú časť samostatne)**. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc, v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis kúpnej zmluvy s verejným obstarávateľom.

#### 2. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná pre uzavretie zmluvy.

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

##### **Príloha č. 1 Zmluvy** - Špecifikácia predmetu kúpy:

Úspešný uchádzač predloží Prílohu č. 1 zmluvy v nadväznosti na ponúkanú špecifikáciu predmetu zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky vypracovanú podľa bodu 17.2.7.2 časti A týchto súťažných podkladov, ktorú predložil v ponuke.

##### **Príloha č. 2 Zmluvy** - Kúpna cena:

Ceny uvedené v Prílohe č. 2 musia byť predložené v súlade s výsledkom elektronickej aukcie pre príslušnú časť predmetu zákazky. Uchádzač musí výpočty v prílohe č. 2 realizovať tak, aby pri spätnom výpočte nedošlo k navýšeniu výslednej ceny z elektronickej aukcie za príslušný celok a

zároveň k navýšeniu jednotkových cien za mernú jednotku jednotlivých položiek, ktoré uchádzač stanovil v pôvodne predloženej ponuke.

**Príloha č. 3 Zmluvy - Subdodávateľa:**

V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej kúpnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie **údaje o všetkých známych subdodávateľoch**, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmet subdodávky.

### D. SPÔSOB URČENIA CENY

#### 1. Cena za predmet zákazky

- 1.1 Uchádzačom navrhované zmluvné ceny v rámci príslušnej časti predmetu zákazky budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

#### 2. Spôsob určenia ceny

- 2.1 Uchádzač ku každej oceňovanej položke v systéme ERANET uvedie v navrhovanej zmluvnej cene v rámci príslušnej časti predmetu zákazky aj jednotkovú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Navrhovaná cena v rámci príslušnej časti predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek, tak aby boli splnené všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti *B. Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.
- 2.2 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky do miesta určenia a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
- 2.3 Uchádzač vyplní údaje v systéme ERANET v časti Návrh na plnenie kritérií a to spôsobom uvedeným v manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke.
- 2.4 Určenie jednotkových cien musí byť jednoznačné a následný výpočet celkovej ceny pre každú položku musí byť vypočítaný z jednotkových cien vynásobením stanovenými množstvami definovanými v tabuľke. Množstvá pre každú položku sú nemenné a musia byť presne také aké sú uvedené v tabuľke v systéme ERANET.
- 2.5 Jednotkové ceny v tabuľke sú ceny za jednu jednotku danej položky definovaného množstva.
- 2.6 Zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny musí byť na dve desatinné miesta v zmysle matematických pravidiel.

### E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

#### 1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:

- nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- nemá evidované nedoplatky na poisťovníu na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov<sup>1</sup> v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov<sup>2</sup> v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:

- písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
- písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

<sup>1</sup> § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

<sup>2</sup> Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

- 1.3. Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 1.5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
- 1.6. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
- 1.7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
- 1.8. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
- 1.9. Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
- 1.10. **UPOZORNENIE :** Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č.11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12. 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS).

## 2. Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia

Nevyžadujú sa.

### 3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorým preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní.

- 3.1 **§ 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru** za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 3.1:

Uchádzač predloženým zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania musí pre časti č. 1 až č. 5 predmetu zákazky preukázať, že v požadovanom období uskutočnil minimálne jednu dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (1 referenčným dodaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky je možné preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky).

Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumejú endoskopické zariadenia.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

- 3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
- 3.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.4 Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní **predbežne** nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).
- 3.5 Vyžaduje sa predloženie dokladov/zaslanie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

### 4. Jednotný európsky dokument (Príloha č. 4 súťažných podkladov)

- 4.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona o verejnom

obstarávaní predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“) - Príloha č. 4 súťažných podkladov (vygenerovaná verzia JED-u vo formáte .xml).

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vyplňaniu JEDu: <https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>.

Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

- 4.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.
- 4.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
- 4.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).
- 4.5 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
- 4.6 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

## F. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia

### 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidiel jeho uplatnenia

- 1.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
- 1.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková zmluvná cena za každú ucelenú časť predmetu zákazky**, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0%. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzač platca alebo neplatca DPH.
- 1.3 Vyhodnocovať sa bude každá ucelená časť predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v časti B. Opis predmetu zákazky samostatne, t. z. **na každú ucelenú časť predmetu zákazky sa uskutoční samostatná elektronická aukcia.**
- 1.4 Uchádzač v systéme ERANET zadáva jednotkovú cenu bez DPH a sadzbu DPH, pričom systém dopočíta pre stanovenie kritéria celkovú cenu pre každú položku ako súčin jednotkovej ceny a predpokladaného množstva.
- 1.5 Systém ERANET vypočíta kritérium – celkovú cenu ako súčet všetkých cien za celé množstvo pre každú položku, ktoré sú uvedené v tabuľke na zadanie návrhu na plnenie kritéria a celkovú cenu vyplní do riadku Celková cena.
- 1.6 Komisia určí poradie uchádzačov v rámci príslušnej časti predmetu zákazky podľa výšky navrhutej celkovej ceny s DPH za predmet zákazky uvedenej v jednotlivých ponukách. Na prvom mieste v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou s DPH. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny s DPH za predmet zákazky. **Úspešným uchádzačom** v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sa stane ten uchádzač, ktorého celková zmluvná cena v rámci príslušnej časti predmetu zákazky bude najnižšia, t. j. v automatizovanom vyhodnotení ponúk po realizácii elektronickej aukcie sa umiestnil na prvom mieste. Táto ponuka bude identifikovaná ako úspešná. Ostatné ponuky, ktorých celková zmluvná cena bude vyššia ako celková zmluvná cena úspešného uchádzača, t. j. v automatizovanom vyhodnotení ponúk po realizácii elektronickej aukcie sa neumiestnili na prvom mieste, budú identifikované ako neúspešné v rámci príslušnej časti predmetu zákazky.
- 1.7 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení kúpnej zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí kúpnej zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

### 2. Podmienky elektronickej aukcie (e-aukcie)

**Názov eAukcie:** „Materiálne technické vybavenie pre COVID19 - Endoskopické zariadenia“

Zákazka je v závislosti od požadovaných technicko-medických parametrov rozdelená do piatich samostatných ucelených častí - **na každú ucelenú časť predmetu zákazky sa uskutoční samostatná elektronická aukcia:**

Časť č. 1 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre pneumológiu

Časť č. 2 Mobilný flexibilný videobronchoskop s príslušenstvom pre OAIM

Časť č. 3 Videobronchoskopická zostava s automatickým dezinfektorom pre OAIM

Časť č. 4 Videobronchoskopická ultrazvuková zostava s automatickým dezinfektorom pre pneumológiu

Časť č. 5 Videogastroenterologická ERCP zostava a endosono zostava (s ultrazvukovým lineárnym gastroskopom)

### 2.1 Aukčný softvér:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB – na internetovej adrese <http://www.dev.verejneaukcie.sk/>

Kontakt na technickú podporu elektronickej aukcie:

e-mail: [podpora@verejneaukcie.sk](mailto:podpora@verejneaukcie.sk)

tel. číslo: + 421 37 655 1111

### 2.2 Výzva:

Po určení poradia na základe predložených ponúk v elektronickej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

### 2.3 Testovacia aukcia:

Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e - aukčná sieň, kde bude prebiehať testovacia e - aukcia, v rámci ktorej sa môžu uchádzači oboznámiť s prostredím e - aukčnej siene. V testovacej aukcii bude uchádzačovi priradená náhodná cenová ponuka, ktorej zmenou nedochádza k zmene jeho vstupnej ponuky v súťažnom kole. Pred začatím súťažného kola – ostrej aukcie sa testovacia aukcia ukončí.

### 2.4 Ostrá aukcia:

Po spustení súťažného kola – ostrej aukcie budú uchádzačom priradené ich vstupné ceny na základe hodnôt uvedených v predložených ponukách.

Do začiatku súťažného kola nemôže uchádzač svoju vstupnú ponuku meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.

Elektronická aukcia bude jednokolová a súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťažného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí/ia najnižšia/ie cena/y s DPH za predmet zákazky a zároveň ich ponúknutá cena. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Všetky informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači.

### 2.5 Spôsob znižovania ceny:

Minimálny krok zmeny ceny je 0,1%

Maximálny krok zmeny ceny je 50%

### 2.6 Spôsob ukončenia eAukcie:

Elektronická aukcia sa skončí podľa § 54 ods. 11 písm. b):

v prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky uchádzača v posledných 2 minútach aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania aukcia predĺži o vopred stanovený čas 2 minút, aby

aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú ponuku. Takýchto predĺžení môže byť neobmedzený počet, až kým cena nezostane nezmenená posledné dve minúty pred koncom.

Súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v lehote do 2 minút pred koncom) svoju novú aktuálne najlepšiu ponuku v danom kole upravenú smerom nadol.

**Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie.**

Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému EVOB 1.0 včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom EVOB 1.0. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému EVOB 1.0, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému EVOB 1.0 doručené a systémom EVOB 1.0 spracované - systém EVOB 1.0 zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom EVOB 1.0 a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému EVOB 1.0 presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.

Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať jednotkové ceny, ktoré boli predmetom daného súťažného kola.

Po ukončení aukcie prostredníctvom on-line systému verejný obstarávateľ označí uchádzača, ktorý predloží v aukcii prostredníctvom on-line systému cenovo najvýhodnejšiu ponuku za úspešného.

### 2.7 Technické požiadavky:

- Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu.
- Počítač s parametrami min. 1,6 GHz, 1GB RAM, 200 GB HDD
- Počítač s operačným systémom Windows (MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux).
- Aktuálna verzia internetového prehliadača IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32+ a vyššie, Chrome 40+ a vyššie
- Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
- Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie), zapnutie JavaScript, zapnuté Cookies
- V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".

Porucha na strane uchádzača nie je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie alebo kola elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.

V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa, resp. poskytovateľa služby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo na ďalší postup:

- opakovať elektronickú aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona,
- predĺžiť aukčné kolo o časový úsek primeraný dobe trvania technických problémov aukcie, pričom bude elektronická aukcia pokračovať s naposledy zaznamenanými cenami, resp. hodnotami prvkov ponúk všetkých uchádzačov,
- zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť.