

Verejný obstarávateľ: Nemocnica Snina, s. r. o.

Zákazka: Podlimitná zákazka na dodanie tovaru vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 121 / 2021 z 19. 05. 2021 pod značkou 27529 – WYT

Predmet zákazky: Mamografický prístroj s priamou digitalizáciou

## **Odpoveď na žiadosť o nápravu – 09. 06. 2021**

### K požiadavke č. 1:

Verejný obstarávateľ stanovil v technickej špecifikácii predmetu zákazky požiadavku:

Akvizičná stanica - operačný systém Windows 10.

Uchádzač požaduje akceptovať ako rovnocenný operačný systém Linux.

Verejný obstarávateľ prehodnotil požiadavku uchádzača a jeho návrh akceptuje.

Parameter upravuje nasledovne:

Akvizičná stanica - operačný systém Windows 10 alebo Linux.

Verejný obstarávateľ zároveň v tomto zmysle upraví technickú špecifikáciu zverejnenú v dokumentoch zákazky.

### K požiadavke č. 2:

Verejný obstarávateľ upravil v technickej špecifikácii predmetu zákazky požiadavku " Rozlíšenie detektora ( veľkosť bodu ) max. 100  $\mu\text{m}$  " tak, že uvedenú požiadavku zrušil a nahradil ju novou požiadavkou " Minimálne priestorové rozlíšenie zobrazovacieho systému: 7 lp / mm pre digitálnu a digitalizované systémy ".

Uvedená požiadavka bola stanovená na základe podmienok uvedených vo Vestníku MZ SR, čiastka 32 z 19. 06. 2019 - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie – skríningová mamografia, 1. verzia, časť požiadavky na mamografický prístroj a požiadavky na zobrazovací systém.

Verejný obstarávateľ trvá na upravenej technickej špecifikácii uvedeného parametra - Minimálne priestorové rozlíšenie zobrazovacieho systému: 7 lp / mm pre digitálnu a digitalizované systémy.

Snina, 14. 06. 2021

Ing. Šimonová Iveta  
referentka pre verejné obstarávanie