

Všetkým zájemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
416/2021/VO

Vybavuje
Ing. Frajkorová/051 7011060

Prešov dňa
15.06.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Dňa 11.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 04.06.2021 pod značkou 2021/S 107-279371 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/2021 pod značkou 28843-MST na predmet zákazky: „**Detský ventilátor**“.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):

Technická špecifikácia, p.č.7: neinvazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow a možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach s automatickou kompenzáciou poklesu tlaku v dýchacích cestách.

Otázka: Bude zadávateľ v rámci požadovaného parametru akceptovať režim nCPAP, kompatibilný s aplikátormi všeobecne známymi ako Babyflow, Neojet, prípadne MiniFlow?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Novorodenecké oddelenie verejného obstarávateľa pri svojej práci využíva na neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov ventilačný režim Infant Flow, ktorý zabezpečuje neinvazívnu ventilačnú podporu pomocou nazálnych aplikátorov s aktívnou inspiračnou aj expiračnou fázou. V praxi to znamená, že Infant Flow viac spolupracuje s extrémne nezrelým, ale aj donoseným novorodencom tým, že znižuje jeho dychovú prácu a prispôsobuje sa zdravotnému stavu dieťaťa. Vami navrhnuté systémy nemajú aktívnu expiračnú fázu.

Verejný obstarávateľ neakceptuje Vami uvedené systémy, vzhľadom na to, že nespĺňajú nami požadovaný štandard a **trvá** na splnení parametra č. 7: „Neinvazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow a možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach s automatickou kompenzáciou poklesu tlaku v dýchacích cestách“.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov