

Všetkým zájemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
418/2021/VO

Vybavuje
Sobotová/ 051 7011232

Prešov dňa
16.06.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Dňa 14.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 28.05.2021 pod značkou 2021/S 102-266457 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2021 pod značkou 28353 – MST dňa 31.05.2021 na predmet zákazky: „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Lekárske dýchacie prístroje**“.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):

Časť č.3 Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích oránoch N CPAP

Technická špecifikácia, p.č. 1.8: neinvazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow.

Otázka: Bude zadávateľ v rámci požadovaného parametru akceptovať režim nCPAP, kompatibilný s aplikátormi všeobecne známymi ako Babyflow, Neojet, prípadne MiniFlow?

Časť č.4 Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou

Technická špecifikácia, p.č. 1.10: neinvazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow

Otázka: Bude zadávateľ v rámci požadovaného parametru akceptovať režim nCPAP, kompatibilný s aplikátormi všeobecne známymi ako Babyflow, Neojet, prípadne MiniFlow?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Vami uvedené systémy, vzhľadom na to, že nespĺňajú nami požadovaný štandard.

Na neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov využívame, ventilačný režim Infant Flow, ktorý zabezpečuje neinvazívnu ventilačnú podporu pomocou nazálnych aplikátorov s aktívnou inspiračnou aj expiračnou fázou. V praxi to znamená, že Infant Flow viac spolupracuje s extrémne nezrelým, ale aj donoseným novorodencom tým, že znižuje jeho dychovú prácu a prispôbuje sa zdravotnému stavu dieťaťa. Vami navrhnuté systémy nemajú aktívnu expiračnú fázu.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNŠP J. A. Reimana Prešov