

Všetkým zájemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka  
429/2021/VO

Vybavuje  
Ing. Ivančinová/051 7011810

V Prešove dňa  
21.06.2021

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1**

Dňa 16.06.2021 a 17.06.2021 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 11.06.2021 pod značkou 2021/S 112-291770 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2021 dňa 14.06.2021 pod značkou 29375 – MST na predmet zákazky: „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Vybavenie lôžok**“.

**Záujemca č. 1 žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):**

**Otázka č. 1**

Radi by sme sa informovali, či bude obstarávateľ pre časť č. 1 Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom akceptovať nasledujúce parametre, ktoré nijako neovplyvnia prevádzku priamo v teréne a majú minimálne odchýlky od požadovaných parametrov:

- 1.4 Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 228 cm (aktuálne požadované 225cm)
- 1.28 Pár bočných líšť alebo súprava háčikov na drobné príslušenstvo (aktuálne požadovaná iba líšťa)

Ďalej pre časť č.2 Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom:

- 1.21 Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 48,5 - 88,5 cm (aktuálne požadované 44-80cm). Ponúkaný rozsah nastavenia výšky je ešte o 10cm väčší ako aktuálne obstarávateľ požaduje
- 1.26 prosím o vyňatie tohto parametru, nakoľko uvedený parameter spĺňa iba jediný výrobca a pri laterálnych lôžkach je táto funkcia nepoužiteľná
- 1.33 Laterálny náklon ložnej plochy min. 25° (aktuálne požadované 30°, avšak z medicínskeho hľadiska 25° plne postačuje pri zachovaní bezpečnosti počas prevádzky)
- 1.36 prosím o vyňatie tohto parametru, nakoľko uvedený parameter spĺňa iba jediný výrobca a v praxi je kvôli bezpečnosti (možnosť vytrhnutia dýchacích prístrojov) táto funkcia prakticky nepoužívaná.
- 1.38 Pár bočných líšť alebo súprava háčikov na drobné príslušenstvo (aktuálne požadovaná iba líšťa).

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 1** Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.4** vonkajšie rozmery: dĺžka max. 225 cm, a to z dôvodu potreby manipulácie a prejazdu obmedzenými a stiesnenými priestormi, ako sú klenuté chodby a výťahy, v rámci ktorých sa lôžka budú presúvať.

Lôžka budú presúvané po chodbách a výťahmi na pracovisku infektológie, kde sú priestory obmedzené a dĺžka lôžka môže byť aj z bezpečnostných dôvodov prekážkou pri manipulácii a pri transporte lôžka.

- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 1** Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.28**: Pár bočných líšt na drobné prísľušenstvo z dôvodu, že bočné lišty, ktoré slúžia na uchytienie prísľušenstva (sáčky na moč, odpad z drénov, drenážne systémy) sú umiestnené bezpečne pod lôžkom, v dôsledku čoho neprekážajú personálu pri manipulácii s lôžkom, resp. matracom, čím sa eliminuje riziko nežiadúceho upadnutia, príp. rozliatia obsahu, kým súprava háčikov, bez lišty, zavesených napr. na bočnici tieto atribúty nespĺňa, obvykle prekáža pri manipulácii s lôžkom, prípadne matracom a najmä z bezpečnostných dôvodov je nevyhovujúca. Funkcionalita predmetných líšt je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou lôžka.
- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 2** Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.21** Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy min. 44 - 80 cm. Spodná hodnota rozsahu nastavenia výšky ložnej plochy spolu s výškou matraca je stanovená tak, aby ju spĺňala väčšina výrobcov a s prihliadnutím na komfort a bezpečnosť nižších pacientov, aby sa predchádzalo zbytočným pádom pacientov pri vstávaní z lôžka, resp. pri polohe v sede v nestabilnej polohe, keď chodidlá pacienta nedočiahnu na zem. Vyššia horná hodnota rozsahu nastavenia výšky ložnej plochy nad stanovenú hodnotu horného rozsahu je prípustná.
- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 2** Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.26** Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min.10 cm, dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy. Jedná sa o štandardnú požiadavku, ktorú spĺňa väčšina výrobcov lôžok, a ktorá je nevyhnutnosťou pri vyšších pacientoch, a to najmä z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti u týchto pacientov, kedy je potrebné predĺženie ložnej plochy napr. pri resuscitácii, alebo iných zdravotníckych úkonoch, resp. pre pacientov s fixáciou končatín po pooperačných stavoch, a ktorá v neposlednej miere prináša komfort a pohodlie pre týchto pacientov.
- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 2** Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.33** Laterálny náklon ložnej plochy min. 30°. Liečba závažných alebo kriticky chorých pacientov s COVID-19 zahŕňa najmä manažment polohy, respiračný tréning a fyzickú liečbu. U pacientov, ktorí užívajú sedatíva a trpia poruchami vedomia, sa efektívne a účinne používa lôžko s laterálnym náklonom na lôžku (30°), pri ktorom sa využíva nakláňanie pacienta do polohy, ktorá umožňuje gravitácii pomôcť pri odvádzaní výlučkov z pľúcnych lalokov alebo pľúcnych segmentov. Kvôli špeciálnym patologickým faktorom vírusovej pneumónie by sa malo zabrániť dlhodobému zadržiavaniu dýchania, aby sa nezvýšilo zaťaženie dýchacích funkcií a srdca, ako aj spotreba kyslíka. Naklonená poloha ložnej plochy je najlepšia poloha tela na dýchanie v kľudovom stave pre týchto pacientov, čo môže efektívne zvýšiť účinnosť dýchania pacienta a udržať objem pľúc.
- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 2** Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.36** Laterálny náklon (automatická laterálna terapia – ALT – pomocou lôžka v rôznych uhloch a časových intervaloch). Táto funkcia rieši jeden zo základných štandardov zdravotnej starostlivosti pre závažných alebo kriticky chorých pacientov s COVID-19 a spĺňa ju viacero výrobcov lôžok. Závažní a kriticky chorí pacienti s COVID-19 trpia rôznymi stupňami dysfunkcie, najmä respiračnou nedostatočnosťou, dyskinéziou a kognitívnou poruchou, a to v akútnom ako aj zotavovacom štádiu. Automatická laterálna terapia je periodicky opakovaný cyklus laterálnych náklonov, ktorý uľahčuje pľúcne odsávanie a prevenciu pneumónie a atelektáz. Laterálna terapia je jednou zo základných terapií používaných pri starostlivosti pre závažných

alebo kriticky chorých pacientov s COVID-19 s vysokou pravdepodobnosťou rizika vzniku respiračných komplikácií.

- Verejný obstarávateľ **trvá v časti č. 2** Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom, na požadovanej minimálnej technickej špecifikácii parametra **por. č. 1.38** Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo z dôvodu, že bočné lišty, ktoré slúžia na uchytenie príslušenstva (sáčky na moč, odpad z drénov, drenážne systémy) sú umiestnené bezpečne pod lôžkom, v dôsledku čoho neprekážajú personálu pri manipulácii s lôžkom, resp. matracom, čím sa eliminuje riziko nežiadúceho upadnutia, príp. rozliatia, kým súprava háčikov, bez lišty, zavesených napr. na bočnici tieto atribúty nespĺňa, obvykle prekáža pri manipulácii s lôžkom, prípadne matracom a najmä z bezpečnostných dôvodov je nevyhovujúca. Funkcionalita predmetných líšt je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou lôžka.

**Záujemca č. 2 žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):**

**Otázka č. 2**

Dovoľujeme si položiť otázku k Prílohe č. 7 súťažných podkladov: Špecifikácia predmetu zákazky – časť č. 1 Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom  
bod č. 1.7 "Plné kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) v dĺžke min. 140 cm"

Mal obstarávateľ na mysli v bode č. 1.7 slovom "Plné" - úplnú výplň bočnice, alebo bočnicu ako jeden nedelený celok?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

- Verejný obstarávateľ požaduje kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) v dĺžke min. 140 cm v plnej nedelenej kompozícii, t. j. ako jeden nedelený celok.

S pozdravom

**Ing. Ľubomír Šarník**  
**riaditeľ FNŠP J. A. Reimana Prešov**