

V Skalici, dňa 22.06.2021

Vec

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Dňa 17.06.2021 nám bola elektronicky cez systém ERANET doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), týkajúca sa nadlimitnej zákazky s názvom **„Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2b“**, vyhlásenej osobou podľa § 8 zákona – Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Skalica, a. s., so sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 444 761, v Úradnom vestníku EÚ č. S091 zo dňa 11.05.2021 pod zn. 2021/S 091-235210 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2021 zo dňa 12.05.2021 pod zn. 26930 – WYT (ďalej len „verejná súťaž“). Žiadosť o nápravu, ktorá bola podaná v lehote podľa § 164 ods. 3 písm. b) zákona, mala všetky náležitosti v súlade s § 164 ods. 2 zákona.

Predmetná žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona bola v časti 1., 2. a 3.

vybavená.

Odôvodnenie:

V žiadosti o nápravu žiadateľ namieta proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne:

- I. V prvej časti žiadosti o nápravu žiadateľ namieta technickú špecifikáciu/požiadavku kladenú na položku č. 6 Prístroj na umelú ventiláciu pľúc - transportný uvedenú v *Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny* tejto verejnej súťaže.
Žiadateľ namieta diskriminačný charakter požiadavky na tento prístroj, konkrétne cit.:
„Zobrazenie pomocných textov ako aj kompletného užívateľského manuálu v slovenskom jazyku priamo na obrazovke (servoventilátor musí mať integrovaný návod na použitie v slovenskom jazyku v rámci užívateľského softvéru) áno“
- II. V druhej časti žiadosti o nápravu žiadateľ namieta technickú špecifikáciu/požiadavku kladenú na položku č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko uvedenú v *Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny* tejto verejnej súťaže.
Žiadateľ namieta diskriminačný charakter požiadavky na tento monitor, konkrétne cit.:
„Monitorovanie CO2, technológia mainstream so zobrazením EtCO2, počtu dychov a kapnografickej krivky“
- III. V tretej časti žiadosti o nápravu žiadateľ namieta technickú špecifikáciu/požiadavku kladenú na položku č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko a na položku č. 5 Monitor vitálnych funkcií uvedenú v *Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny* tejto verejnej súťaže.
Žiadateľ namieta diskriminačný charakter požiadavky na predmetné monitory, konkrétne cit.:
„Monitor vitálnych funkcií umiestnený v dokovacej stanici s možnosťou budúceho dovybavenia o funkciu uchovávanía označenia lôžka, oddelenia a nemocnice pre automatickú lokalizáciu vloženého patientskeho monitora, t.j. monitor po vložení do dokovacej stanice si automaticky preberie dané nastavenia z dokovacej stanice áno“

K prvej časti žiadosti o nápravu:

Osoba podľa § 8 zákona týmto vyhovuje žiadateľovi a bude akceptovať žiadateľom navrhované ekvivalentné riešenie, t.j. prístroj so zobrazením pomocných textov ako aj kompletného užívateľského

manuálu v Českom jazyku priamo na obrazovke (servoventilátor bude mať integrovaný návod na použitie v Českom jazyku v rámci užívateľského softvéru) u položky č. 6 Prístroj na umelú ventiláciu pľúc – transportný.

Osoba podľa § 8 zákona upravuje parameter položky č. 6 Prístroj na umelú ventiláciu pľúc – transportný Prílohy č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny nasledovne:

Zobrazenie pomocných textov ako aj kompletného užívateľského manuálu v slovenskom, resp. českom jazyku priamo na obrazovke (servoventilátor musí mať integrovaný návod na použitie v slovenskom jazyku v rámci užívateľského softvéru) áno

Vzhľadom na vyššie uvedené osoba podľa § 8 zákona prvej časti žiadosti o nápravu **vyhovuje**.

K druhej časti žiadosti o nápravu:

Osoba podľa § 8 zákona týmto vyhovuje žiadateľovi a bude akceptovať aj technológiu sidestream u položky č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko.

Osoba podľa § 8 zákona upravuje parameter položky č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko Prílohy č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny nasledovne:

Monitorovanie CO₂, technológia mainstream alebo sidestream so zobrazením EtCO₂, počtu dychov a kapnografickej krivky

Vzhľadom na vyššie uvedené osoba podľa § 8 zákona druhej časti žiadosti o nápravu **vyhovuje**.

K tretej časti žiadosti o nápravu:

Osoba podľa § 8 zákona týmto vyhovuje žiadateľovi a bude akceptovať žiadateľom navrhované ekvivalentné riešenie, t.j. monitor nemusí byť umiestnený v dokovacej stanici s možnosťou budúceho dovybavenia o funkciu uchovávanie označenia lôžka, oddelenia a nemocnice pre automatickú lokalizáciu vloženého patientskeho monitora u položky č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko a položky č. 5 Monitor vitálnych funkcií

Osoba podľa § 8 zákona upravuje parameter položky č. 7 Monitor pre intenzivistické lôžko a položky č. 5 Monitor vitálnych funkcií Prílohy č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny nasledovne:

Monitor vitálnych funkcií s možnosťou umiestnenia v dokovacej stanici s možnosťou budúceho dovybavenia o funkciu uchovávanie označenia lôžka, oddelenia a nemocnice pre automatickú lokalizáciu vloženého patientskeho monitora, t.j. monitor po vložení do dokovacej stanice si automaticky preberie dané nastavenia z dokovacej stanice alebo monitor bez umiestnenia v dokovacej stanici - už v čase dodania a inštalovania spĺňa funkciu uchovávanie označenia lôžka, oddelenia a nemocnice pre automatickú lokalizáciu áno

Vzhľadom na vyššie uvedené osoba podľa § 8 zákona tretej časti žiadosti o nápravu **vyhovuje**.

Osoba podľa § 8 zákona dôkladne preskúmala žiadosť o nápravu, posúdila všetky uvádzané skutočnosti, a vyhovel žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Všetky vyššie uvedené zmeny požiadaviek/parametrov sú zohľadnené v upravenom štruktúrovanom rozpočte ceny vo formáte excel, názov:

„Priloha_SP_1_Opis_predmetu_zakazky_Vzor_strukturovaneho_rozpocetu_ceny_revII“.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica

Osoba podľa § 8 zákona žiada uchádzačov o vyplnenie tohto excel dokumentu k oceneniu predmetu zákazky, t.j. uchádzači vyplňujú:

„Príloha_SP_1_Opis_predmetu_zakazky_Vzor_strukturovaného_rozpocet_ceny_revII“.

Lehota na vykonanie nápravy:

Osoba podľa § 8 zákona vyššie uvedenými zmenami *Prílohy č. 1: Opis predmetu zákazky, Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny* tejto verejnej súťaže vykonal nápravu prvej, druhej i tretej časti žiadosti o nápravu.

Zároveň osoba podľa § 8 zákona, týmto:

- predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty do 24.06.2021 do 09:00 hod. na **novú lehotu predkladania ponúk do 29.06.2021 do 09:00 hod.** a

- stanovuje novú lehotu na otváranie ponúk z pôvodnej lehoty t.j. zo dňa 24.06.2021 do 11:30 hod. na **29.06.2021 do 09:30 hod.**

Osoba podľa § 8 zákona uverejní aj korigendum k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania - oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende, kde budú predmetné lehoty upravené v súlade s vyššie uvedeným.

Predmetná informácia je v súlade s § 64 ods. 4 zákona uverejnená tiež na internetovej adrese:
<https://obstaravanie.eranet.sk/#!/tendersPublicDetails/624>

S pozdravom

Mgr. Hana Šlachtová
osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania