

Všetkým zájemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
442/2021/VOVybavuje
Sobotová /051 7011232Prešov dňa
28.06.2021**Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásila v zmysle zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nadlimitnú zákazku, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 28.05.2021 pod značkou 2021/S 102-266457 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2021 dňa 31.05.2021 pod značkou 28353-MST na predmet zákazky: **„Materiálne technické vybavenie pre COVID19 – Lekárske dýchacie prístroje“**.

Dňa 21.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o nápravu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom systému ERANET jedného zo záujemcov, podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Žiadateľ v Opise rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov uvádza, cit:

časť č. 3: Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N-CPAP
Riadok 1.8: „nenivazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow“.

Predmet zákazky vyhláseného výberového konania, ktorý je určený pre potreby perinatologického centra - novorodeneckého oddelenia FN sP J. A. Reimana Prešov, obsahuje vyššie uvedený parameter pre nazálny aplikátor konkrétnej značky od konkrétneho dodávateľa.

Z tohto dôvodu žiadame o nápravu parametra, kde sa bude akceptovať aj úmysel ostatných dodávateľov ponúknuť prístroj s odlišnou značkou nazálnych aplikátorov. Samozrejme za predpokladu, že z klinického hľadiska sa bude jednať o totožnú technológiu, avšak s odlišným marketingovým názvom. Nami ponúkaný systém Neojet funguje na totožnom princípe „Beneviste-principe“ ako požadovaný systém Infant Flow. Prednosťou nami ponúkaného systému Neojet je i skutočnosť, že účinkuje už pri nedonosených deťoch s váhou nižšou ako 1000 gramov, kdežto systém Infant Flow efektívne až pri deťoch s váhou od 1000 gramov. Máme za to, že zadávateľom konkrétne špecifikovaný názov nazálneho aplikátora má diskriminačný charakter, čím dochádza k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie a nápravu špecifikácie predmetu zákazky tak, aby neudávala iba jednu konkrétnu značku riešenia spĺňajúceho požadovanú funkciu.

časť č. 4: Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou

Riadok 1.10: „neinvasívny ventilačný režim štandardom Infant Flow.“

Predmet zákazky vyhláseného výberového konania, ktorý je určený pre potreby perinatologického centra - novorodeneckého oddelenia FN sP J. A. Reimana Prešov, obsahuje vyššie uvedený parameter pre nazálny aplikátor konkrétnej značky od konkrétneho dodávateľa.

Z tohto dôvodu žiadame o nápravu parametra, kde sa bude akceptovať aj úmysel ostatných dodávateľov ponúknuť prístroj s odlišnou značkou nazálnych aplikátorov. Samozrejme za predpokladu, že z klinického hľadiska sa bude jednať o totožnú technológiu, avšak s odlišným marketingovým názvom. Nami ponúkaný systém Neojet funguje na totožnom princípe „Beneviste-princípe“ ako požadovaný systém Infant Flow. Prednosťou nami ponúkaného systému Neojet je i skutočnosť, že účinkuje už pri nedonosených deťoch s váhou nižšou ako 1000 gramov, kdežto systém Infant Flow efektívne až pri deťoch s váhou od 1000 gramov. Máme za to, že zadávateľom konkrétne špecifikovaný názov nazálneho aplikátora má diskriminačný charakter, čím dochádza k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie a nápravu špecifikácie predmetu zákazky tak, aby neudávala iba jednu konkrétnu značku riešenia spĺňajúceho požadovanú funkciu.

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy:

Verejný obstarávateľ dôkladne preskúmal žiadosť o nápravu, posúdil všetky uvádzané skutočnosti a podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní žiadosti o nápravu na časť č. 3 predmetu zákazky a časť č. 4 predmetu zákazky **vyhovuje**.

Odôvodnenie a spôsob vykonania nápravy:

Na základe žiadateľom uvedených skutočností v žiadosti a pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, že predmet zákazky je opísaný v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov a princípom rovnakého zaobchádzania, sa verejný obstarávateľ rozhodol vyhovieť žiadateľovej žiadosti a z opisu predmetu zákazky na

- *časť č. 3: Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N-CPAP, bod 1.8 **vypúšťa** slovné spojenie „Infant Flow“.*

V kontexte tejto úpravy, verejný obstarávateľ uvádza, že naďalej trvá na dodaní zariadenia na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N-CPAP s minimálnou dychovou prácou novorodenca pri inšpiriu ako aj pri expíriu, so systémom schopným udržiavať CPAP tlak na konštantnej úrovni.

Na základe vyhovenia žiadosti a z dôvodu jednoznačného zadefinovania opisu predmetu zákazky pre časť č. 3 predmetu zákazky, **verejný obstarávateľ súčasne s týmto oznámením**

upravuje požiadavku uvedenú v bode č. 1.8 príslušných príloh súťažných podkladov pre časť č. 3 predmetu zákazky nasledovne:

Neinvazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom neinvazívnej dychovej ventilácie s otvorenou expiračnou vetvou pomocou nazálnych aplikátorov s aktívnou inspiračnou aj expiračnou fázou, využívajúcich tzv. Fluidic Flip mechanizmus (preklapánie smeru prietoku dýchacieho plynu v inspiračnej a expiračnej fáze), založený na Coanda efekte plynu s vysokým prietokom. Systém musí byť schopný udržiavať CPAP tlak na konštantnej úrovni.

Vyššie uvedená zmena požiadavky/parametra je zohľadnená v upravenej Prílohe č. 6 súťažných podkladov – Špecifikácia predmetu zákazky - časť č. 3 *Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N-CPAP* a v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy - časť č. 3 *Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N-CPAP*. Verejný obstarávateľ zmenami uvedených príloh súťažných podkladov vykonal nápravu žiadosti o nápravu pre časť č. 3 predmetu zákazky.

Na základe žiadateľom uvedených skutočností v žiadosti a pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, že predmet zákazky je opísaný v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov a princípom rovnakého zaobchádzania, sa verejný obstarávateľ rozhodol vyhovieť žiadateľovej žiadosti a z opisu predmetu zákazky na

- *časť č. 4: Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou, bod 1.10 vypúšťa slovné spojenie „Infant Flow“.*

V kontexte tejto úpravy, verejný obstarávateľ uvádza, že naďalej trvá na dodaní novorodeneckých ventilátorov vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou s neinvazívnym ventilačným systémom s minimálnou dychovou prácou novorodenca pri inspiriu ako aj pri expiriu, so systémom schopným udržiavať CPAP tlak na konštantnej úrovni.

Na základe vyhovenia žiadosti a z dôvodu jednoznačného zadefinovania opisu predmetu zákazky pre časť č. 4 predmetu zákazky, **verejný obstarávateľ súčasne s týmto oznámením upravuje požiadavku uvedenú v bode č. 1.10 príslušných príloh súťažných podkladov pre časť č. 4 predmetu zákazky nasledovne:**

Neinvazívny ventilačný systém štandardom neinvazívnej dychovej ventilácie s otvorenou expiračnou vetvou pomocou nazálnych aplikátorov s aktívnou inspiračnou aj expiračnou fázou, využívajúcich tzv. Fluidic Flip mechanizmus (preklapánie smeru prietoku dýchacieho plynu v inspiračnej a expiračnej fáze), založený na Coanda efekte plynu s vysokým prietokom. Systém musí byť schopný udržiavať CPAP tlak na konštantnej úrovni.

Vyššie uvedená zmena požiadavky/parametra je zohľadnená v upravenej Prílohe č. 6 súťažných podkladov – Špecifikácia predmetu zákazky - časť č. 4 *Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou* a v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy - časť č. 4 *Novorodenecký ventilátor vyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a nCPAP ventiláciou*. Verejný obstarávateľ

zmenami uvedených príloh súťažných podkladov vykonal nápravu žiadosti o nápravu pre časť č. 4 predmetu zákazky.

Lehota na vykonanie nápravy:

Verejný obstarávateľ dňa 28.06.2021 zverejní vo svojom profile (<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432073>) a v systéme ERANET (<https://fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/93>) dokument s názvom:

Príloha č. 6 SP - č. 3 zariadenie na vytvorenie pretlaku_uprava 1

Príloha č. 1 KZ - č. 3 zariadenie na vytvorenie pretlaku_uprava 1

Príloha č. 6 SP - č. 4 novorodenecký ventilátor_uprava 1

Príloha č. 1 KZ - č. 4 novorodenecký ventilátor_uprava 1

Zároveň verejný obstarávateľ v kontexte týchto úprav **predlžuje** lehotu na predkladanie ponúk do **20.07.2021** do 11.00 hod. Otváranie ponúk vykoná komisia dňa **20.07.2021** o 13.00 hod. Príslušné oznámenie (tzv. korigendum), kde budú predmetné lehoty upravené, bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom vestníku EÚ v priebehu najbližších dní.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov