



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Kancelária riaditeľa ÚNSK

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Záujemca

Váš list číslo/zo dňa
Žiadosť o vysvetlenie
zo dňa 15.07.2021

Naše číslo
07257/2021/VOaKI

Vybavuje/linka
Mgr. Peter Doležaj

Nitra
20.07.2021

Vec : Vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: „**Zlepšenie materiálneho technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky**“

Vám podávame príslušné vyjadrenie. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2021 dňa 21.06.2021 pod označením 29974-MST

Otázka č.1:

Dobrý deň,

chceli by sme Vás požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov v zákazke Zlepšenie materiálneho technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky vyhlásenej pod značkou 29974 - MST vo Vestníku VO č. 144/2021.

V časti 1. Robotické zostavy pri položke Priemyselný robot sa požaduje hmotnosť robota cca. 20kg. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj hmotnosť 26,2 kg?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj hmotnosť 26,2 kg.

Otázka č.2

V časti 1. Robotické zostavy pri položke Priemyselný robot sa požaduje kontrolér - priemyselný box VxŠxH max. 400x470x490 mm. Je dodržanie týchto parametrov naozaj nevyhnutné? Kontroléry, hlavne v školských pomeroch, sa obvykle umiestňujú do priestoru, kde neprekážajú a kde nebývajú výrazne obmedzené priestorové požiadavky.

Odpoveď:

Z priestorových dôvodov verejný obstarávateľ umožňuje prekročiť uvedené rozmery maximálne o 10%.

Otázka č.3

V časti 2. IKT a software pri položke 3D tlačiareň sa požaduje vlnová dĺžka UV: 405nm. Je táto požiadavka nevyhnutná? Nie je možné použiť svetlo inej vlnovej dĺžky, ak to neobmedzí funkcionality zariadenia?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ umožňuje použiť svetlo inej vlnovej dĺžky pri zachovaní všetkých ostatných požadovaných parametrov a funkcionalít.

Otázka č.4

V časti 3. Laboratórne prístroje pri položke Digitálny laboratórny osciloskop sa požaduje ako príslušenstvo CD s inštalačnými súborami softvéru. Je toto CD potrebné aj v prípade keď sú inštalačné súbory voľne stiahnuteľné z webovej stránky výrobcu a uchádzač s prístrojom dodá link na stiahnutie?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať ovládače na médiu s trvalo zachytiteľným obsahom, ako je napr. CD, DVD, Flash disk, SD karta a pod. Inštalačné súbory voľne stiahnuteľné z webovej stránky výrobcu neakceptuje.

Otázka č.5

V časti 3. Laboratórne prístroje pri položke Protokolový analyzátor 10/100/1000 liniek je požadovaná podpora SW pre analýzu dát Wireshark, Packetyzer, NetDecoder, prípadne ďalšie. Táto požiadavka smeruje ku konkrétnemu modelu analyzátora. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj podporu iných softvérov, ak tieto budú mať podobné vlastnosti a funkcionality, ako uvedené SW?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj podporu iných softvérov, ak tieto budú mať vlastnosti ekvivalentné alebo lepšie, ako uvedené softvéry.

Otázka č.6

V časti 3. Laboratórne prístroje pri položke Protokolový analyzátor 10/100/1000 liniek je požadovaná kompatibilita s celou radou SW analyzátorov - Wireshark, OmniPeek, Packetyzer, OptiView, NetSpector, NetDecoder, Ethertest, prípadne ďalšie. Táto požiadavka smeruje ku konkrétnemu modelu analyzátora. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj kompatibilitu s inými softvérmi, ak tieto budú mať podobné vlastnosti a funkcionality, ako uvedené SW?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude požadovať kompatibilitu so softvérmi ponúknutými v tejto položke uchádzačom za podmienky, že tieto budú mať vlastnosti ekvivalentné alebo lepšie, ako uvedené softvéry.

Otázka č.7

V časti 3. Laboratórne prístroje pri položke Protokolový analyzátor 10/100/1000 liniek sú požadované Realtime štatistiky pomocou SW ProfiShark Manager - tabuľky, grafy, logy. Táto požiadavka smeruje ku konkrétnemu modelu analyzátora. Bude verejný obstarávateľ akceptovať štatistiky vytvorené iným softvérom, ak tieto budú mať podobné vlastnosti a funkcionality, ako štatistiky vytvorené pomocou SW ProfiShark Manager?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj Realtime štatistiky vytvorené pomocou iného softvéru dodaného uchádzačom, ak tieto budú mať parametre ekvivalentné alebo lepšie, ako štatistiky vytvorené v SW ProfiShark Manager.

Vysvetlenie bude zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A

949 01 NITRA

Mgr. Peter Doležaj

