

Všetkým zájemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Frajkorová/051 7011060

Prešov dňa
20.07.2021

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00 610 577 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásila v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nadlimitnú zákazku, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 21.05.2021 pod značkou 2021/S 098-254474 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 124/2021 dňa 24.05.2021 pod značkou 27847-MST na predmet zákazky: „**Materiálno technické vybavenie COVID19 – Zobrazovacie zariadenia**“.

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že na základe výsledku vybavenia žiadosti o nápravu uplatnenej vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní pre **časť č. 3 Mobilný digitálny RTG prístroj** vykonal úpravu v nasledovných dokumentoch:

- Príloha č. 6 súťažných podkladov – Špecifikácia predmetu zákazky – časť č. 3 Mobilný digitálny RTG prístroj a v
- Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy – časť č. 3 Mobilný digitálny RTG prístroj.

Dňa 13.07.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o nápravu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom systému ERANET jedného zo záujemcov, podľa § 164 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v oznámení a v súťažných podkladoch, súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

V súlade s princípom rovnakého zaobchádzania verejný obstarávateľ uverejňuje presné znenie odpovede adresovanej žiadateľovi v oznámení o vybavení žiadosti o nápravu v rozsahu textácie a/alebo bodov, ktorým verejný obstarávateľ vyhovel.

Žiadateľ v žiadosti o nápravu uvádza, citácia:

„Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:

Žiadateľ dňa 23.6.2021 identifikoval vo Vestníku verejného obstarávania Verejnú súťaž na predmet, ktorý zodpovedá jeho predmetu podnikania. Po oboznámení sa s podmienkami Verejnej súťaže stanovenými v Oznámení a v súťažných podkladoch Žiadateľ konštatoval, že niektoré podmienky Verejnej súťaže nie sú v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní

V súlade s informáciami uvedenými v Oznámení a súťažných podkladoch k Verejnej súťaži je predmet zákazky nasledovný citujem:

„Predmetom zákazky je nákup:

Dôkazy: súťažné podklady, materiál Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sme obdržali na základe trhovej konzultácie na MZ SR 29.11.2018, „European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Pediatrics“, Národní radiologické standardy (NRS) České republiky, Radiologie pro studium i praxi Od autorov: Seidl Zdeněk, Burgetová Andrea, Hoffmannová Eva, Mašek Martin, Vaněčková Manuela, Viták Tomáš.

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Otázka č. 3

4.1.6 Automatický vypočítane DAP hodnoty uložené v DICOM Tag-u áno/nie

Vyhláška MZ SR 101 /2018 a jej aktualizácie požaduje aby skiagrafické prístroje mali:
Meradlo DAP - odchýlka nameranej hodnoty DAP a hodnoty DAP zobrazenej RTG prístrojom je < 15%

Požiadavka:

3.1.2 Automatický DAP - hodnoty uložené v DICOM Tag-u áno/nie uvedte hodnotu

Obstarávateľ akceptuje, že ponúknutý prístroj nebude mať Meradlo DAP, ale postačuje ak údaje o ožiarení budú vypočítané a zaslané do PACS?

Sme presvedčený, že po akceptovaní požiadaviek na obstarávaný prístroj bude tento spĺňať legislatívu a odporúčenia SR a EÚ k spokojnosti obstarávateľa i občanov Slovenskej republiky.“

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy:

Vyjadrenie verejného obstarávateľa k bodu: 4.1.6 Automatický vypočítane DAP hodnoty uložené v DICOM Tag-u

Verejný obstarávateľ dôkladne preskúmal žiadosť o nápravu, posúdil všetky uvádzané skutočnosti týkajúce sa predmetného bodu a podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v tomto bode žiadosti o nápravu **vyhovuje**.

Odôvodnenie a spôsob vykonania nápravy:

Na základe vyhovenia žiadosti, verejný obstarávateľ súčasne s týmto oznámením **upravuje** požiadavku uvedenú v bode č. 4.1.6 príslušných príloh súťažných podkladov.

Vyššie uvedená zmena požiadavky/parametra je zohľadnená v upravenej Prílohe č. 6 súťažných podkladov – Špecifikácia predmetu zákazky – časť č. 3 Mobilný digitálny RTG prístroj a v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy – časť č. 3 Mobilný digitálny RTG prístroj. Verejný obstarávateľ zmenami uvedených príloh súťažných podkladov vykonal nápravu v tejto časti žiadosti o nápravu.

Lehota na vykonanie nápravy:

Verejný obstarávateľ dňa **21.07.2021** zverejní vo svojom profile (<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/432100>) a v systéme ERANET <https://fnspresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/92> dokumenty s názvom: Príloha č. 6 SP, časť č. 3_úprava 3 a Príloha č. 1 KZ, časť č. 3_úprava 3.



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

J. A. REIMANA PREŠOV



Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov č. 5, značka č. 490/2021/VO, zverejneným dňa 16.07.2021 v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET, oznámil predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do **06.08.2021** do 12.00 hod.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Šarník
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov