



Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, SK-950 01 Nitra

Naša značka
30743-MST/Vys

Vybavuje
Ing. Chachula

Žilina
21.07.2021

Vec

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - stanovisko

Na základe vyhlásenej súťaže:

predmet zákazky: **Zdravotnícky nábytok**

číslo oznámenia: 30743-MST

vvo: 152/2021

zo dňa: 01.07.2021

a na základe žiadosti o vysvetlenie verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vysvetlenia:

Otázky k časti 1. Transportné lôžko/kreslo:

otázka č. 1:

V špecifikácii Transportné kreslo má obstarávateľ v technických parametroch v riadku "sklopné područky a podnožník" požadovanú hodnotu technického parametra: "minimálne 1200mm".

Domnievame sa, že ide o chybu v zadaní technického parametra, keďže uvedený rozmer "1200mm" je v rozpore s vyššie požadovanými celkovými rozmermi. Pravdepodobne by mala byť požadovaná hodnota technického parametra: "áno"

Navrhujeme zameniť v technických parametroch v riadku "sklopné područky a podnožník" požadovanú hodnotu technického parametra: "minimálne 1200mm" za "áno"

odpoveď k otázke č. 1:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

otázka č. 2:

V špecifikácii Transportné lôžko má obstarávateľ v technických parametroch v riadku "nerezové madlo na tlačenie" požadovanú hodnotu technického parametra: "minimálne 1200mm".

Domnievame sa, že ide o chybu v zadaní technického parametra, keďže uvedený rozmer "1200mm" je v rozpore s vyššie požadovanými celkovými rozmermi. Pravdepodobne by mala byť požadovaná hodnota technického parametra: "áno"

Navrhujeme zameniť v technických parametroch v riadku "nerezové madlo na tlačenie" požadovanú hodnotu technického parametra: "minimálne 1200mm" za "áno"

odpoveď k otázke č. 2:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.



otázka č. 3:

V špecifikácii Transportné lôžko má obstarávateľ v technických parametroch v riadku "držiak kyslíkovej fľaše" požadovanú hodnotu technického parametra: "min. 200 mm s centrálnym ovládaním".

Domnievame sa, že ide o chybu v zadaní technického parametra, keďže táto hodnota sa zvyčajne uvádza pre špecifikáciu kolies a je neaplikovateľná na držiak kyslíkovej fľaše. Pravdepodobne by mala byť požadovaná hodnota technického parametra: "áno"

Navrhujeme zmeniť v technických parametroch v riadku "držiak kyslíkovej fľaše" požadovanú hodnotu technického parametra: "min. 200 mm s centrálnym ovládaním" za "áno"

odpoveď k otázke č. 3:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Otázky k časti 2. Lôžko L2 s príslušenstvom:

otázka č. 1:

V špecifikácii L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy má obstarávateľ v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka v riadku "delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)" požadovanú hodnotu technického parametra: "(2 bočnice na každej strane lôžka, dokopy štyri)"

Domnievame sa, že ide o parameter, ktorý je v rozpore s vyššie požadovaným parametrom v odseku Nemocničné lôžko v riadku "3/4 kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane)"

Navrhujeme riadok v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka v riadku "delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)" požadovanú hodnotu technického parametra: "(2 bočnice na každej strane lôžka, dokopy štyri)" vypustiť a teda nepožadovať.

odpoveď k otázke č. 1:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

otázka č. 2:

V špecifikácii L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy má obstarávateľ v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka v riadku "set pevných bezpečnostných čiel a bočníc po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov" požadovanú hodnotu technického parametra: "áno"

Domnievame sa, že ide o doplnkovú výbavu, ktorá sa dopĺňa podľa praktických požiadaviek personálu dodatočne, aby nenavýšovala obstarávaciu cenu, keďže nie je nevyhnutná pre štandardné používanie. Z tohto dôvodu by bolo vhodné požadovať tento parameter ako: "predpríprava pre set pevných bezpečnostných čiel a bočníc po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov"

Navrhujeme upraviť riadok "set pevných bezpečnostných čiel a bočníc po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov" v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka nasledovne: "predpríprava pre set pevných bezpečnostných čiel a bočníc po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov".

odpoveď k otázke č. 2:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.



Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, SK-950 01 Nitra

otázka č. 3:

V špecifikácii L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy má obstarávateľ v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka v riadku "celotelové fixačné pásy pre nevládnuteľných pacientov" požadovanú hodnotu technického parametra: "áno"

Domnievame sa, že ide o doplnkovú výbavu, ktorá sa dopĺňa podľa praktických požiadaviek personálu dodatočne, aby nenavýšovala obstarávaciu cenu, keďže nie je nevyhnutná pre štandardné používanie. Z tohto dôvodu by bolo vhodné požadovať tento parameter ako: "predpríprava pre celotelové fixačné pásy pre nevládnuteľných pacientov"

Navrhujeme upraviť riadok "celotelové fixačné pásy pre nevládnuteľných pacientov" v technických parametroch v odseku Doplnková výbava nemocničného lôžka nasledovne: "predpríprava pre celotelové fixačné pásy pre nevládnuteľných pacientov".

odpoveď k otázke č. 3:

Verejný obstarávateľ na základe otázky konštatuje, že hodnota predmetného parametra nie je správna a preto pristupuje k zmene parametra. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Na základe vyššie uvedených vysvetlení verejný obstarávateľ oznamuje, že pristupuje k úprave nasledovných bodov súťažných podkladov:

bod 22.1 sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie **24.08.2021 o 08:00:00 hod. (SEČ)**. Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude už uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.

bod 25.1 sa mení nasledovne:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO, sa uskutoční dňa **24.08.2021 o 10:00:00 hod. (SEČ)** na adrese:

adresa: **Fakultná nemocnica Nitra, riaditeľstvo**

Špitálska 6, 950 01 Nitra

Ostatné ustanovenia súťažných podkladov ostávajú bezo zmeny.

S pozdravom

Ing. Martin Chachula
osoba zodpovedná za VO
