

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 38. | Prenos obrazových dát do PACS cez kábel aj prostredníctvom WIFI | |
| 39. | Obslužný manuál v slovenskom jazyku | |
| 40. | Dotykový monitor akvizíčnej stanice s rozmerom minimálne 17 palcov | |
| 41. | Možnosť vzdialenej podpory | |
| 42. | Prevádzka prístroja pri zapnutí do siete a samostatne aj na batérie (snímkovanie) | |
| 43. | Napájacie napätie 240 VAC / max.15A | |
| 44. | Ovládanie expozície ručným a bezdrôtovým ovládačom | |
| 45. | rotácia kolimátora +/- 90° | |
| 46. | zástera pre obsluhujúci personál ekv.Pb 0,35mm - 1kus | |
| 47. | límeč pre obsluhujúci personál ekv.Pb 0,5mm - 1 kus | |
| 48. | 1ks ochranná Pb fólia (plachta) pre krytie dospelého pacienta min. 37x45cm | |
| 49. | 1ks Pb ochranné krytie pre deti rozmer min. 20x25cm | |
| 50. | 2 ks ochranná Pb zástena | |
| Osobitné požiadavky na plnenie: | | |
| 51. | Záruka min. 24 mesiacov | |
| 52. | Platný ŠUKL kód prístroja | |
| 53. | Platné povolenie Úradu verejného zdravotníctva na dovoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia a na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia, resp. iný ekvivalentný doklad, ktorý nahrádza požadované rozhodnutie | |
| 54. | Súlad s ustanovením zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z | |
| 55. | pravidelné bezpečnostné, technické a elektrické kontroly podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy v SR | |
| 56. | opravy, odb. údržba/servis a testovanie v intervaloch určených výrobcom v rámci záruky zdarma: áno | |
| 57. | nástup na servis v rámci záruky do 48 hod. od nahlásenia poruchy: áno | |
| 58. | dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia prístroja do prevádzky: áno | |
| 59. | vykonanie skúšok , skúšobnej prevádzky podľa platnej legislatívy, vstupná elektrická revízia, vykonanie potrebného rozsahu meraní a preberacej skúšky zdrojov ionizačného žiarenia v zmysle platnej legislatívy: áno | |
| 60. | odborné zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktaže pre rutinnú prevádzku a údržbu: áno | |
| 61. | prepojenie do monitoringu ožiarenia pacienta: áno | |
| 62. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy. | |

| | |
|--|--|
| Cena za ks bez DPH v EUR | |
| Cene spolu za časť zákazky bez DPH v EUR | |
| Cene spolu za časť zákazky s DPH v EUR | |

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| uvedte hodnotu | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| uvedte hodnotu | | | |
| uvedte hodnotu | | | |
| áno/nie | | | |
| Osobitné požiadavky na plnenie: | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |
| áno/nie | | | |

Petiarka a podpis