

**Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:**

Názov: Poliklinika „Veľké Kapušany n.o.“  
Sídlo: Zoltána Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 31257917

**Označenie verejného obstarávania:**

Názov predmetu zákazky: Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou  
Zverejnená vo VVO č. Č. 197/2021 zo dňa 24.08.2021 č. ozn. 41645 - WYT  
Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka podľa § 112 – 116 ZVO (bez využitia ET)

**VYSVETLENIE Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 06.09.2021**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 31.08.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 11. časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Požiadavka o presnejšie zadefinovanie parametrov RTG prístroja a to konkrétne:

- o doplnenie parametra vertigrafu, nakoľko máme za to, že bez vertigrafu nie je možné snímkovať kvalitne hrudník, čo je esenciálne predovšetkým v dnešnej dobe pandémie, ktorá postihuje predovšetkým pľúca,
- o parametre elevačného stola akými je nosnosť, šírka a dĺžka stola,
- o bližšie vyšpecifikované RTG náradie, ktoré by malo byť presne vypísané,
- o presné zadefinovanie minimálnej hodnoty tepelnej kapacity anódy.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie, upresňuje resp. dopĺňa zadefinované parametre pre RTG prístroj:

- verejným obstarávateľom je požadovaný prístroj so schopnosťou snímkovania vo vertikálnej aj horizontálnej rovine. Zároveň verejný obstarávateľ spôsob splnenia tejto požiadavky konkrétne nešpecifikuje (nakoľko na trhu je k dispozícii viac „konkrétnych riešení“ spĺňajúcich túto požiadavku) a tým podľa verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzovaniu účasti hospodárskych subjektov a sú vytvorené podmienky pre čestnú hospodársku súťaž.
- verejný obstarávateľ pri položke „Pacientsky rádiotransparentný mobilný elevačný stôl s plávajúcou doskou“, dopĺňa parametre:
  - nosnosť: min. 150 kg
  - rozmery: šírka v rozpätí: 60-80 cm, dĺžka v rozpätí: 190 – 230 cm.
- každé RTG náradie, ponúkané v súčasnosti na trhu, umožňuje snímkovanie v dvoch základných rovinách, horizontálnej a vertikálnej. Verejný obstarávateľ nešpecifikuje centimetrové hodnoty pohybu RTG náradia a ani jeho podrobné špecifikovanie (aj väzbe na riešenie snímkovania - vid'. vyššie), čím by mohlo dôjsť k istému obmedzovaniu širšej účasti hospodárskych subjektov pohybujúcich sa na trhu s ponukou segmentov ako je predmet zákazky,
- verejným obstarávateľom zadaná hodnota min. 300 kHU pre parameter „RTG žiarič (teplotná kapacita)“ je považovaná za dostatočnú špecifikáciu pre zariadenie určené pre predpokladaný počet výkonov.

Zároveň verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu k súťažným podkladom označenú ako

„4 príloha k-SP opis predmetu zakazky“

„4a príloha k SP technická špecifikácia ponuka“

v bode 14 o body:

14a) nosnosť stola: min. 150 kg.

14b) šírka stola: rozpätie 60 – 80 cm,

14c) dĺžka stola: v rozpätí: 190 - 230 cm