

Technická špecifikácia

| |
|--|
| Názov uchádzača : Ing. Miloš Ladický ELMED |
| Sídlo uchádzača : Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany |
| IČO uchádzača : 30 924 146 |
| Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): Ing. Miloš Ladický, majiteľ, + 421 905 355 430 |
| Názov zadávateľa: Obec Lehnice |
| Sídlo zadávateľa: Lehnice 89, 930 37 Lehnice |
| IČO zadávateľa: 00305553 |

Predmet zákazky: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II

Predmet zákazky č.4.: Zariadenia pre internú ambulanciu

Logický celok č. 1: Pojazdny nástrojový stolík – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: Medihum

Typové označenie: ok450

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Výška základného vozíka | 102 – 105 cm | 104 cm | 779,90 |
| Šírka základného vozíka | 75 – 78 cm | 77 cm | |
| Hĺbka základného vozíka | 55 – 58 cm | 57 cm | |
| Rozmer pracovnej dosky | 69x49 – 71x51 cm | 71x51 cm | |
| Počet zásuviek | 2 ks | 2 ks | |
| Kolieska (s brzdou/bez brzdy) | 4 (2/2) | 4(2/2) | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 779,90 |

| Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom – 1 ks | | | |
|--|--|---|------------------------|
| Obchodné meno výrobcu: MediHum | | | |
| Typové označenie: 1628 | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Výška stola minimálne | 70 cm | 70 cm | 4965,20 |
| Nosnosť stola minimálne | 150 KG | 150 kg | |
| Elektrický zdvih ložnej plochy | Áno | Áno | |
| Ovládač | Nožný na podlahe alebo ručný s magnetom na konštrukcii ležadla | Áno | |
| Materiál | Oceľové profily | Áno | |
| Povrchová úprava | Prášková vypaľovaná farba | Áno | |
| Ložná časť | Umývateľná koženka | Áno | |
| Držiak na papier | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 4965,20 |

| Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo – 1 ks | | | |
|--|--------------------|---|------------------------|
| Obchodné meno výrobcu: Marled | | | |
| Typové označenie: E3 | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| LED technológia | Áno | áno | 4329,40 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------|
| Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 0,5 m | 50 000 lux | 50 000 lux | |
| Teplota farby minimálne | 95 Ra | 95 Ra | |
| Teplota chromatičnosti minimálne | 4 000 Kelvin | 4 000 Kelvin | |
| Napätie | 230 V | 230 V | |
| Výkon minimálne | 30 W | 30 W | |
| Farba svetla | Studená biela | Áno | |
| Napájací kábel s eurovidlicou | Áno | Áno | |
| Stojan s možnosťou voľného postavenia, uchytenia do steny | Áno | Áno | |
| Možnosť pripevniť k stene alebo stropu | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 4329,40 |

| Logický celok č. 4: Germicídny žiarič – 1 ks | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|
| Obchodné meno výrobcu: Prolux | | | |
| Typové označenie: G30W/ SPH01 | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Príkon maximálne | 50 W | 50 W | 504,50 |
| Váha (netto) maximálne | 2,5 kg | 2,5 kg | |
| Pevný kĺb - nový typ, so zabudovaným snímačom pohybu a diaľkovým ovládaním | Áno | Áno | |
| Napájanie | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|--------|
| Príslušenstvo | Pevný kĺb | Áno | Áno | |
| | Skrutky | Áno | Áno | |
| | Snímač pohybu | Áno | Áno | |
| | Dialkové ovládanie | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | | 504,50 |

| Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor – 1 ks | | | |
|---|--------------------|--|------------------------|
| Obchodné meno výrobcu: BMT | | | |
| Typové označenie: B23I | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Objem komory | 20 – 25 l | 23 l | 2464,40 |
| Vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h) minimálne | 610 x 410 x 600 mm | 610 x 410 x 600 mm | |
| Hmotnosť prístroja maximálne | 35 kg | 35 kg | |
| Počet sít v štandardnom vybavení | 2 ks | 2 ks | |
| Teplotný rozsah | 10 – 250 °C | 10 – 250 °C | |
| Prevedenie | Jednodverové | Áno | |
| Otváranie dverí | Horizontálne | Áno | |
| Displej | LED | Áno | |
| Riadiaci systém | Mikroprocesorový | Áno | |
| Výstup pre pripojenie tlačiarne alebo PC | Áno | Áno | |

| | | | |
|--|----------------------|-----|---------|
| Prednastavené sterilizačné programy s predhrievaním | 3 | 3 | |
| Alarm | Akustický a vizuálny | Áno | |
| Nastaviteľná odvetrávacia klapka do komory | Áno | Áno | |
| Vstavaný ventilátor, ktorý eliminuje vznik oblasti "studeného vzduchu" | Áno | Áno | |
| Digitálny ochranný termostat so snímačom | Áno | Áno | |
| Funkcia oneskoreného zapnutia programu | Áno | Áno | |
| Blokovanie nastavených programov | Áno | Áno | |
| Manuálne ovládanie klapky sania a výfuku | Áno | Áno | |
| Jednoduchý plášť komory z nehrdzavejúcej ocele | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 2464,40 |

| Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový – 2 ks | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Obchodné meno výrobcu: Schiller | | | |
| Typové označenie: AT10 | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Napájanie | 230 V / 50 Hz | Áno | 2155,50 |
| Mobilita | Vstavaná batéria min. 50 záznamov alebo min. 3 hodiny monitorovania | Vstavaná batéria -50 záznamov / 3 h monitoring | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| LCD farebný displej so zobrazením min. 12 zvodov | | Áno | Áno |
| Zobrazenie | Srdcová frekvencia | Áno | Áno |
| | EKG krivky | Áno | Áno |
| | Kontrola elektród | Áno | Áno |
| | Čas | Áno | Áno |
| | Rýchlosť záznamu | Áno | Áno |
| | Nastavenie filtrov | Áno | Áno |
| | Chybové hlásenia | Áno | Áno |
| | Pomocné hlásenia | Áno | Áno |
| | Kvalita signálu pred záznamom | Áno | Áno |
| Poskytnutie interpretácie + rozmeranie | | Áno | Áno |
| Spustenie záznamu jedným tlačidlom | | Áno | Áno |
| Softvér pre predvolenie akútnej ischémie srdca nezávisle od času | | Áno | Áno |
| Spätný záznam v režime printscreen | | Áno | Áno |
| Interná pamäť minimálne | | 100 EKG | 100 |
| Meranie v milimetroch za sekundu (mm/s) minimálne | | 5,00 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50,0 mm/s | 5,00 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50,0 mm/s |
| Eliminácia rušenia vlnových kriviek obmedzením frekvencií | | Áno | Áno |
| Meranie frekvencií minimálne | | 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz | 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
| Tlač na papier formátu skladaný A4 | | Áno | Áno |
| Ochrana pred účinkami výboja zo srdcového defibrilátora | | Áno | Áno |

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|------|
| Vstup pacienta chránený pred defibriláciou (aby nebolo potrebné pred defibrilovaním pacienta odstraňovať EKG elektródy) | | Áno | Áno |
| Klávesnica | | Plná alfanumerická | Áno |
| Konektor RJ11 z interného modemu k analógovej telefónnej linke | | Áno | Áno |
| USB konektor minimálne | | 1 ks | 1 ks |
| LAN RJ45 sieťový konektor | | Áno | Áno |
| Sériový konektor pre dátovú komunikáciu s informačným systémom | | Áno | Áno |
| Softvér pre pripojenie k PC | | Áno | Áno |
| Slot pre SD kartu | | Áno | Áno |
| Slot pre pamäťovú digitálnu kartu | | Áno | Áno |
| Formát SD kariet | | FAT alebo FAT 16 systémy súborov | FAT |
| Pripojenie externého video monitora | | Štandardný 15 - kolíkový VGA konektor | Áno |
| V prípade pripojenia čítačky možnosť skenovania čiarového kódu pacienta | | Áno | Áno |
| Napájanie čítačky čiarových kódov prostredníctvom USB portu | | Áno | Áno |
| Umožnenie nastavenia a definovanie | Dostupné a požadované informácie o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie) | Áno | Áno |
| | Dostupné informácie o klinickej skúške | Áno | Áno |
| | Nastavenie čítačky | Áno | Áno |

| | | | | |
|--|---|-----|-----|---------|
| | čiarových kódov | | | |
| Požiadavky pre doplňkovú internú pamäť systému alebo archív | Import záznamov z externého zdroja | Áno | Áno | |
| | Tlač adresára internej pamäte | Áno | Áno | |
| | Vyhľadávanie v uložených záznamoch | Áno | Áno | |
| | Editovanie údajov pacientov v zázname | Áno | Áno | |
| | Vymazanie záznamov | Áno | Áno | |
| | Tlač záznamov | Áno | Áno | |
| | Prenos záznamov do externého zariadenia | Áno | Áno | |
| | Export záznamov na pamäťovú digitálnu kartu alebo do archívu | Áno | Áno | |
| Príslušenstvo | Elektrody (štandardné balenie pre 12 zvodov) 1ks | Áno | Áno | |
| | Pacientské káble (určené pre 12 zvodov) 1ks | Áno | Áno | |
| | EKG papier 1ks | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | | 4311,00 |

Logický celok č. 7: Defibrilátor – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ZOLL

Typové označenie: AED plus

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
|---|---|--|------------------------|
| Rozmery maximálne | 30 cm x 23 cm x 9 cm | 30 cm x 23 cm x 9 cm | 4050,20 |
| Hmotnosť maximálne (vrátane batérie a elektród) | 2,5 kg | 2,5 kg | |
| Rozsah terapie | 95 – 354 J | 95 – 354 J | |
| Počet kondenzátorov | 2 ks | 2 ks | |
| Doba nabitia na 354 J maximálne | 10 s | 10 s | |
| Prevádzková teplota | 0 – 50 ° C | 0 – 50 ° C | |
| Nadmorská výška min. / max. | -382 m / 4 594 m | -382 m / 4 594 m | |
| Prevádzka | Plne automatická | Áno | |
| Záchrana na 3 kroky | Otvorenie veka prístroja, priloženie elektród, stlačenie tlačidla pre výboj | Áno | |
| Krivka | Bifázická skosená exponenciálna STAR | Áno | |
| Automatické prispôsobenie výšky výboja (od 95 do 354 J) pre každého pacienta na základe jeho odporu | Áno | Áno | |
| Výrobné nastavenie | Rastúca variabilná energia (VE): 200 VE, 300 VE, 300 VE | 200 VE, 300 VE | |
| Dodanie výboja po KPR maximálne | 10 s | 10s | |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| Hlasové výzvy obsahujú krokové pokyny pre používateľa | Áno | Áno | |
| Textová obrazovka | Zobrazuje výzvy pri záchrane a dôležité informácie o záchrane | Áno | |
| Viacjazyčnosť | Minimálne slovenčina a angličtina, pri hlasových poveloch aj na textovom displeji | Áno | |
| Zvukové výstrahy | Hlasové výzvy, výstrahy systému | Áno | |
| Technológia samovybitia energie | V prípade naskočenia NSR v poslednej sekunde pred odoslaním výboja | Áno | |
| Detekcia pulzu kardiostimulátora | Áno | Áno | |
| Synchronizovaný výboj | Zabudovaná funkcia automatickej synchronizácie | Áno | |
| Prahové napätie asystólie minimálne | 0,08 mV | 0,08 mV | |
| Odozva na KPR | Navádzanie frekvencie KPR v reálnom čase, metronóm na frekvenciu KPR | Áno | |
| Automatické samotestovanie (týždenné) | Zahrňuje čiastočné nabitie energiou | Áno | |
| Automatické samotestovanie (mesačné) | Zahrňuje úplný cyklus nabitia energiou | Áno | |
| Elektródy | Jednorazové, vopred pripojené, nepolarizované (elektrody je možné umiestniť na ktorúkoľvek pozíciu) | Áno | |
| Skladovateľnosť elektród minimálne | 2 roky | 2 roky | |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| Možnosť pripojenia detských defibrilačných elektród | Áno | Áno | |
| Vybavenie pre detského pacienta | Terapeutický rozsah (VE) 22J - 82J, výzvy pre ošetrovanie detí | 22J - 82J | |
| Kapacita batérie | 500 výbojov pri 150 VE, 450 výbojov pri 200 VE | 500 výbojov pri 150 VE, 450 výbojov pri 200 VE | |
| Záruka na prístroj minimálne | 8 rokov | Áno | |
| Automatická detekcia KPR zariadenia | Áno | Áno | |
| Interná pamäť minimálne | 90 minút údajov o záchrane, funkcia záchrany viacerých osôb | 90 minút údajov o záchrane, funkcia záchrany viacerých osôb | |
| Odolnosť voči prachu a vode minimálne | IP55 (IEC 60529) | IP55 (IEC 60529) | |
| Pád | MIL-STD-810G, 516.6 (Procedúra IV) pre pád 1,22m | MIL-STD-810G, 516.6 (Procedúra IV) pre pád 1,22m | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 4050,20 |

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| Logický celok č. 8: Kreslo na podávanie infúzií – 1 ks | | | |
| Obchodné meno výrobcu: Namb | | | |
| Typové označenie: Deneo | | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Aplikácie cytostatik, infuzoterapie a chemoterapie ambulantným onkologickým pacientom | Áno | Áno | 789,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------|
| Nožný, sedací a chrbtový diel | Áno | Áno | |
| Nezávisle polohovateľné minimálne dva segmenty | Áno | Áno | |
| Elektricky polohovateľný nožný a chrbtový segment | Áno | Áno | |
| Rozmer ložnej plochy minimálne (d x š) | 1900 x 600 mm | 1900 x 600 mm | |
| Nosnosť minimálne | 150 kg | 150 kg | |
| Výška sedacej plochy odberového kresla od podlahy minimálne | 550 mm | 550 mm | |
| Nastavenie všetkých segmentov do vodorovnej polohy | Áno | Áno | |
| Polohovanie pacienta do Trendelenburgovej polohy | Áno | Áno | |
| Područky oboch rúk nastaviteľné vo všetkých smeroch | Áno | Áno | |
| Pojazdné, osadené štyrmi kolieskami z toho dvoma s brzdou | Áno | Áno | |
| Odkladacia priehradka na osobné veci pacienta | Áno | Áno | |
| Výškovo nastaviteľné infúzne stojany s kombináciou dvoch háčikov na infúziu vaky a dvoch objímok na infúznej fľaše rôzneho objemu | Áno | Áno | |
| Čalúnenie a koženka odolávajúca bežnej dezinfekcii | Áno | Áno | |
| Jednoduchá obsluha, ľahká údržba a hygienické čistenie | Áno | Áno | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | 789,00 |

Logický celok č. 9: 24 hod snímač - Holter EKG – 1 ks

Obchodné meno výrobcu: OEM

Typové označenie: Checkme pro

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviest áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
|--|---------------------------|--|------------------------|
| Veľkosť prístroja maximálne | 80 x 73 x 28 mm | 80 x 73 x 28 mm | 3070,00 |
| Váha prístroja maximálne | 100 g | 100 g | |
| Frekvenčná odozva | 0,05 – 70 Hz | 0,05 – 70 Hz | |
| Vstupný rozsah napätia EKG maximálne | 6 ± mV | 6 ± mV | |
| Vstupná impedancia maximálne | 10 MΩ | 10 MΩ | |
| Napájanie | 1x AAA batéria | 1x AAA batéria | |
| Možnosť 24 h záznamu | Áno | Áno | |
| Možnosť prepojenia s PC | USB kábel a bluetooth | Áno | |
| Kompatibilita softvéru minimálne | Windows 8, 7 a Cardiosoft | Windows 8, 7 a Cardiosoft | |
| Možnosť stiahnutia aplikácie do mobilného zariadenia so systémom iOS | Áno | Áno | |
| Detekcia kardiostimulátora | Áno | Áno | |
| Možnosti vodičového kábla | 3, 5 alebo 7 vodičový | 3, 5 alebo 7 vodičový | |
| Spustenie záznamu cez mobilnú aplikáciu | Áno | Áno | |
| Software na vyhodnotenie záznamu | Áno | Áno | |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | 3070,00 |
|---------------------------------|---------|

| | |
|---|--|
| Logický celok č. 10: 24 hod snímač - Holter TK – 1 ks | |
| Obchodné meno výrobcu: Tanagra | |
| Typové označenie: APBM50 | |

| | | | | |
|---------|--|---|---|------------------------|
| 1580,00 | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| | Váha maximálne (vrátane batérií) | 300 g | 300 g | |
| | Rozsahy merania - systolický | 60 – 280 mmHg | 60 – 280 mmHg | |
| | Rozsahy merania - diastolický | 30 – 160 mmHg | 30 – 160 mmHg | |
| | Rozsahy merania - tepová frekvencia | 30 – 180 bpm | 30 – 180 bpm | |
| | Presnosť merania: tlak krvi, priemerný rozdiel | -5 mmHg | -5 mmHg | |
| | Presnosť merania: tlak krvi, štandardná odchýlka | -8 mmHg | -8 mmHg | |
| | Intervaly merania | Nastaviteľné intervaly počas 24-hodinovej periódy, každý konfigurovateľný na 0,5,10,15,20,25,30,45,60,75,90,105 alebo 120 min. merania. | 24-hodinovej periódy 0,5,10,15,20,25,30,45,60,75,90,105 alebo 120 min. merania. | |
| | | Podporuje merania počas dlhšej doby štandardne 24 hodín až 7 dní | Áno | |
| | Randomizovaný interval merania | Interval merania náhodne posunutý až do 75% nastaveného intervalu merania | Áno | |
| | | Štandardná | Áno | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| | Veľká | K dispozícií ako príslušenstvo | Áno | |
| | Detská | K dispozícií ako príslušenstvo | Áno | |
| Pamäť merania krvného tlaku | | Áno | Áno | |
| PC rozhranie | | USB | Áno | |
| Minimálne požiadavky na batériu | | 2 x 1,2V NiMH dobíjateľné batérie | 2 x 1,2V NiMH dobíjateľné batérie | |
| Softvér | | Diagnostická súprava pre hypertenziu vyžadujúca nasledovné technické požiadavky PC: Microsoft Windows | Microsoft Windows | |
| Hlučnosť maximálne | | 50 dbA počas fúkania manžety | 50 dbA | |
| V balení | Snímač | 1ks | 1ks | |
| | Softvér na PC | 1ks | 1ks | |
| | Štandardná manžeta | 1ks | 1ks | |
| | Nabíjačka | 1ks | 1ks | |
| | Dobíjateľné batérie minimálne | 4 ks | 4 ks | |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | | | | 1580,00 |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | Cena v EUR bez DPH |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie predmetu zákazky, t.j. dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky a premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky | 50,00 |
| | Osadenie predmetu zákazky | osadenie predmetu zákazky, t.j. umiestnenie a upevnenie predmetu zákazky na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | 0,00 |
| | Zapojenie predmetu zákazky | zapojenie predmetu zákazky , t.j. zapojenie predmetu zákazky do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------|
| | na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky | |
| Cena za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného celku (suma spolu) v EUR bez DPH | | 50,00 |

| Predmet zákazky č.5.: Interná ambulancia | Položky | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
|---|--|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík – 1 ks | 779,90 | 1 | 779,90 |
| | Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom – 1 ks | 5075,20 | 1 | 4965,20 |
| | Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo – 1 ks | 4329,40 | 1 | 4329,40 |
| | Logický celok č. 4: Germicídny žiarič – 1 ks | 504,50 | 1 | 504,50 |
| | Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor – 1 ks | 2464,40 | 1 | 2464,40 |
| | Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový – 2 ks | 2155,50 | 2 | 4311,00 |
| | Logický celok č. 7: Defibrilátor – 1 ks | 4050,20 | 1 | 4050,20 |
| | Logický celok č. 8: Kreslo na podávanie infúzií – 1 ks | 789,00 | 1 | 789,00 |
| | Logický celok č. 9: 24 hod snímač - Holter EKG – 1 ks | 3070,00 | 1 | 3070,00 |
| | Logický celok č. 10: 24 hod snímač - Holter TK – 1 ks | 1580,00 | 1 | 1580,00 |
| | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Cena (suma spolu) za celý predmet zákazky v EUR bez DPH | | | | 26893,60 |
| DPH 20 % | | | | 5498,72 |
| Cena (suma spolu) za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH | | | | 32392,32 |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že uvedená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Piešťanoch, dňa 6.7.2021

Ing. Miloš Ladický ELMED
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146, IČ DPH: SK1020353367
TEL./FAX: 033/7741 428, 033/7723 446

Podpis a pečiatka uchádzača

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

| |
|--|
| Názov uchádzača : Ing. Miloš Ladický ELMED |
| Sídlo uchádzača : Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany |
| IČO uchádzača : 30 924 146 |
| Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): Ing. Miloš Ladický, majiteľ, + 421 905 355 430 |

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

(údaj bude zverejnený pri otvorení ponúk)

| P.č. | Názov celku | Návrh na plnenie kritéria v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Návrh na plnenie kritéria vrátane DPH |
|------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| 4 | Zariadenia pre internú ambulanciu | 26893,60 | 20 | 5498,72 | 32392,32 |

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 6.7.2021

Ing. Miloš Ladický ELMED
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146, IČ DPH: SK1020353367
TEL./FAX: 03377741 428, 03377723 446

.....
odtiaľok pečiatičky uchádzača
.....
ezvisko, funkcia štatutárneho
hádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)

K ú p n a z m l u v a

uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúcim: Ing. Miloš Ladický ELMED
Sídlo: Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany
Zastúpený: Ing. Miloš Ladický, majiteľ
IČO: 30 924 146
DIČ: 1020353367
Bankové spojenie: SK32 0200 0000 0009 3984 7212

a

Kupujúcim: Obec Lehnice
Sídlo: Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Zastúpený: JUDr. Ing. František Szitási, starosta obce
IČO: 00 305 553
DIČ: 2021151814
IBAN: SK07 5600 0000 0004 1031 6005

Článok I.

Predmet zmluvy a jeho špecifikácia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá a odovzdá tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Súťažných podkladov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, príkladá sa k podpísanej zmluve a kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok II.

Termín plnenia predmetu zmluvy

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je odo dňa vystavenia objednávky na dodanie predmetu tejto zmluvy.

Článok III.

Miesto a spôsob prevzatia predmetu zmluvy

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
2. Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.
3. Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Rozpis kúpnej ceny:

| Tovar | Počet ks | Cena v EUR bez DPH | DPH v EUR | Cena v EUR s 20% DPH |
|-----------------------------------|----------|--------------------|-----------|----------------------|
| Zariadenia pre internú ambulanciu | balík | 26893,60 | 5498,72 | 32392,32 |

Cena celkom v EUR bez DPH: 26893,60

Slovom: dvadsaťšesťtisícosemstodevät'desiattri eur a šesťdesiat centov

- Cena podľa bodu 1 tohto článku je konečná a nemenná. Výška ceny podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže byť, ku dňu jej fakturácie podľa bodu 3 tohto článku upravená len z dôvodu zmien sadzby dane z pridanej hodnoty podľa daňových zákonov Slovenskej republiky.
- Cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu najskôr v deň dodania predmetu plnenia zmluvy, resp. jeho časti
- Splatnosť faktúr dojednali zmluvné strany na 60 dní od vystavenia faktúry. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za predmet zmluvy podľa čl. I. bude uhradená na základe uhradenej Žiadosti o platbu a faktúry budú zaplatené predávajúcemu po pripísaní finančných prostriedkov na účet kupujúceho zo strany poskytovateľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva č. IROP/011-Z-302021T639-189/2019 zo dňa 16.8.2019. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kupujúci nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet pripísané finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety.
- Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť od doručenia správne vystavenej faktúry kupujúcemu.

Článok V.
Omeškanie a zmluvné pokuty

- Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním čo aj len časti tovaru, zaväzuje sa zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty zákazky za každý deň omeškania, maximálne však 10 % z celkovej kúpnej ceny tovaru/tovarov bez DPH.
- Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením dohodnutej kúpnej ceny tovaru, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške podľa zákona.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru viac ako 30 dní po v zmluve dojednanej dobe a predávajúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote v trvaní 30 dní.
2. Predávajúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť ak sa kupujúci omešká s platením peňažných záväzkov viac ako o 60 dní po splatnosti príp. pripísaní finančných prostriedkov z NFP a kupujúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote určenej písomne predávajúcim.
3. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto kúpnej zmluvy, zmluva zaniká a zmluvné strany sa vysporiadajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Všetky náklady súvisiace s odstúpením od kúpnej zmluvy znáša zmluvná strana, ktorá zavinila zánik zmluvy
4. Kupujúci ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) na základe zmluvy o NFP si v rámci záväzkového vzťahu s predávajúcim vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy s predávajúcim, a to v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov
5. V prípade, ak predávajúci neposkytne dostatočnú súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať pri podaní žiadosti o NFP, pri uzatváraní zmluvy o NFP, ako aj pri vykonávaní úkonov potrebných na vyplatenie plnenia zo zmluvy o NFP poskytovateľom, zodpovedá predávajúci za vzniknutú škodu kupujúcemu.

Článok VII.

Záruka

1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Článku I. tejto zmluvy. Na tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa zaškolenia kupujúceho podľa Článku VIII. tejto zmluvy.
2. Pre uplatnenie väd tovaru platia ustanovenia § 436 - § 441 Obchodného zákonníka.
3. Záruka neplatí ak kupujúci nedodrží postupy zaobchádzania s tovarom, ktoré určil výrobca, alebo ak kupujúci nevykoná pravidelné servisné prehliadky. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré spôsobil kupujúci úmyselne, resp. nesprávnou manipuláciou s predmetom kúpy.
4. Počas záručnej doby sa požaduje servisný zásah predávajúceho do 48 hodín od nahlásenia poruchy, vrátane výmeny náhradných dielov.

Článok VIII.

Zaškolenie kupujúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní a odovzdaní tovaru kupujúcemu zabezpečiť v mieste plnenia na vlastné náklady zaškolenie kupujúceho, resp. ním poverené osoby na prevádzku tovaru v plnom rozsahu tak, aby kupujúci mohol užívať predmet tejto zmluvy na účel, na ktorý je určený, vrátane poučenia o hlavnom nastavení tovaru, bezpečnej prevádzke a správnej starostlivosti o tovar.

Článok IX.

Vyššia moc

1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán (ďalej len vyššia moc).
2. Strana dotknutá udalosťou Vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu do 10 pracovných dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takej udalosti Vyššej moci.

3. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 2. bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.

Článok X. Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie na miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XI. Osobitné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Predávajúci bude dodávať predmet zmluvy v rozsahu 0 % prostredníctvom subdodávateľov.
3. Subdodávateľia a rozsah subdodávky podľa bodu 2 tohto článku je:

| Identifikácia subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) | Rozsah plnenia subdodávateľom v (%) | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|--|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. Ak Predávajúci plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr do 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky a vzťahy, ktoré v tejto kúpnej zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju potvrdili svojimi podpismi.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane 2 rovnopisy.
5. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení odkladacích podmienok spočívajúcich v nasledovných úkonoch, skutočnostiach:
 - a) po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa Obec Lehnice a to v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
 - b) po doručení kladného stanoviska z administratívneho overenia výsledkov procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku, na základe ktorého bude možné vo finančnej operácii pokračovať.

Ing. Miloš Ladický ELMED
Právníkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
TEL: 030924146, IČ DPH: SK1020353367
TEL./FAX: 033/7741 428, 033/7723 446

Dňa:

Predávajúci:

.....
Kupujúci: