

Vysvetlenie – komentár k úprave parametrov

Verejný obstarávateľ revidoval prostredníctvom inštitútu Vysvetlenia podľa § 48 prílohu súťažných podkladov FUR000083_c2_E.1 -
_technicka_specifikacia_predmetu_zakazky pre ČASŤ 2 – USG Prístroj v rozsahu:

Upravil znenie požiadavky v bode 12 na „Súčasťou je nezávislý mobilný USG odpojitelný od hlavného USG pre použitie pri OAİM lôžku resp. ekvivalentné riešenie za pomoci ďalšieho samostatného prístroja vrátane konvexnej, lineárnej a kardiologickej sondy.

vypustil požiadavku uvedenú v bode 13 - „Mobilný USG pracuje s kompatibilnými sondami s hlavným USG“ sa vypúšťa

Upravil znenie požiadavky v bode 30 na „Záznam z doplerovského signálu v reálnom čase“

Upravil znenie požiadavky v bode 36 na „Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a meédie (IMT)“

Vypustil požiadavku uvedenú v bode 37

Vypustil požiadavku uvedenú v bode 38

Pre lepšiu orientáciu v revidovanej prílohe nemení/neposúva číslovanie bodov

Upravená technická špecifikácia sa nachádza v súbore FUR000083_c2_rev_I_E.1 -
_technicka_specifikacia_predmetu_zakazky