

Vyjadrenie k ŽoN pre časť č. 1 EKG prístroj s príslušenstvom nasledovne:

Verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o nápravu a upravil technické parametre pre časť č. 1 EKG prístroj s príslušenstvom nasledovne:

bod 3: Farebný LCD displej o veľkosti - min. 20 cm

bod 4: prevádzka na elektrickú sieť, resp. výdrž zabudovaného akumulátora na 1 nabitie - min. 210 minút

bod 5: hmotnosť prístroja vrátane batérie max. 5 000g

bod 7: vzorkovacia frekvencia - vzorka/sek/kanál min. 1 000

bod 24: OPCIA softvér thrombolysis alebo Glasgow 12 zvodová ECG analýza

bod 25: OPCIA softvér pre lokalizáciu upchattia ciev alebo SW podrobnej analýzy arytmií a ischémie

Predmetné úpravy preniesol aj do prílohy SP. FUR000084_c1_E.1_rev_I_-_technicka_specifikacia_predmetu_zakazky. Uchádzač pri príprave ponuky môže použiť nový revidovaný súbor alebo si parametre upraví sám v pôvodnom súbore.