



ZRIAĐOVATEĽ  
ŽILINSKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



DOLNOORAVSKÁ  
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
DOLNÝ KUBÍN

Elektronicky!

Všetkým uchádzačom a záujemcom

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
2/2021/PZ-VO-2

**Vybavuje/linka**  
JUDr. Martin Hanuliak  
043/5801435

**dňa**  
18.09.2021

**Vec:**

**O z n á m e n i e o vybavení žiadosti o nápravu č. 1**

Verejný obstarávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“) a Výzvou na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska, ktorá bola dňa 02.09.2021 zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 203/2021 pod značkou 42354 – WYT, vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom „**Ultrazvukový prístroj USG**“.

Dňa 12.09.2021 o 21:47 hod. bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov (ďalej len „**Žiadateľ**“) doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) Zákona o VO (ďalej len „**Žiadosť o nápravu**“). Predmetom Žiadosti o nápravu je Príloha č. 5 – Technická špecifikácia (ďalej len „**Príloha**“).

**Vo svojej Žiadosti o nápravu Žiadateľ uvádza nasledovný návrh na vybavenie:**

1. Verejný obstarávateľ požaduje v bode 1 technickej špecifikácie v Prílohe nasledovnú funkcionality obstarávaného USG prístroja:

- *Uhlopriečka obrazovky monitora min. 22"*

Uvedený parameter vylučuje možnosť účasti v súťaži pre viacerých renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú ponúkajú USG prístroje s vysokou kvalitou zobrazenia, napriek tomu, že nedisponujú uhlopriečkou obrazovky monitora 22". Máme vedomosť o tom, že veľkosťou uhlopriečky 22" síce disponuje viacero výrobcov avšak z medicínsko-diagnostického hľadiska tento parameter nie je smerodajný a už vôbec nie je podstatný.

**Návrh na vybavenie:**



Žiadame preto verejného obstarávateľa o zosúladienie technickej špecifikácie v Prílohe so zákonom o VO a to tak, že upraví v Prílohe uvedený parameter na hodnotu: *Uhlopriečka obrazovky monítora min. 21,5"*.

2. Verejný obstarávateľ požaduje v bode 30 technickej špecifikácie v Prílohe nasledovnú funkcionálnu obstarávaného USG prístroja:

- *Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT), real time trasovanie cievnej steny*

Uvedený parameter vylučuje možnosť účasti v súťaži pre viacerých renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú USG prístroje s vysokou kvalitou zobrazenia, vrátane softvéru pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT) avšak bez real time trasovania cievnej steny, ktoré sa však v klinickej praxi využíva minimálne.

**Návrh na vybavenie:**

Žiadame preto verejného obstarávateľa o úpravu technickej špecifikácie v danom bode Prílohy tak, aby bola primeraná a nediskriminačná a v súlade so zákonom o VO, t.j. tak, aby uvedený parameter znel nasledovne: „Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT)“.

3. Verejný obstarávateľ požaduje v bode 31 technickej špecifikácie v Prílohe nasledovnú funkcionálnu obstarávaného USG prístroja:

- *Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny – Beta index, PWV*

Uvedený parameter je podľa nášho názoru neprimeraný a diskriminačný, pričom vylučuje možnosť sa zúčastniť súťaže väčšine renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú USG prístroje s vysokou kvalitou zobrazenia, avšak bez tejto funkcionality.

**Návrh na vybavenie:**

Žiadame preto verejného obstarávateľa o zosúladienie technickej špecifikácie v Prílohe so zákonom o VO a to tak, že vypustí z Prílohy vyššie uvedený parameter „Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny – Beta index, PWV“.

Celková, resp. kompletná Žiadosť o nápravu od Žiadateľa je prílohou tohto Oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu č. 1. Táto príloha bola verejným obstarávateľom anonymizovaná.

**Verejný obstarávateľ na základe návrhov na vybavenie v Žiadosti o nápravu poskytuje nasledovné vyjadrenie:**

**Vyjadrenie verejného obstarávateľa na návrh na vybavenie č. 1:**

Verejný obstarávateľ vyššej uvedenej požiadavke **n e v y h o v u j e** a verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení a požiadavke: *Uhlopriečka obrazovky monítora min. 22"*.

Odôvodnenie verejného obstarávateľa:

Predmetom verejného obstarávania je ultrazvukový prístroj najvyššej triedy. Podľa voľne dostupných informácií, každý renomovaný výrobca disponuje pri najvyššej triede prístrojov monitorom s veľkosťou minimálne 22" alebo 23" alebo dokonca 24". Z tohto hľadiska je jasné, že daný parameter nie je nijakým spôsobom obmedzujúci a verejný obstarávateľ má za to, že dodávateľ sa snaží znížiť technické nároky za účelom ponúknuť lacnejší prístroj nižšej triedy.



ZRIAĐOVATEĽ  
ŽILINSKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



DOLNOORAVSKÁ  
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
DOLNÝ KUBÍN

Dovoľujeme si uviesť renomovaných výrobcov na trhu, ktorý v najvyšších triedach svojich prístrojov disponujú veľkosťou monitora 22" a viac, a to:

PHILIPS	SIEMENS	HITACHI	HITACHI	CANON	GE Healthcare	GE Healthcare	GE Healthcare	ESAOTE	SAMSUNG
EPIQ Elite	Sequoia	Arietta 750	Arietta 850	Aplio A550	LOGIQ™ E10	VIVID E95	Voluson E10	MyLab X8	RS80 EVO Prestige
24"	22"	22", 23"	22"	22"	22"	22"	22"	24"	23,8"

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na klamlivú informáciu, uvedenú v prílohe č.1 k žiadosti o nápravu, kde sa uvádza veľkosť monitora USG prístroja EPIQ Elite 21,5". Z verejne dostupných zdrojov je jasné, že USG prístroj EPIQ Elite ponúka monitor o veľkosti 24" (zdroj: web IZA MZ SR – kategorizácia USG, trieda č. 9 a internet web: <https://www.philips.sk/healthcare/product/HC795098/epiq-elite-a-new-class-of-premium-ultrasound-has-arrived>)

### Vyjadrenie verejného obstarávateľa na návrh na vybavenie č. 2:

Verejný obstarávateľ vyššej uvedenej požiadavke **v y h o v u j e** a verejný obstarávateľ upraví v Prílohe bod 30 a nahradí ho nasledujúcim textom: *Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT).*

#### Odôvodnenie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ posúdil návrh na vybavenie č. 2 v Žiadosti o nápravu a uznal požiadavku Žiadateľa za oprávnenú a z uvedeného dôvodu pristúpil k vykonaniu nápravy v zmysle vyššie uvedeného.

### Vyjadrenie verejného obstarávateľa na návrh na vybavenie č. 3:

Verejný obstarávateľ vyššej uvedenej požiadavke **n e v y h o v u j e** a verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení a požiadavke: *Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny – Beta index a PWV.*

#### Odôvodnenie verejného obstarávateľa:

Požadovaná funkcia slúži na včasnú diagnostiku prvých zmien v cievnej stene, ktoré neskôr vedú k vzniku aterosklerózy. Je dokázané, že zvýšená hodnota krvného tlaku má priamy súvis parametrom PWV a Beta index. Práve parametre PWV a Beta index dokážu včas predpovedať zhoršujúci sa stav cievnej steny, ktorý vedie k následným poruchám kardiovaskulárneho systému. Takáto včasná diagnóza umožňuje nastaviť liečbu, ktorá je komfortnejšia pre pacienta a v konečnom dôsledku aj ekonomickejšia - často nie je nevyhnutné nastaviť pacienta hneď na lieky. Jedná sa o celosvetovo akceptovaný medicínsky postup a všeobecne uznávané diagnostické parametre. Bez uvedeného medicínsko-technického parametra by konečný užívateľ nemohol vykonávať potrebnú diagnostiku a poskytovať plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Tvrdenie, že uvedenú diagnostiku nevykonáva žiadne pracovisko je zavádzajúce a klamlivé, nakoľko uvedenou funkciou disponujú prístroje vo viacerých nemocniciach v SR, a to napríklad: (Zdroj: <https://www.crz.gov.sk/>)

Univerzitná nemocnica Martin	Fakultná nemocnica Trnava	Fakultná nemocnica Trenčín	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	Národný ústav srdcových a cievných chorôb, a.s.	Fakultná nemocnica Nitra
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	--------------------------------



ZRIAĐOVATEĽ  
ŽILINSKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



DOLNOORAVSKÁ  
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
DOLNÝ KUBÍN

Táto diagnostická metóda bola publikovaná aj lekármi zo SR na medzinárodných kongresoch (MUDr. Škultetyová - NUSCH, Prof. Jurko - UNM ). Uvedené parametre sú tiež uvedené ako relevantné vo zverejnených "Štandardných postupoch" pre určenie primárnej artériovej hypertenzie v detskom veku, schválených 1.7.2021 ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

**Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ vykoná zmeny v Prílohe č. 5 – Technická špecifikácia. Upravené znenie technickej špecifikácie bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tohto oznámenia.**

Verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 Zákona o VO oznamuje, že dôjde k úprave lehoty na predkladanie ponúk a zároveň sa posunie aj lehota na otváranie ponúk.

**Zmeny termínov budú predmetom oprávneho oznámenia.**

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou,

V Dolnom Kubíne dňa 18.09.2021

---

JUDr. Martin Hanuliak – osoba zodpovedná za  
verejné obstarávanie  
„v.r.“

#### Prílohy:

- *Žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch zo dňa 10.09.2021 a 12.09.2021 elektronicky vložená do systému EVO*