

Vysvetlenie – komentár k úprave parametrov

Verejný obstarávateľ revidoval prostredníctvom inštitútu Vysvetlenia podľa § 48 prílohu súťažných podkladov FUR000083_c2_E.1 -
_technicka_specifikacia_predmetu_zakazky pre ČASŤ 2 – USG Prístroj v rozsahu:

Upravil znenie požiadavky v bode č. 48

- konvexná sonda - s frekvenčným rozsahom min.

Upravil znenie požiadavky v bode č. 50

- lineárna sonda - s frekvenčným rozsahom min.

Predmetné zmeny verejný obstarávateľ zapracoval do prílohy pre časť 2 USG prístroj technická špecifikácia sa nachádza v súbore FUR000083_c2_rev_II_E.1 -
_technicka_specifikacia_predmetu_zakazky.