



ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK č.1

zo dňa 18.11.2020 10³⁰ hod.

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sme vyhlásili verejné obstarávanie na predmet zákazky :

Predmet zákazky :

„ RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

Postup VO : NADLIMITNÁ REVERZNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto a čas : 18.11.2020 o 10³⁰ hod.

Vestník VO : Európsky Vestník pod. zn. 2020/S 205-498390 zo dňa 21.10.2020

Vestník verejného obstarávania č. 37275-MST zo dňa 22.10.2020

a/ Komisia zriadená radou riaditeľov na otvorenie a vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v zložení :

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

- doc. MUDr. Juraj Váňa PhD. – predseda
- Mgr. Eduard Dorčík – člen
- Ing. Barbora Valjašková – člen

Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, určený iba na posúdenie predloženého návrhu zmluvy:

- JUDr. Matej Hlavoň

b/ Predpokladaná hodnota zákazky 150 000,00 € bez DPH, 180 000,00 € s DPH

c/ Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria :

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



p.č.	Názov , adresa uchádzača	návrh na plnenie kritéria : cena v € vrátane DPH
1.	S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava	179 998,00
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	180 000,00
3.	Meditrade spol. s.r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava	180 000,00
4.	Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	180 000,00

d/ Vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa bolo neverejné. Komisia vyhodnotila ponuky v zmysle §53 zákona o verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybnosti by overila správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzač .

Ponuky boli vyhodnocované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ; vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

Komisia zriadená verejným obstarávateľom najskôr vyhodnotila doručené ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 53 ZVO (vyhodnotenie vyplnenej tabuľky,, *Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionálit RTG prístroja (prílohy č. F)* a na základe návrhu na plnenie kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia podľa kritérií na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti a nejasnosti v informáciách a dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadava uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 ZVO. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom systému EVO oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

TECHNICKE A DOKUMENTARNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY:

Uchádzač musel preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa minimálne v rozsahu uvedenom v SP v časti Technický opis predmetu zákazky. Túto skutočnosť preukázal uchádzač prostredníctvom *podrobného technického opisu ponúkaného technického riešenia* predmetu zákazky a vyplnenej tabuľky „ *Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionálit RTG prístroja (prílohy č. F)* , ktoré boli predložené ako súčasť ponuky a z ktorého je zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa .

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky

Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

a) v podrobnom technickom opise s údajmi,

www: fnspza.sk e-mail: uvo@fnspza.sk	Bankové spojenie: Štátna pokladnica Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470 SK2020699923 SWIFT: SPSRSKBA	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH SK2020699923
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------



- b) v podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionalít obstarávaného zariadenia (prílohy F súťažných podkladov)
- c) v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych parametrov v tabuľke „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít obstarávaného zariadenia ((prílohy F súťažných podkladov) týchto súťažných podkladov) zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. (5) zákona o verejnom obstarávaní zo súťaže vylúčená.

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie technických požiadaviek tabuľka „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít obstarávaného zariadenia ((prílohy F súťažných podkladov) posudzovať spôsobom:

S – požiadavka splnená,

N – požiadavka nesplnená

Následne komisia overila prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky a v ďalšom kroku vyzve všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené na účasť v elektronickej aukcii. Podmienky pre vykonanie elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a ďalšie podrobnosti týkajúce sa elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“.

Po skončení elektronickej aukcie overí komisia prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky.

Následne v súlade s § 55 ZVO vyhodnotí komisia splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača (prvý v poradí), v prípade jeho vylúčenia VO vyzve druhého, resp. tretieho uchádzača v poradí. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle ustanovenia § 37 ZVO. Splnenie podmienok účasti uchádzačov bude komisia posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. **Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED podľa ustanovenia § 39 ZVO .**

Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 ZVO. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom systému EVO oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

e) Komisia vyhodnotí ponuky uchádzačov po skončení postupu podľa § 55 ZVO. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom systému EVO bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



S&T SLOVAKIA S.R., MLYNSKÉ NIVY 71, 821 05 BRATISLAVA

Formálne náležitosti ponuky : splnené

Požiadavky na predmet zákazky – odoslaná žiadosť vysvetlenie

Reálnosť ponúknutej ceny / mimoriadne nízka cena/ - neuplatňuje sa

Zákazka : 426507
Názov zákazky : RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom
Obstarávateľ : Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vysvetlenie ponuky k zákazke bola vybavená.

Dátum podania : 19.11.2020 11:29:07
Text žiadosti :

Vážený uchádzač.

Komisia verejného obstarávateľa otvorila a vyhodnotila vašu ponuku z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe vami predloženej ponuky; konkr. predloženej Prílohy F súťažných podkladov „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionálit komisia nedokáže posúdiť a vyhodnotiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

***cit. uvedené v súťažných pokladoch** „Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa minimálne v rozsahu uvedenom v Súťažných podkladoch. Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom **podrobného technického opisu** predmetu zákazky a vyplnenej tabuľky Prílohy F súťažných podkladov „ **Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionálit**“ obstarávaného zariadenia , ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa. (časť V, Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 21 vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov).*

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky :

Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

- a) v podrobnom technickom opise s údajmi,
- b) v podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionálit obstarávaného zariadenia (prílohy F súťažných podkladov)
- c) v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

Komisia verejného obstarávateľa Vás na základe vyššie uvedeného žiada o predloženie technického opisu - katalóg , aby posúdila splnenie požiadaviek na predmet zákazky .

Uvedené žiadame predložiť elektronicky cez systém EVO a v lehote stanovenej verejným obstarávateľom.

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Dátum odpovede : 20.11.2020 09:49:15

Odpoveď :

Vážený verejný obstarávateľ,

v prílohe vám zasielame technický opis ponúkaného prístroja. (tvorí prílohu zápisnice)

2. NRSYS S.R.O., AKADEMICKÁ 12, 949 01 NITRA

Formálne náležitosti ponuky : splnené

Požiadavky na predmet zákazky – odoslaná žiadosť vysvetlenie

Reálnosť ponúkanej ceny / mimoriadne nízka cena/ - neuplatňuje sa

Zákazka : 426507

Názov zákazky : RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom

Obstarávateľ : Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Bola podaná žiadosť o Vysvetlenie ponuky k zákazke.

Dátum podania : 27.11.2020 09:22:47

Termín na vybavenie : 04.12.2020

Text žiadosti :

Vážený uchádzač.

Komisia verejného obstarávateľa otvorila a vyhodnotila vašu ponuku z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe vami predloženej ponuky; konkr. predloženej Prílohy F súťažných podkladov „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionality komisia nedokáže posúdiť a vyhodnotiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

cit. uvedené v súťažných pokladoch „Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa minimálne v rozsahu uvedenom v Súťažných podkladoch. Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom podrobného technického opisu predmetu

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



zákazky a vyplnenej tabuľky Prílohy F súťažných podkladov „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít obstarávaného zariadenia , ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa. (časť V, Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 21 vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov).

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky :

Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadanych verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

- a) v podrobnom technickom opise s údajmi,
- b) v podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionalít obstarávaného zariadenia (prílohy F súťažných podkladov)
- c) v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

Komisia verejného obstarávateľa Vás na základe vyššie uvedeného žiada o vysvetlenie nasledujúceho :

1. Verejný obstarávateľ požadoval podmienku " Počet pulzov pri pulznej skiaskopii (voliteľná frekvencia) pulz/s minimálne 4 až 25 pulz/s. V prílohe F „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít" uvádzate pre generátor hodnotu 1-30 pps. V dostupných katalógoch výrobcu ako aj vo webových odkazoch zaslaných od výrobcu na parametre je uvedený počet pulzov za sekundu v rozsahu max.15 pulzov za sekundu:

link: <https://www.ultrasoundsupply.com/guides/c-arm-fluoroscopy-oscar-15/> :

- 60kHz high frequency
- 15kW power
- Up to 120kVp
- Up to 150mA for radiographic film exposure
- Continuous high level fluoro (HLF) up to 20mA
- Pulse high level fluoro (HLF) up to 50mA
- Digital snapshot mode up to 120kVp, 50mA
- Digital cine pulse

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



- 15 pulses per second, 60 Hz
- 15 pulses per second, 50 Hz
- Up to 50mA, 8 pulse mode is included.
- 14ms pulse width
- Full power from standard wall outlet
- Designed for plug and play, anywhere

Žiadame vysvetliť rozdielny údaj parametra uvedeného v prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít " oproti parametru ,ktorý je uvedený v katalógu výrobcu a zároveň zaslať potvrdenie/prehlásenie výrobcu o splnení požadovaného technického parametra, príp. je možné predložiť originálny katalóg výrobcu.

2. Obstarávateľ požadoval Chladiacu kapacitu anódy kHU/min minimálne 75 kHU/min (upravená hodnota po žiadosti o nápravu, pôvodná hodnota bola 85 kHU/min). V prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít uvádzate hodnotu 104 kHU/min., táto hodnota je uvedená aj v doklade Informácia o produkte , ktorý je súčasťou ponuky. Avšak v dostupných katalógoch výrobcu ako aj vo webových odkazoch zaslaných od výrobcu na požadovaný parameter je uvedená hodnota 63,640 kHU/min.:

- X-RAY Tube
- Rotating anode X-ray tube
- 0.3 and 0.6 nominal focal spots
- Anode heat capacity: 300,000 HU (225kJ)
- Anode cooling rate: 63,640 HU/min
- Housing heat capacity: 1,209,600 HU

Žiadame vysvetliť rozdielny údaj parametra uvedeného v prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít " oproti parametru ,ktorý je uvedený v katalógu výrobcu a zároveň zaslať potvrdenie/prehlásenie výrobcu o splnení požadovaného technického parametra, príp. je možné predložiť originálny katalóg výrobcu

3. Obstarávateľ požadoval v prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít súťažných podkladov parameter Tepelná kapacita anódy MHU 1,5 MHU. V prílohe F „, Podrobná

www: fnspsa.sk
e-mail: uvo@fnspsa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít uvádzate hodnotu 1,509 MHU. Táto hodnota je uvedená aj v doklade Informácia o produkte, ktorý je súčasťou ponuky. Avšak v dostupných katalógoch výrobcu, ako aj vo webových odkazoch zaslaných od výrobcu na požadovaný parameter je uvedená hodnota 1,2 MHU. Hodnota pri aktívnom chladení, ale v katalógu uvedená nie :

X-RAY Tube

- Rotating anode X-ray tube
- 0.3 and 0.6 nominal focal spots
- Anode heat capacity: 300,000 HU (225kJ)
- Anode cooling rate: 63,640 HU/min
- Housing heat capacity: 1,209,600 HU

Žiadame vysvetliť rozdielny údaj parametra uvedeného v prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít " proti parametru ,ktorý je uvedený v katalógu výrobcu a zároveň zaslať potvrdenie/prehlásenie výrobcu o splnení požadovaného technického parametra, príp. je možné predložiť originálny katalóg výrobcu

4. Obstarávateľ požadoval Rozlíšenie - hĺbka rozlíšenia 16 bit. V prílohe F „, Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít uvádzate hodnotu 16 bit. Táto hodnota je uvedená aj v doklade Informácia o produkte, ktorý je súčasťou ponuky. Avšak v dostupných katalógoch výrobcu vo webových odkazoch zaslaných od výrobcu sa požadovaný parameter pre CMOS detektor neuvádza. V dokumentácii FDA zo 17. Augusta 2018 je pre CMOS detektor inštalovaný v zariadení OSCAR Prime uvedená hodnota 14 bits.

Žiadame zaslať potvrdenie/prehlásenie výrobcu o splnení požadovaného technického parametra 16 bit hĺbky rozlíšenia; respektíve potvrdenie výrobcu CMOS detektora.

Uvedené žiadame predložiť elektronicky cez systém EVO v lehote stanovenej verejným obstarávateľom.

3. MEDITRADE SPOL. S.R.O., LEVOČSKÁ 1, 851 01 BRATISLAVA

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923



Formálne náležitosti ponuky : splnené

Požiadavky na predmet zákazky – splnené

Reálnosť ponúkanej ceny / mimoriadne nízka cena/ - neuplatňuje sa

4. SIEMENS HEALTHCARE S.R.O., LAMAČSKÁ CESTA 3/A, 841 04 BRATISLAVA

Formálne náležitosti ponuky : splnené

Požiadavky na predmet zákazky – odoslané vysvetlenie

Reálnosť ponúkanej ceny / mimoriadne nízka cena/ - neuplatňuje sa

Zákazka : 426507

Názov zákazky : RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom

Obstarávateľ : Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vysvetlenie ponuky k zákazke bola vybavená.

Dátum podania : 19.11.2020 11:31:35

Vážený uchádzač.

Komisia verejného obstarávateľa otvorila a vyhodnotila vašu ponuku z pohľadu **splnenia požiadaviek na predmet zákazky** v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe vami predloženej ponuky; konkr. predloženej Prílohy F súťažných podkladov „**Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionality**“ komisia nedokáže posúdiť a vyhodnotiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Text žiadosti : *cit. uvedené v súťažných pokladoch „Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa minimálne v rozsahu uvedenom v Súťažných podkladoch. Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom **podrobného technického opisu predmetu zákazky** a vyplnenej tabuľky Prílohy F súťažných podkladov „**Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionality obstarávaného zariadenia**“, ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa. (časť V, Otváranie a vyhodnotenie ponúk, bod 21 vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov).*

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky :

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadanych verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

a) v podrobnom technickom opise s údajmi,

b) v podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionality obstarávaného zariadenia (prílohy F súťažných podkladov)

c) v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

*Komisia verejného obstarávateľa Vás na základe vyššie uvedeného žiada o predloženie **technického opisu - katalóg** , aby posúdila splnenie požiadaviek na predmet zákazky .*

Uvedené žiadame predložiť elektronicky cez systém EVO a v lehote stanovenej verejným obstarávateľom.

Dátum
odpovede : 19.11.2020 15:19:44

Vážený verejný obstarávateľ,

Odpoveď :

v prílohe zasielame produktový list k ponúkanému zariadeniu.

f) Zoznam vylúčených uchádzačov:

Neuplatňuje sa

g) Záznam osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi.

Neuplatňuje sa

h) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk

Neuplatňuje sa

i) Uchádzači, ktorých ponuky (v časti požiadaviek na predmet zákazky) budú ďalej posudzované:

Na základe vyššie uvedených skutočností komisia verejného obstarávateľa bude posudzovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzačov :

1. Uchádzač spoločnosti **S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava**

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



Na základe rozhodnutia komisie verejného obstarávateľa a využitia inštitútu vysvetľovania bol vyzvaný na vysvetlenie ponuky. Odpovedal v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. V nasledujúcom kroku komisia posúdi a vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

2. Uchádzač spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Na základe rozhodnutia komisie verejného obstarávateľa a využitia inštitútu vysvetľovania bol vyzvaný na vysvetlenie ponuky. Odpovedal v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. V nasledujúcom kroku komisia posúdi splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

3. Uchádzač spoločnosti NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra

Na základe rozhodnutia komisie verejného obstarávateľa a využitia inštitútu vysvetľovania bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky. Odpovedal v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. V nasledujúcom kroku komisia posúdi splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Dátum
odpovede : 03.12.2020 11:40:53

Vec: Odpovede na otázky Ponuka na verejné obstarávanie č. 37275 – MST
Odpoveď : zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 dňa
22.10.2020 („Oznámenie“) verejnú súťaž na predmet zákazky „RTG
mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“ („Verejná súťaž“)

Prílohy zaslané uchádzačom sú súčasťou tejto zápisnice.

j) Konštatovanie komisie :

Uchádzač spoločnosti **Meditrade spol. s.r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava**
SPLNIL požiadavky na predmet zákazky.

Ponuky ostatných uchádzačov v časti splnenie požiadaviek na predmet zákazky budú ďalej posudzované na základe doručených odpovedí v procese vysvetľovania.

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu podpisujú bez výhrad a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia. Žiadny z členov neodmieta túto zápisnicu podpísať alebo nepodpisuje zápisnicu s výhradou.

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



doc. MUDr. Juraj Váňa PhD.

Mgr. Eduard Dorčík

Ing. Barbora Valjašková

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



**Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07
Žilina**

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923



**Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07
Žilina**

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SK2020699923
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923