

Príloha G: povinná súčasť ponuky

Časť 5.: Elektródy, EKG príslušenstvo

Por.č.	Skupina	CPV	Položka - požadovaná technická špecifikácia	Vyznačte Ku každej požiadavke  Áno/nie	MJ	Ročný predpoklad nákupu (ročná spotreba ks) Splnenie technickej špecifikácie áno/nie	Vzorka áno/nie	fotografia áno/nie	Počet kusov v balení	Doba expirácie	Poznámka
1	EKG-Diagnostické a rádiodiag.prístroje a spotrebný materiál	33124130- 5	<b>EKG elektródy diagnostické,</b> -univerzálne, -samolepiace s gélom na vnútornej strane, -priemer elektródy: min.36 mm, max. 40 mm -bezlatexový, -jednorázový -Balenie: min. 50, max. 60 ks -v uzavretom PVC vrecku, -s označením expirácie.	Áno	ks	660 000	áno	nie	50	3 roky	
2	EKG-Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a potrebný materiál	33124130- 5	<b>EKG gél</b> -kontaktný, -vodivý, -nedráždivý, -bezalkoholový, -netoxický, -nefarbiaci a ľahko čistiteľný, -univerzálny pre všetky typy EKG, -Balenie: 200 - 250 gr. v tube -s označením expirácie	Áno	ks	60	nie	nie	1	3 roky	

Názov a sídlo uchádzača: Media Comp. s.r.o., č.d 268, 900 41 Rovinka

V Rovinke, dňa: 22.09.2021

Ing. Martin Kochan, konateľ

**Media Comp. s.r.o.**  
Rovinka 268, 900 41 Rovinka  
IČO: 35731486 IČ DPH: SK21370775  
www.mediacomp.sk