

**Príloha G: povinná súčasť ponuky**

**Časť 5.: Elektrody, EKG príslušenstvo**

Por.č.	Skupina	CPV	Položka - požadovaná technická špecifikácia	Vyznačte Ku každej požiadavke Áno/nie	MJ	Ročný predpoklad nákupu (ročná spotreba ks) Splnenie technickej špecifikácie áno/nie	Vzorka áno/nie	fotografia áno/nie	Počet kusov v balení	Doba expirácie	Poznámka
1	EKG-Diagnostické a rádiodiag.prístroje a spotrebný materiál	33124130-5	<b>EKG elektródy diagnostické, - áno</b> -univerzálne, - áno -samolepiace s gélom na vnútornej strane,- áno -priemer elektródy: min.36 mm, max. 40 mm – áno, 36 mm x 40 mm -bezlatexový, - áno -jednorázový - áno -Balenie: min. 50, max. 60 ks – áno, 50 ks/bal. -v uzavretom PVC vrecku, - áno -s označením expirácie.- áno	WS-00-S/50  Áno	ks	<b>660 000</b>	áno	nie	50	Celkovo 30 mesiacov	
2	EKG-Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a potrebný materiál	33124130-5	<b>EKG gél</b> -kontaktný, - áno -vodivý, - áno -nedráždivý, - áno -bezalkoholový, - áno -netoxický, - áno -nefarbiaci a ľahko čistiteľný, - áno -univerzálny pre všetky typy EKG, -áno -Balenie: 200 - 250 gr. v tube - áno -s označením expirácie – áno	Áno	ks	<b>60</b>	nie	nie	1	Celkovo 24 mesiacov	

Názov a sídlo uchádzača: MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava

V Bratislave, dňa: 23.9.2021

**MEDITRADE**  
spol. s r. o.

Levočská 1  
851 01 Bratislava

IČO: 47312001

IČ DPH: SK2020293121

Ing. Pavel Bohdal, konateľ spoločnosti