

všetkým záujemcom

VEC:

**Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) uverejnila vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2021 zo dňa 29.09.2021 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod značkou 44324-MST pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov – názov zákazky „**Posilnenie materiálo-technických kapacít Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19**“.

Dňa 06.10.2021 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO doručená žiadosť o nápravu v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

**Predmet žiadosti o nápravu - opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov (cit.):**

**Časť 2: Mobilný RTG prístroj**

**Predmet žiadosti:**

Verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch časť C. – Príloha č.3 - Opis predmetu zákazky – Technické parametre produktu:

1. V Technickej špecifikácii – riadok 34 je uvedený požadovaný parameter:  
„ Najnižšia nastaviteľná poloha fokusu od podlahy – max 68 cm“

Nami ponúkaný prístroj má najnižšie nastaviteľnú polohu fokusu od podlahy - 69,1 cm pri vertikálnom snímkovaní. Od vami požadovanej hodnoty sa líši len o 1,1 cm, čo umožňuje plnohodnotné využitie prístroja v klinickej praxi bez obmedzenia.

**OTÁZKA č.1: Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný parameter:  
„ Najnižšia nastaviteľná poloha fokusu od podlahy – max 69,1 cm“ ?**

2. V Technickej špecifikácii – riadok 36 je uvedený požadovaný parameter:  
„Prepravná výška prístroja – max. 130 cm“

Nami ponúkaný RTG prístroj využíva sklopné rameno, ktorého výška v prepravnej polohe v jednom mieste je 135,4 cm, pričom samotný detektor je uložený mimo zorného poľa a pri transporte nič nebráni výhľadu, čo je plne postačujúce pre potreby klinickej praxe.

OTÁZKA č.2: Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný parameter:  
„ Prepravná výška prístroja – max. 135,4 cm “ ?

3. V Technickej špecifikácii – riadok 38 je uvedený požadovaný parameter:  
„Šírka prístroja – max. 56 cm“

Nami ponúkaný RTG prístroj má šírku 57,6 cm. Od vami požadovanej hodnoty sa líši len o 1,6 cm, čo je plne postačujúce pre nemocničné priestory.

OTÁZKA č.3: Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný parameter:  
„ Šírka prístroja – max. 57,6 cm “ ?

Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu **vyhovuje**.


#### Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti o nápravu a bude akceptovať odchýlku od požadovaných parametrov do 5 %. Za týmto účelom došlo k úprave opisu časti č. 2 predmetu zákazky – vid' profil zákazky, časť „Dokumenty zákazky“, dokument s názvom „Súťažné podklady – oprava č. 1“.

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu oprávňuje žiadateľa v súlade s § 165 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní podať námietky v tejto veci.

V Bratislave, dňa 12.10.2021

S úctou,



Marek Havaš  
osoba zodpovedná za proces VO