

Príloha k Zápisnici z otvárania ponúk

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium	Max. bodové hodnotenie
Kritérium č. 1 Celková zmluvná cena za predmet zákazky, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodanie celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0%. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzač platca alebo neplatca DPH	70 bodov
Kritérium č. 2 Hodnotiace kritériá kvality	30 bodov

Kritérium č. 1	Body za kritérium č. 1	Návrh na plnenie kritérií	
		Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 851 01 Bratislava
Celková zmluvná cena za predmet zákazky	70	194 400	175200

Kritérium č. 2				Návrh na plnenie kritérií	
HK	Názov parametra	Hodnota parametra	Body	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 851 01 Bratislava
1	Rozlíšenie – veľkosť bodu [µm]	max. 200 µm	3	152	198
2	Rozlíšenie – hĺbka zobrazenia [bit]	min. 16 bit	2	16	16
3	Maximálne rozlíšenie obrazu bez zväčšenia [lp/mm]	min. 1,8 lp/mm	2	2,5	2,7
4	Maximálny výkon generátora [kW]	min. 12 kW	4	12	15
5	Maximálny počet pulzov (horná hranica počtu pulzov z intervalu) pri pulznej skiaskopii [pulz/s]	min. 15 pulz/s	3	30	15
6	Prúd rtg žiariča pri digitálnej radiografii [mA]	min. 75 mA	2	120	75
7	Chladiaca kapacita anódy [kHU/min.]	min. 63 kHU/min.	2	91	85
8	Hĺbka C-ramena [cm]	min. 70 cm	2	73	84
9	Voľný priestor medzi žiaričom a detektorom [cm]	min. 77 cm	2	84	79
10	Orbitálny pohyb C-ramena [°]	min. 140°	2	148	145
11	Aktívne chladenie rtg žiariča	aktívne chladenie:kvapalina / vzduch	2	kvapalina	vzduch
12	Motorizovaný alebo manuálny orbitálny pohyb C-ramena	orbitálny pohyb C - ramena: motorizovaný / manuálny	2	manuálny	manuálny
13	C rameno - samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi alebo 1ks min 32" UHD rozdelený na 2 obrazovky	2 ks TFT monitorov / 1ks min 32" UHD rozdelený na 2 obrazovky	2	2xTFT	32"UHD
BODY ZA KRITÉRIUM Č. 2		Spolu	30		