

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ,  
K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENCÍN

V prospech organizácie: Nemocnica s poliklinikou Prievidza sôsidlom v Bojniciach  
Názov zákazky: Záznamové a vyšetrovacie prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

Predkladateľ ponuky:  
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Ponuku vypracoval:  
Tel.:  
Mail:

Časť č. 4: Prenosný ultrazvuk

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPCŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu  
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky		
Položka predmetu zákazky - Prenosný ultrazvuk požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Prenosný ultrazvuk)	Doplňujúce informácie
1.	hmotnosť prístroja spolu s batériou maximálne 8 kg	
2.	farebný displej s veľkosťou minimálne 15 palca	
3.	rýchle nabehnutie obrazu – do 60 sek. z vypnutého stavu	
4.	dynamický rozsah minimálne 165 dB	
5.	frekvenčný rozsah minimálne 1MHz – 18MHz	
6.	minimálne 256 stupnice odtieňov šedej	
7.	režimy zobrazenia - 2D, M-mód, farebný Doppler,	
8.	hlbka vyšetrenia min. 30 cm	
7. a 8.	interná pamäť minimálne 8 GB	
9.	možnosť komunikácie s rozhraním DICOM, vrátane bezdrôtového prenosu, export dát do PC/MAC,	
10.	možnosť sieťovej nepretržitej prevádzky a batériovej prevádzky - min. 1 hodiny	
11.	plnohodnotná qwerty klávesnica prístroja, ovládanie touchpadom alebo trackballom	
12.	integrované reproduktory, s výstupom 2x USB	
13.	lekárske SW aplikácie v prístroji (anestézia, intenzívna starostlivosť, OB/GYN, management kardiovaskulárnych porúch, urgentná medicína, kostrono svalová, vaskulárna)	
15.	- vozík pod prístroj s prepínačom na 3 sondy	
Sondy		
17.	Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 5 až 13 MHz, šírka zobrazenia min. 38 mm	
18.	Konvexná vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 2 až 5 MHz	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
51.	Záruka min. 24 mesiacov	
62.	Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy.	

Cena za ks bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky bez DPH v EUR	
Cene spolu za časť zákazky s DPH v EUR	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:  
Dňa:

.....

.....  
Pečiatka a podpis

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu  (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1  (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)		POZNÁMKA  (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.	
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
uvedte hodnotu				
áno/nie				
Sondy				
uvedte hodnotu				
uvedte hodnotu				
Osobitné požiadavky na plnenie:				
áno/nie				
áno/nie				