



ZRIAĐOVATEĽ
ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



DOLNOORAVSKÁ
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
DOLNÝ KUBÍN

Elektronicky!

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
3/2021/PZ-VO-2

Vybavuje/linka
JUDr. Martin Hanuliak
043/5801435

dňa
22.11.2021

Vec:

V y s v e t l e n i e súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“) a Výzvou na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska, ktorá bola dňa 05.11.2021 zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 258/2021 pod značkou 54471 – WYT, vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom „**Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciou**“.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie, Vám v zmysle § 48 Zákona o VO podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1 (Dátum podania: 19.11.2021)

V prílohe s názvom „5_Technicka_specifikacia.xlsx“ uvádzate:

P. č. 16: Antibakteriálny povrch

V žiadosti o vysvetlenie sme sa pýtali, ktoré povrchy majú byť antibakteriálne. A akým spôsobom má dodávateľ preukázať, že tie povrchy sú antibakteriálne.

Vaša odpoveď bola:

Vzhľadom na to, že prístroj bude umiestnený na COVID oddelení požadujeme antibakteriálny povrch RTG prístroja. Uchádzač v rámci obstarávania je povinný predložiť napr. produktový list / katalógový list / prospektový list, resp. iný informačný materiál obsahujúci všetky deklarované technické údaje vyplývajúce z prílohy č. 5 – Technická špecifikácia. Tieto požadované doklady je potrebné predložiť a v samotných dokladoch vyznačiť technické údaje, tak, aby komisia dokázala vyhodnotiť plnenie deklarovaných minimálnych technických parametrov tovaru.



ZRIAĐOVATEĽ
ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



DOLNOORAVSKÁ
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
DOLNÝ KUBÍN

Vzhľadom na to, že predmetom obstarávania je RTG prístroj, ktorý pozostáva z dvoch častí a to zo samostatného digitálneho mobilného RTG prístroja a univerzálneho bezdrôtového digitálneho RTG panela s vyberateľnou batériou, nám z odpovede nie je jasné ktorú z týchto častí prístroja ste mali na mysli.

Pýtame sa teda či ide konkrétne len o mobilný RTG prístroj, alebo len o univerzálny bezdrôtový digitálny RTG panel s vyberateľnou batériou, alebo požadujete aby obe tieto časti mali antibakteriálne povrchy. Prosíme o jednoznačnú odpoveď.

Za vybavenie ďakujeme.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

V prílohe č. 5 s názvom Technická špecifikácia je uvedená požiadavka na antibakteriálny povrch, t.j. bod 16., ktorý sa nachádza pod hlavným nápisom, ktorý znie Technická špecifikácia RTG prístroja. Na základe vyššie uvedenej technickej špecifikácie a vysvetlenia súťažných podkladov č. 1 zo dňa 18.11.2021, verejný obstarávateľ opakovane potvrdzuje, že ide len o mobilný RTG prístroj.

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou,

JUDr. Martin Hanuliak
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
„V.r.“