

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596952-2021:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Poprad: Umelé kĺby
2021/S 227-596952**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Nemocnica Poprad a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36513458
Poštová adresa: Banícka 803/28
Mesto/obec: Poprad
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05845
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Kotora
E-mail: kotora.i@nemocnicapp.sk
Telefón: +421 944371271

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.nemocnicapp.sk

I.3) Komunikácia

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: <http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433214>
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: <http://e-lena.sk>

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Organizácia riadená verejným právom

I.5) Hlavná činnosť

Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

TEP - Implantáty
Referenčné číslo: O 01/2021

II.1.2) Hlavný kód CPV

33141750 Umelé kĺby

II.1.3) Druh zákazky

Tovary

II.1.4) Stručný opis:

Nákup TEP na 24 mesiacov formou rámcovej zmluvy - predpokladaný počet kusov

Časť 1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická)/12

Časť 2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízná)/48

Časť 3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná/240

Časť 4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná/160

Časť 5 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná/48

Časť 6 Necementované bedro- modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika/120

Časť 7 Necementované bedro -krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika/72

Časť 8 Kolená cementované -anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR-, UC ultrakongruentné/200

Časť 9 Tep bedrového kĺbu/200

Časť 10 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov/160

Časť 11 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná-inovatívna anatomická/240

Časť 12 Necementovaná TEP bedrového kĺbu keramika/polyetylén/160

Časť 13 Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén/100

Časť 14 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná/100

Časť 15 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná- antialergická/4

Časť 16 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov/72

II.1.5) **Celková odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 3 033 442.04 EUR

II.1.6) **Informácie o častiach**

Táto zákazka sa delí na časti: áno

Ponuky možno predkladať na všetky časti

Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 16

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická)

Časť č.: 1

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Driek modulárny vo variante cementovanej v minimálne 5 veľkostiach od 12 do 20 mm, aj vo variante necementovanej v minimálne 11 veľkostiach od 14 do 24 mm, materiál titánová zliatina, s pozdĺžnym drážkovaním, možnosť použiť driek pre veľké resekcie s modulárnou augmentáciou ako aj revízny cementovaný a necementovaný driek v minimálne 8 veľkostiach. Humerálne telo s poistnou skrutkou, materiál titánová zliatina, v štandardnej aj trauma verzii. Hlavica v minimálne 7 veľkostiach aj v prevedení CTA, možnosť voľby medzi zliatinou titánu a CoCrMo, tiež s možnosťou excentrického osadenia pomocou adaptérov s regulovateľnou excentricitou. Glenoid vo verzii cementovanej aj necementovanej. Cementovaná verzia glenoidu, konkávny anatomický tvar, možnosť výberu medzi verziiou s jedným kotviacim kolíkom a s tromi

kotviacimi kolíkmi, materiál: možnosť výberu polyetylén alebo cross-linked polyetylén. Necementovaná verzia glenoidu v minimálne 4 veľkostiach, konkávny anatomický tvar, materiál titánová zliatina s povlakom hydroxyapatitu, centrálny fixačný kolík zabezpečujúci primárnu fixáciu press-fit (aj verzia z trabeculárneho titánu modulárny variant), možnosť použiť 2 fixačné skrutky v dĺžkach minimálne od 20 do 65 mm, možnosť použiť polyetylénovú vložku.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH: 29 544.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opsiach

Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízná)

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) Opis obstarávania:

Driek modulárny vo variante cementovanej v minimálne 5 veľkostiach od 12 do 20 mm, aj vo variante necementovanej v minimálne 11 veľkostiach od 14 do 24 mm, materiál titánová zliatina, s pozdĺžnym drážkovaním, možnosť použiť driek pre veľké resekcie s modulárnou augmentáciou ako aj revízny cementovaný a necementovaný driek v minimálne 8 veľkostiach. Humerálne telo s poistnou skrutkou, materiál titánová zliatina, v reverznej variante s povlakom hydroxyapatitu s možnosťou vzájomnej konverzie medzi uvedenými typmi bez potreby extrakcie drieku. Pri reverznej variante glenosféra 36, 40 a 44mm v minimálne 2 veľkostiach aj v excentrickom prevedení s možnosťou voľby medzi titánovou zliatinou, zliatinou CoCrMo a cross-linked polyetylénom, reverzná vložka materiál cross-linked polyetylén v štandardnej aj retentívnej variante, s možnosťou použiť tiež kovovú variantu vložky. Glenoid vo verzii necementovanej. Necementovaná verzia glenoidu v minimálne 4 veľkostiach, konkávny anatomický tvar, materiál titánová zliatina s povlakom hydroxyapatitu, centrálny fixačný kolík zabezpečujúci primárnu fixáciu press-fit (aj verzia z trabeculárneho titánu modulárny variant), možnosť použiť 2 fixačné skrutky v dĺžkach minimálne od 20 do 65 mm, možnosť použiť 36, 40 a 44mm glenosféru pri reverznej variante.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nížšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 118 176.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná
Časť č.: 3

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Modulárny systém s možnosťou zachovania zadného skríženého väzu aj vo variante stabilizovanej, femorálna komponenta cementovaná, minimálne 6 veľkostí, v prevedení pravá aj ľavá, materiál zliatina Co-Cr-Mo, tibiálna komponenta cementovaná nesymetrická v minimálne 6 veľkostiach, materiál titánová zliatina, vymeniteľná artikulácia vložka aj vo variante so stabilizačným výstupkom, minimálne v 5 veľkostiach, v prevedení pravá aj ľavá, materiál polyetylén, tibiálna komponenta s artikulácnou vložkou spojené prostredníctvom skrutky. Kostný cement 1x40 g bez alebo s antibiotikom

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nížšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 304 800.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná

Časť č.: 4

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

-Hemisférická jamka s ekvatoriálnym pressfitom,

-Necementovaný plášť z titánovej zliatiny, vyrobený aditívnou technológiou 3D tlače Electron Beam Melting.

-Necementovaný povrch plášťa s ihlicovitými výstupkami o výške 0,4mm.

-Necementovaný plášť v 13-tich veľkostiach, od 42 mm až do 66 mm, po 2 mm.

-Necementovaný plášť obsahuje 5 otvorov, cez ktoré je možné zaviesť 6,5 milimetrové spongiózne skrutky, dostupné v dĺžkach medzi 20 mm a 50 mm vždy po 5 mm.

-Necementovaný plášť so zavedenými záslepkami, ktoré je možné v prípade potreby vyskrutkovať.

-Necementovaný plášť kompatibilný, s PE cross-linked vo variante bez offsetu, alebo s antiluxačným offsetom 15°, od veľkosti 42 po 66 mm, odstupňovaný po 2 mm, od veľkosti 42mm po veľkosť 48mm, s vnútorným priemerom 32, a od veľkosti 50mm po veľkosť 66mm s vnútorným priemerom 36 mm.

-Necementovaný plášť kompatibilný s keramickým insertom od veľkosti 42 po 66 mm, odstupňovaný po 2 mm, od veľkosti 42mm po veľkosť 48mm s vnútorným priemerom 32, a od veľkosti 50mm po veľkosť 66mm s vnútorným priemerom 36 mm.

-Necementovaný plášť je možné, v prípade potreby, vybaviť kovovou vložkou BIS Mobility, ktorá plášť transformuje na jamku s duálnou mobilitou. Kovová vložka BIS Mobility je vyrobená z CoCrMo a je možné ju osadiť PE cross-linked insertom s vnútorným priemerom 22mm pre veľkosti 42-52mm a 28mm pre veľkosti 54-66mm.

-Hlavičky 22mm sú dostupné vo verzii CoCrMo, pričom hlavičky 36mm sú dostupné vo verzii CoCrMo ako aj v keramickom prevedení, vo veľkostiach S,M,L.

-Hlavičky 32mm aj 36mm sú dostupné vo verzii CoCrMo ako aj v keramickom prevedení, vo veľkostiach S,M,L,XL.

Necementovaný driek

-Necementovaný driek pressfitový -Necementovaný driek monolytický, priamy, vyrobený z titánovej zliatiny, s hydroxyapatitovým nástrekom.

-Necementovaný driek, v 11-tich veľkostiach, od veľkosti 8 po veľkosť 18, pričom každý driek je vyrábaný v 2 variantách, štandardnom, aj offsetovom, obidva s CCD uhlom 135°.

Offsetový variant poskytuje lateralizáciu 7,5mm oproti štandardnému variantu, pričom nemení dĺžku končatiny.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá

Cena

- II.2.6) **Odhadovaná hodnota**
Hodnota bez DPH: 334 980.80 EUR
- II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
- II.2.10) **Informácie o variantoch**
Budú sa akceptovať varianty: nie
- II.2.11) **Informácie o opciách**
Opcie: nie
- II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
- II.2.14) **Doplňujúce informácie**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Názov:**
Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná
Časť č.: 5
- II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**
33141750 Umelé kĺby
- II.2.3) **Miesto vykonania**
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad
- II.2.4) **Opis obstarávania:**
-driek cementovaný s golierom a vertikálnou ryhou, v minimálne 8 veľkostiach, materiál koróziivzdorná oceľ, modulárny systém s vymeniteľnou hlavicom
-hlavica priemeru 28, 32 mm v minimálne 6 veľkostiach
-cementovaná jamka so 7 centralizérmi v minimálne 7 veľkostiach v odstupňovaní po 2 mm, aj vo variante s offsetom 10 stupňov a vo variante self-locking antiluxačnej, materiál crosslinked polyetylén.
Možnosť použitia cementu 2x40 bez antibiotika ako aj s antibiotikom
- II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**
Nižšie uvedené kritériá
Cena
- II.2.6) **Odhadovaná hodnota**
Hodnota bez DPH: 28 896.00 EUR
- II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
- II.2.10) **Informácie o variantoch**
Budú sa akceptovať varianty: nie
- II.2.11) **Informácie o opciách**
Opcie: nie
- II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Necementované bedro modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika
Časť č.: 6

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

- zúžený priamy driek so zaobleným osadením možnosť aj miniinvazívneho prístupu,
 - trojitý kónický tvar drieku zúžený v distálnej časti, proximálna časť priečne vrúbkovaná štruktúra, tvar V v časti laterálnej, lichobežníková geometria krčku,
 - kónus 12/14
 - CCD uhol 134°
 - driek standard a lateralizovaný vo veľkostiach 9, 10, 11-17, dĺžky 135-175 mm po 5mm,
 - materiál Ti6A4V, opieskovaný korundom s hydroxylapatitový nástrek 150m
- Necementovaná jamka modulárna
- necementovaná jamka modulárna: do titánovej hlavy zaliate dve vretvy peliet z čistého titánu priemeru 0,3mm, pórovitosť 40% pressfit, možnosť sekundárneho istenia skrutkami, insert vysoko-zosieťovaný polyetylén v dvoch prevedeniach standard a antiluxačný, stabilizovaný vitamínom E
 - vhodné aj pre miniinvazívne prístupy,
 - kombinácia acetabulum/keramická hlava 46/28, 48-50/32, 52-62/36,
 - počet fixačných otvorov na skrutky pre acetabulum 46-48 /3 otvory, 50 a viac/ 5 otvorov,
 - použitie keramických hlavičiek 28, 32, 36
- Necementovaná jamka monoblok
- necementovaná jamka monoblok: vysoko-zosieťovaný polyetylén, atabilizovaný vitamínom E
 - titánový TiCP nástrek hrúbky 100-300 m, elipsovité tvar s plošným pólim, kontrastný RTG prstenec,
 - pressfit, možnosť sekundárneho istenia skrutkami,
 - kombinácia acetabulum/keramická hlava 46/28, 48-50/32, 52-62/36,
 - vhodné aj pre miniinvazívne prístupy,
 - použitie keramických hlavičiek 28, 32, 36 mm.
- Keramická hlava
- veľkosti 28, 32, 36 mm, dĺžka krčku S, M, L, XL,
 - materiál: nanokryštalická disperzia ZrO2 80% a Al2O3 20%,

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 216 000.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Necementované bedro krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika

Časť č.: 7

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

- krátky driek s anatomickým zakrivením pozdĺž kalkárneho oblúka s lešteným distálnym koncom, trojitý kónický dizajn, obdĺžnikový otvor na zavedenie drieku, možnosť aj miniinvazívneho prístupu,
- nástrek titánovým plazmasprayom a fosforečnanu vápenatého,
- kónus 12/14

- driek standard a lateralizovaný každý vo veľkostiach 1-12

Necementovaná jamka modulárna

- necementovaná jamka modulárna: do titánovej hlavy zaliate dve vrstvy peliet z čistého titánu priemeru 0,3mm, pórovitosť 40%, pressfit, možnosť sekundárneho istenia skrutkami, insert vysoko zosieťovaný polyetylén v dvoch prevedeniach standard a antiluxačný, stabilizovaný vitamínom E,
- vhodné aj pre miniinvazívne prístupy,

- kombinácia acetabulum/keramická hlava 46/28, 48-50/32, 52-62/36,

Počet fixačných otvorov na skrutky pre acetabulum 46-48 / 3 otvory, 50 a viac / 5 otvorov,

- použitie keramických hlavičiek 28, 32, 36 mm,

Necementovaná jamka monoblok

- necementovaná jamka monoblok: vysoko-zosieťovaný polyetylén, stabilizovaný vitamínom E
- titánový TiCP nástrek hrúbky 100-300 m, elipsový tvar s plochým pólom, kontrastný RTG prstenec,
- pressfit, možnosť sekundárneho istenia skrutkami,
- kombinácia acetabulum/keramická hlava 46/28, 48-50/32, 52-62/36,
- vhodné aj pre miniinvazívne prístupy,
- použitie keramických hlavičiek 28, 32, 36 mm

Keramická hlava

- veľkosti 28, 32, 36 mm, dĺžka krčku S, M, L, XL

- materiál: nanokryštalická disperzia ZrO₂ 80% a Al₂O₃ 20 %.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 117 311.04 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Koleno cementované anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR, UC-ultrakongruentné
Časť č.: 8

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

- kolenný systém s vysokým rozsahom implantátov,
- anatomické koleno
- tenzor na vybalancovanie kolena

Femur

- ľavý a pravý, dizajn viacpolomerový s jedným spojeným polomerom v hlavnej oblasti kĺbového spojenia,
- rovnaký priestor pre extenziu a flexiu -20° - do 90°,
- kostná resekcia 9mm z distálnej a zadnej kondyly,
- min. 5 veľkostí: A, B, C, D, E. Prevedenie CR, PS,
- variabilný Q uhol znižuje riziko patelo-femorálnej bolesti alebo dislokácie pately,
- materiál CoCrMO

PE vložka

- vyrobená z vysoko stlačeného polyetylénu UHMW PE s miskovitým tvarom upevnená do tibiae pomocou 4 bodového systému, ktorý sa ukotvuje do okrúhleho otvoru v tibií jednoduchým zatlačením,
- hrúbky 8/10,5/13/15,5/18/20,5mm,
- veľkosti min. 64, 70, 75, 80, 85 mm,
- prevedenie CR, UC, PS,

Tibia

- s okrúhlym driekom a malými lamelami,
- štvorbodová fixácia PE vložky do okrúhleho otvoru v strede tibiálnej komponenty,
- neprerušný vyvýšený okraj po celom obvode tibiálnej plochy,
- hrúbka cementu 1,5 mm,
- veľkosti min 64, 70, 75, 80, 85 mm,
- tibia univerzálna pre prevedenie CR, UC, PS,
- materiál CoCrMo

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH: 333 600.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Tep bedrového kĺbu

Časť č.: 9

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) Opis obstarávania:

- koncept dvojitého pohybu umožňujúci vysoký rozsah pohybu a minimálne riziko dislokácie
- jamky umožňujúce rôzne indikácie (primárne, rekonštrukčné, revízne, dysplastické, tumorózne, trauma)
- inštrumentárium pre primárnu aj revíziu operáciu je v jednom kontajnery
- rozsah jamiek 41 - 69 (štandardné a doplnkové veľkosti)
- necementovaná verzia je ošetrená jednou vrstvou HA postreku a jednou vrstvou Ti postreku
- periférne výrastky v troch strategických oblastiach (ischium, ilium, pubis), ktoré poskytujú vynikajúcu počiatočnú stabilitu
- jemne sploštený pól, ktorý eliminuje vytlačacie sily
- 22,2 a 28mm inoxové hlavičky a 28mm keramické hlavičky
- rekonštrukčná jamka s tripod fixáciou dvoma kolíkmi a kortikálnou skrutkou
- revízna jamka s možnosťou fixácie dvoma kolíkmi a piatimi kortikálnymi skrutkami upevnenými v laterálnych výbežkoch jamky
- necementovaná verzia je ošetrená jednou vrstvou HA postreku a jednou vrstvou Ti postreku
- 11 štandardných veľkostí, 9 offsetových veľkostí, 8 veľkostí coxa vara
- konus 12 / 14 mm
- mediálna strana upravená pre vyššiu odolnosť voči axiálnej migrácii
- predná a zadná strana upravená pre vyššiu odolnosť voči torzným silám
- základné inštrumentárium obsahujúce extraktor drieku

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH: 174 000.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) Dopĺňajúce informácie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov

Časť č.: 10

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Titánový necementovaný femorálny driek tripple tapered s golierom aj bez goliera, vo verzii štandard, high offset a coxa vara, proximálne aj distálne kotvenie, s celopovrchovým nástrekom hydroxiapatitu pre biologickú integráciu kosti. Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre cementovaný typ tohto drieku a revízneho drieku. Kovová hlavička v priemeroch, 22,225 mm, 28mm, 32 mm a 36 mm. Opcia použitia revíznej keramickej hlavičky s vnútorným kovovým púzdom. Necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová, priemer 38 mm až 72 mm, na primárne aj revízne operácie s možnosťou uzamknutia hlavičky vo vložke, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 22,225 mm, 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Prípadné využitie pressfit duálne mobilnej acetabulárnej komponenty z poróznym povrchom s možnosťou bez, 1 alebo 2 prírubami s fixačnými skrutkami, uzamknutie hlavičky vo vložke, s priemerom 22,225 mm až 28 mm vo veľkostiach 41 mm až 69 mm.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 270 139.20 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná-inovatívna anatomická

Časť č.: 11

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Cementovaná endoprotéza kolenného kĺbu, fixná varianta, cementovaná. Femorálna komponenta vo vyhotovení pravá a ľavá, s možnosťou zachovania zadného skríženého väzu - CR, ale aj bez zachovania variant PS. Minimálne 10 veľkostí, pričom min. 4 najpoužívanejšie veľkosti i v užšom ML prevedení (narrow). Femorálna komponenta vo vyhotovení postupne sa znižujúceho rádia zakrivenia v postupnej flexii pre optimálnu stabilitu počas celého pohybu minimálne do 135 stupňov flexie. Lievikovitý tvar sulku femorálnej komponenty pre optimálny tracking pately, pri ktorom sa Q uhol znižuje s postupným nárastom veľkosti implatátu. Interkondylický výsek pri PS vyriante rastie pri raste veľkostí. Tibiálna komponenta min. v 10 veľkostiach, symetrická, vysoko leštená s možnosťou uchytenia PE vložky + / - dve veľkosti pri fixnej variante podľa veľkosti femorálnej komponenty. Artikulačná PE vložka so stabilizátorom oxidácie, minimálne v 8 veľkostiach, pri štyroch najnižších vložkách odstupňovanie po 1 mm. V prípade potreby je možné použiť PE náhrady pately v minimálne troch veľkostiach v prevedení dome a medializovaná. Kompatibilný revízny systém kolenného kĺbu s možnosťou použitia femorálnych i tibiálnych augmentov, offsetov min v 3 veľkostiach, driekov minimálne v 3 dĺžkach, metafyzárnych stupňovitých púzdiar s poréznym nástrekom pre integráciu kosti pre tibiálnu aj femorálnu komponentu.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nížšie uvedené kritériá

Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 379 200.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24

Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Necementovaná TEP bedrového kĺbu keramika/polyetylén

Časť č.: 12

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Necementovaný femorálny driek typu tapered a blade vo verzii bez goliera, so zliatiny titánu, s proximálnou povrchovou úpravou s koeficientom frikcie viac ako 1,1 umožňujúcim biologickú integráciu kosti a bez povrchovej úpravy v distálnej časti drieku. Driek aj vo verzii High Offset s konštantným uhlom 130° pri oboch verziách v počte driekov 12 pre štandard a 12 pre High Offset. Keramická hlavička 28 mm, 32 mm a 36

mm. Opcia použitia revíznej keramickej hlavičky s vnútorným kovovým púzdom. Necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová od priemeru 38 mm po 72 mm, na primárne aj revízne operácie s možnosťou uzamknutia hlavičky vo vložke, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 22,225 mm, 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetabulárnej komponenty, s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Prípadné využitie pressfit duálne mobilnej acetabulárnej komponenty z poróznym povrchom s možnosťou bez, 1 alebo 2 prírubami s fixačnými skrutkami, uzamknutie hlavičky vo vložke, s priemerom 22,225 mm až 28 mm vo veľkostiach 41 mm až 69 mm.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 321 680.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén
Časť č.: 13

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

- acetabulárna komponenta z titánovej zliatiny (Ti6Al4V), s poróznym titanovým nástrekom (fixácia pressfit), možnosť v troch prevedeniach bez-dierova, 3-otvorova, 7-otvorova
- k dispozícii aj acetabulárna komponenta s povrchovou mikrokalciumfosfátovou vrstvou,
- artikulačná vložka z UHMWPE, UHMWPE-XE polyetylénu s vnútorným priemerom 22mm, 28 mm, 32 mm, 36mm, 40mm symetrická, asymetrická(typu + 10st.) vo veľkostiach 40 70 mm,
- fixačná skrutka z titánovej zliatiny
- necementovaný driek z titánovej zliatiny (Ti6Al4V) stabilizácia implantátu mediálne a horizontálne drážky, prevedenie drieku štandardný, lateralizovaný
- kónus 12/14 mm,
- driek s hydroxylapatitovým nástrekom
- 8 veľkostí drieku o dĺžke 134 169 mm, odstupňované po 5 mm
- prevedenie drieku: štandardné s CCD uhlom 134 °, lateralizované s CCD uhlom 134 °
- možnosť navigačnej podpory navigačným systémom s možnosťou aktívnej, pasívnej a hybridnej komunikácie,
- hlavica femorálnej komponenty kovová zo zliatiny CoCrMo, priemer hlavice 28 mm, 32 mm, 36 mm, veľkosť S, M, L, XL, XXL

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 152 000.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná
Časť č.: 14

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) **Opis obstarávania:**

- plne anatomický moderný design všetkých komponent splňujúci najmodernejšie kritéria, s konštantnou vzdialenosťou povrchu femorálnej komponenty od centra rotácie kolenného kĺbu,
- 7 veľkostí femorálnej komponenty (materiál - CoCrMo zliatina ISO5832-4) v anatomickom prevedení t.j. ľavé a pravé prevedenie, každá veľkosť v CR a PS prevedení,
- 5 základných veľkostí tibiálnej (materiál CoCrMo zliatina ISO5832-4) komponenty a štyri plus medzikomponenty,
- femorálna komponenta tiež v necementovanom prevedení s vnútorným titanovým nástrekom (Isotan P: Ti/ISO 5832-2) anatomická varianta femuru, tj. pravé a ľavé komponenty v prevedeniach so zachovaním PCL typ CR a s resekciou PCL typ PS,
- štandardne 5 veľkostí polyetylénových tibiálnych vložiek (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2) typu LC 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (na vyžiadanie tiež hrúbky 18 mm, 20 mm) s integrovaným predozadným sklonom 3° ,
- 5 veľkostí polyetylénových tibiálnych vložiek (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2 typu PS 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm),
- 4 veľkosti pately s trojbodovým uchytením (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2), tvar pately zabraňujúci patelárnej bolesti,
- komponenty a inštrumentárium plne kompatibilné pre navigáciu s možnosťou aktívnych, pasívnych a hybridných navigačných sond,
- femorálna a tibiálna komponenta k dispozícii aj v antialergickej verzii (oxid zirkónia), precízne inštrumentárium s možnosťou balansovania mäkkých tkanív, s možnosťou aj miniinvazívneho prístupu

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 145 955.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná- antialergická
Časť č.: 15

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) Opis obstarávania:

- plne anatomický moderný design všetkých komponent splňujúci najmodernejšie kritéria, s konštantnou vzdialenosťou povrchu femorálnej komponenty od centra rotácie kolenného kĺbu,
- 7 veľkostí femorálnej komponenty (materiál kontaktna vrstva nitrid zirkona) v anatomickom prevedení t.j. ľavé a pravé prevedenie, každá veľkosť v CR a PS prevedení,
- 5 základných veľkostí tibiálnej (materiál nitrid zirkona) komponenty a štyri plus medzikomponenty,
- femorálna komponenta anatomická varianta femuru, tj. pravé a ľavé komponenty v prevedeniach so zachovaním PCL typ CR a s resekciou PCL typ PS,
- štandardne 5 veľkosti polyetylénových tibiálnych vložiek (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2) typu LC 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm (na vyžiadanie tiež hrúbky 18 mm, 20 mm) s integrovaným predozadným sklonom 3° ,
- 5 veľkosti polyetylénových tibiálnych vložiek (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2) typu PS 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm),
- 4 veľkosti pately s trojbodovým uchytením (materiál: UHMWPE, ISO 5834-2), tvar pately zabraňujúci patelárnej bolesti,
- komponenty a inštrumentárium plne kompatibilné pre navigáciu s možnosťou aktívnych, pasívnych a hybridných navigačných sond, precízne inštrumentárium s možnosťou balansovania mäkkých tkanív, s možnosťou aj miniinvazívneho prístupu

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nížšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH: 6 360.00 EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov
Časť č.: 16

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

33141750 Umelé kĺby

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, Poprad

II.2.4) Opis obstarávania:

- Necementovaný driek typu flat wenge (plochý klin).
 - 6 primárnych veľkostí drieku - štandard aj lateralizovaná varianta s možnosťou offsetov
 - Zaistenie výbornej primárnej i sekundárnej rotačnej stability.
 - Univerzálny driek zhodný pre pravú i ľavú stranu.
 - Kónus 12/14, CCD 138°.
 - Možnosť použiť metafyzárne kotvený necementovaný driek.
 - Varianta Microplasty zkrátený metafyzárny necementovaný driek, vhodný pre implantácie MIS (ASI)
 - Možnosť cementovanej i necementovanej verzie
 - Materiál zliatina titánu pre necementovanú verziu.
 - Materiál CoCr pre cementovanú verziu.
 - Nástrek Ti zliatiny mechanicky fixovaný na proximálnu časť drieku, pórovitosť 100 1000 m
 - Implantáty umožňujúce bezpečné kompletne vyšetrenie iných orgánov vrátane MRI
 - CoCr hlavičky aspoň v piatich ofsetoch, s možnosťou objednať ďalšie tri offsety
- Jamka:
- Necementovaná pressfitová jamka vyrobená z titánovej zliatiny
 - Primárne zaslepené fixačné otvory pre skrutky s možnosťou ich odstránenia
 - Veľkosti 40-70mm
 - Acetábulum na povrchu s mechanicky fixovaným plazmatickým nástrekom titánu s pórovitosťou 100 1000 m,
 - Uchytenie polyetylénovej vložky do kovovej jamky systémom zámkovým systémom.
 - Antirotáčne čapy polyetylénovej vložky a jamky pre maximálnu antirotáčnú stabilitu polyetylénovej vložky v jamke
 - Polyetylénová vložka v prevedení vysoko zosieťovaný polyetylén alebo polyetylén s infundovaným alfa tokoferolom
 - K dispozícii štandardná a antiluxačná verzia inzertov
 - Inzerty pre veľkosti priemeru hlavičiek 28, 32, a 36mm
 - Acetabulárne frézy odstupňované po 1mm.
 - Možnosť implantácie minimálne invazívnym prístupom
 - Implantáty umožňujúce bezpečné kompletne vyšetrenie iných orgánov vrátane MRI

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6) **Odhadovaná hodnota**

Hodnota bez DPH: 100 800.00 EUR

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému**

Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10) **Informácie o variantoch**

Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1:

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo ZVO.

Splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152

ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO..

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena

skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti

predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom, pričom doklady preukazujúce

splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v zmysle § 55 ods. 1 ZVO v čase a

spôsobom určeným osobou verejným obstarávateľom, pričom verejný obstarávateľ môže postupovať aj v zmysle § 39

ods. 6 ZVO. Z uchádzačom predloženého Jednotného európskeho dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa

predmetné podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v oznámení na predkladanie ponúk (rozsahom,

obsahom aj spôsobom), a to ku dňu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložia

Jednotný európsky dokument, na preukázanie splnenia podmienok účasti vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY

PODMIENKY ÚČASTI v časti IV.: Podmienky účasti. V prípade, že uchádzač vyplní uvedené políčko, nemusí vyplňať

ostatné oddiely časti IV. Jednotného európskeho dokumentu.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) **Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme**

IV.1.8) **Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)**

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2) **Administratívne informácie**

IV.2.2) **Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť**

Dátum: 21/12/2021

Miestny čas: 10:00

IV.2.3) **Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom**

IV.2.4) **Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:**

Slovenčina, Čeština

IV.2.6) **Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané**

Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.2.7) **Podmienky na otváranie ponúk**

Dátum: 21/12/2021

Miestny čas: 11:00

Miesto:

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke Otváranie ponúk, sledovať otváranie ponúk v reálnom čase bez nutnosti osobnej účasti. Komisionálne otváranie ponúk

sa uskutoční na adrese Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad 3. posch., zasadacia miestnosť.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) **Informácie o opakovaní obstarávania**

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) **Informácie o elektronickom riadení práce**

Použije sa elektronické objednávanie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

Použijú sa elektronické platby

VI.3) **Doplňujúce informácie:**

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

1. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk

3. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytnú

všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v

rozpore s § 20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle

www.elena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

7. Zábezpeka sa nevyžaduje.

8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 druhej vety ZVO sa rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií.

VI.4) **Postupy preskúmania**

VI.4.1) **Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) **Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**
18/11/2021