



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU

J. A. REIMANA PREŠOV



Príloha č. 6 súťažných podkladov – Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100

P.č.	Požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky:	Vlastný návrh na plnenie požiadaviek na predmet zákazky
1.	Upgrade s ponechaním röntgenovej lampy	ÁNO/Performix 160
2.	Upgrade SW vylepšenie s použitím Artificial Inteligencie na optimalizáciu kvality obrazu s najnižšou možnou dávkou radiácie pri každom individuálnom vyšetrení pacienta	ÁNO Artificial Inteligence
3.	SW vylepšenie vizualizácie pre stent a vyšetrovanú cievu s použitím až 4 markerov	ÁNO/Stent Viz
4.	SW vylepšenie pri vyšetrení ciev v oblasti bifurkáci s možnosťou restenóz	ÁNO/Stent Vessel Viz
5.	SW vylepšenie Dynamic Patient Contouring, ktoré zabraňuje kolízii detektora s telom pacienta a zabezpečuje zníženie radiačnej dávky až o 20% na základe mapovania kontúr tela pacienta	ÁNO/DPD CONTOURING
6.	SW vylepšenie umožňujúce regulovať radiačnú dávku počas celého vyšetrenia pacienta	ÁNO
7.	Dodanie veľkého zobrazovacieho monitora s možnosťou (zoomingu) približovania vyšetrovanej oblasti	ÁNO

M

Levoč
851 0

IČO:

Ing. Pavel

JE
ol. s.r.o.

6

konateľ spoločnosti

V Bratislave dňa 06.04.2022

Podpis: Ing. Pavel