

			4. časť - Glukomery a prúžky					
Príloha "H" technická špecifikácia					položka ponuky je totožná s opisom			
Por. č.	Skupina	CPV	Položka	MJ	Predpokladané množstvo	áno	nie	ak "nie", tu uveďte ekvivalent ponuky
1	Diagnostické prístroje	33124100-6	<b>Prúžky do glukomerov</b> založené na biosenzoroch na zmeranie glykémie v čerstvej kapilárnej krvi do 6 sekúnd, určené na jednorazové použitie. Balenie: 50 ks,	ks	190 000	áno		
2	Nástroje na meranie hlad	38422000-9	<b>Glukomer</b> s podsvieteným displejom, s veľkými, ľahko čitateľnými číslicami. Mo nastavenia 3 druhov alarmov, ako aj upozornenia na meranie hladiny cukru v krvi. Pamäť na posledných min 500 meraní s dátumom a časom. Výsledok merania: do 6 sekúnd Životnosť batérie: min. 1 000 meraní Hmotnosť: max. 150 g Rozsah merania: 1.1 - 33.3 mmol/L Autoštarter: Áno Dátum a čas: Áno Samonasávací technológia <b>Kompatibilné s dodanými testovacími prúžkami</b> <b>Množstvo: 100 kusov</b>	ks	150	áno		

Uchádzač:

K&M  
MEDIA  
s.r.o.  
Podzávoz  
2303, 022  
Sídlo: 01 Čadca

**K & M MEDIA s.r.o.**  
**Podzávoz 2303, 022 01 ČADCA**  
**IČO: 44 879 806**  
**IČ DPH: SK2022862534**

Ing. Roman Král, konateľ

V Čadci, dňa 12.04.2022