

Príloha "H" technická špecifikácia		4. časť - Glukomery a prúžky									
Por. č.	Skupina	CPV	Položka	MJ	Predpokladané množstvo	áno	nie	položka ponuky je totožná s opisom			ak "nie", tu uveďte ekvivalent ponuky
1	Diagnosticke prístroje	33124100-6	Prúžky do glukomerov založené na biosenzoch na zmeranie glykémie v čerstvej kapilárnej krvi do 6 sekúnd, určené na jednorazové použitie. Balenie: 50 ks,	ks	190 000	áno					
2	Nástroje na meranie hladiny	38422000-9	Glukomer s podsvieteným displejom, s veľkými, ľahko čitateľnými číslami. Možnosť nastavenia 3 druhov alarmov, ako aj upoznenky na meranie hladiny cukru v krvi. Pamäť na posledných min 500 meraní s dátumom a časom. Výsledok merania: do 6 sekúnd Životnosť batérie: min. 1 000 meraní Hmotnosť: max. 150 g Rozsah merania: 1,1 - 33,3 mmol/L Autoštarter: Áno Dátum a čas: Áno Samonasávací technológia Kompatibilné s dodanými testovacími prúžkami Množstvo: 100 kusov	ks	150	áno					

Uchádzač:

Perfect Distributio
n a.s. -
organizáč
a zložka
kočovce
244, 916
31,
kočovce

Perfect Distribution a.s. -
organizácia zložka
Kočovce 244, 916 31, kočovce
IČO: 47 719 160 IČD: 51.81.1
Tel.: +421 32 37 04 44
www.perfectdistribution.sk

-2-

V Kočovciach, 12.4.2022

Ing. Róbert Vecel, vedúci organizačnej zložky