



Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá:

obchodné meno: **Artspect spol. s r. o.**
sídlo: **Rybničná 40, 831 06 Bratislava**

dátum vypracovania ponuky: **23.8.2021**

47760265

IČO:

platca DPH:

áno

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **PRAKTIKA 2**

zariadenie:

názov: **L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy**

počet: **60 ks**

z toho opcia: **20 ks**

celok	časť	technický parameter	požadovaná hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy	Nemocničné lôžko	nosnosť lôžka	väčšie alebo rovné 200 kg	200 kg
		ložná plocha : výška	väčšie alebo rovné 38 cm	42 - 76 cm
		ložná plocha: šírka	väčšie alebo rovné 85 cm	90 cm
		ložná plocha: dĺžka	väčšie alebo rovné 200 cm	200 cm
		vonkajšie rozmery: dĺžka	max. 220 cm	218 cm
		vonkajšie rozmery: šírka s bočnicami	max. 105 cm	99,5 cm
		nastavenie výšky ložnej plochy	min. pohon: mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	mechanicky kľukovým mechanizmom
		3/4 kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane)	áno	áno
		podjazdnosť	min. 12 cm	12 cm
		dielna ložná plocha	4 diely	4-dielna
		vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prírodných trubíc, hadičiek a pod.	áno	áno
		polohovanie chrbtového dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	mechanicky kľukovým mechanizmom
		polohovanie stehenného dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	mechanicky kľukovým mechanizmom
		polohovanie lýtkového dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	mechanicky rastrom
		rozsah polohovania chrbtového dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0° - 60°	70°
		rozsah polohovania stehenného dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0° - 20°	34°
		rozsah polohovania lýtkového dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0° - 10°	20,5°
		priemer koliesok	min. 125 mm	150 mm
		centrálne brzdenie koliesok (min. 2 kolieska)	áno	áno, centrálna brzda všetkých koliesok
		čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno
		lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno
		farebné prevedenie lôžka	základná biela alebo sivá farba	sivá RAL9002
		rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	minimálne v rozsahu 30 cm	áno, 42 - 76 cm
		funkcia autoregresie	áno	áno
		pohon TR náklonu	min. mechanicky	áno, mechanicky
		pohon ATR náklonu	min. mechanicky	áno, mechanicky
	Doplnková výbava nemocničného lôžka	delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)	(2 bočnice na každej strane lôžka, dokopy štyri)	áno, 4 plastové delené
		pár bočných lŕst na drobné príslušenstvo	áno	áno
		set pevných bezpečnostných čiel a bočnic po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov	áno	áno
		celotelové fixačné pásy pre nezvládnuteľných pacientov	áno	áno
		držiačky na ráme lôžka pre uchytenie fixačných pásov	áno	áno
		hrazda + hrazdička	áno	áno
		farebné dekory lôžka	áno, na výber v rámci štandardnej ponuky výrobcu (min. 3 farby na výber)	áno
	Typ matraca II. pasívny antidekubitný matrac	typ matraca	pasívny antidekubitný matrac	áno
		rozmery matraca	rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno, 200x86 cm
		počet vrstiev matraca	min. 2 vrstvy	áno, 200x86 cm
		vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 14cm	áno, 14 cm
		justota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny)	min. 40 kg/m3	áno, 41 kg/m3 a 50 kg/m3
		počet anatomických zón matraca	min. 3	áno, 5
		stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton	ríziko vzniku dekubitu min. stupňa III	áno, III.
		nosnosť matraca	min. 180 kg	áno, 200 kg
		vodeodolnosť poľahu	min 200 cm	áno, 200 cm
		paropriepustnosť poľahu	min. 600 g/m2/24 h	áno, 800 g/m2/24 h
		ohňovzdornosť poľahu matraca	min. CRIB 5	áno, CRIB5
		jadro matraca so zníženou horľavosťou	áno	áno
		zips poľahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno
		profilácia matraca pre lepšie rozloženie tlaku	áno	áno
		poľah matraca	antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovaťelný čidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču	áno
	uka	záruka min. 24 mesiacov	áno	áno, 24 mesiacov
		záručný servis	áno	áno

	Zár	inštalácia, doprava	áno	áno
		komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno