





ponuku predkladá:		
obchodné meno:	INDUBIA s.r.o.	<div><div>dátum vypracovania ponuky: 23.08.2021</div><div></div><div></div><div>pečiatka a podpis</div></div>
sídlo:	Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, ČR	
IČO:	28111290	
platca DPH:	áno	
identifikácia ponúkaného zariadenia: lôžko VIGOROUS 14 S (90101204.S) + matrac JOSEPH PUR		

zariadenie:		
názov:	L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy	
počet:	60 ks	z toho opcia: 20 ks

celok	časť	technický parameter	požadovaná hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
L2 lôžko mechanické so zdvihom ložnej plochy	Nemocničné lôžko	nosnosť lôžka	väčšie alebo rovné 200 kg	210 kg
		ložná plocha : výška	väčšie alebo rovné 38 cm	39 cm
		ložná plocha: šírka	väčšie alebo rovné 85 cm	90 cm
		ložná plocha: dĺžka	väčšie alebo rovné 200 cm	200 cm
		vonkajšie rozмеры: dĺžka	max. 220 cm	218 cm
		vonkajšie rozмеры: šírka s bočnicami	max. 105 cm	104 cm
		nastavenie výšky ložnej plochy	min. pohon: mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	hydraulicky (pneumaticky)
		3/4 kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane)	áno	áno
		podjazdnosť	min. 12 cm	12 cm
		dielna ložná plocha	4 diely	4 diely
		vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prírodných trubíc, hadičiek a pod.	áno	áno
		polohovanie chrbtového dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	hydraulicky (pneumaticky)
		polohovanie stehenného dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	hydraulicky (pneumaticky)
		polohovanie lýtkového dielu	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky)	mechanicky
		rozsah polohovania chrbtového dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 60°	0°- 63°
		rozsah polohovania stehenného dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 20°	0°- 22°
		rozsah polohovania lýtkového dielu	v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 10°	0°- 25°
		priemer koliesok	min. 125 mm	150 mm
		centrálne brzdenie koliesok (min. 2 kolieska)	áno	áno (4 kolieska)
		čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno
		lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno
		farebné prevedenie lôžka	základná biela alebo sivá farba	základná farba biela
		rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	minimálne v rozsahu 30 cm	31 cm
		funkcia autoregresie	áno	áno
		pohon TR náklonu	min. mechanicky	mechanicky
		pohon ATR náklonu	min. mechanicky	mechanicky
	pasívny antidekubitný matrac	pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	áno
		predpríprava pre set pevných bezpečnostných čiel a bočnic po celej dĺžke lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov	áno	áno
		predpríprava pre celotelové fixačné pásy pre nezvládnuteľných pacientov	áno	áno
		držiačky na ráme lôžka pre uchytenie fixačných pásov	áno	áno
		hrazda + hrazdička	áno	áno
		farebné dekory lôžka	áno, na výber v rámci štandardnej ponuky výrobcu (min. 3 farby na výber)	12 farebných odtieňovna výbrer
		typ matraca	pasívny antidekubitný matrac	JOSEPH PUR
	pasívny antidekubitný matrac	rozмеры matraca	rozмеры zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	200 x 90 cm
		počet vrstiev matraca	min. 2 vrstvy	2 vrstvy
		vonkajšie rozмеры: Výška matraca	min. 14cm	14 cm
		justota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny)	min. 40 kg/m3	40 kg/m3
		počet anatomických zón matraca	min. 3	3 zóny
		stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton	riziko vzniku dekubitu min. stupňa III	III. stupeň
		nosnosť matraca	min. 180 kg	180 kg
		vodeodolnosť potahu	min 200 cm	200 cm
		paropriepustnosť potahu	min. 600 g/m2/24 h	600 g/m2/24 h
		ohňovzdornosť potahu matraca	min. CRIB 5	CRIB 5
		jadro matraca so zníženou horľavosťou	áno	áno

	Typ matraca II.	zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno
		profilácia matraca pre lepšie rozloženie tlaku	áno	áno
		poťah matraca	antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný čidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču	antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný čidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču
	Záruka	záruka min. 24 mesiacov	áno	áno
		záručný servis	áno	áno
		inštalácia, doprava	áno	áno
		komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno



Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ponuku predkladá:

obchodné meno:

INDUBIA s.r.o.

sídlo:

Milady Horákové 42/127, Hradčany, 160 00 Praha 6, ČR

IČO:

28111290

platca DPH:

áno

dátum vypracovania ponuky:

23.08.2021

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia:

STANDARD 302

zariadenie:

názov:

Nočný stolík k lôžku L2

počet:

60 ks

z toho opcia:

20 ks

celok	časť	technický parameter	požadovaná hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Nočný stolík k lôžku L2		obojsstranný kovový nočný stolík bez jedálenskej dosky	áno	áno
		farebné prevedenie – podľa dohody s objednávateľom	áno	áno
		minimálne jedna časť s možnosťou uzamknutia (zásuvka alebo dvierka)	áno	áno zásuvka
		vonkajšie rozmery (š x h x v)	max. 44 x 47 x 92 cm	41 x 41 x 82 cm
		vlastnosti nočného stolíka: pojazdný, obojsstranný, musí byť umývateľný a dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve	áno	áno
		povrchová úprava: so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškrabaniu	áno	áno
		sretácia zásuvky proti vypadnutiu	áno	áno
		byberateľné plastové vložky v zásuvke, ľahko čistiteľné	áno	áno
		kolieska	4x dvojité kolieska, 2x brzditeľné priemer min. 6,5 cm	4x dvojité kolieska, 2x brzditeľné priemer 7,5 cm
		materiál vrchnej časti	ABS plast	ABS plast
		miesto pre Pet fľašu vo vnútri stolíka	áno	áno
		priestor pre obuv v spodnej časti stolíka	áno	áno
	Záruka	záruka min. 24 mesiacov	áno	áno
		záručný servis	áno	áno
		inštalácia, doprava	áno	áno
		komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno