

Príloha č. E.1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky

Názov a adresa organizácie	Nemocnica s poliklinikou Prievidza s osídľom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnice 97201
Názov zákazky	„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

Časť a názov časti	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia)	
Časť č.3 EKG prístroj 12 zvodový	EKG prístroj 12-zvodový	ks	12	1 790	21 480	EKG prístroj 12-zvodový na mobilnom podvozku s príslušenstvom	požaduje sa
						12 zvodové pokojové EKG	požaduje sa
						interpretácia + rozmeranie	požaduje sa
						napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora	požaduje sa
						grafický farebný LCD displej s uhlopriečkou min 6"	požaduje sa
						úplná alfanumerická klávesnica	požaduje sa
						konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji	požaduje sa
						prednastavené profily manuál a automat	požaduje sa
						spätný záznam v režime printscreen	požaduje sa
						automatická detekcia a zaznamenanie arytmií	požaduje sa
						možnosť prehliadania min. 120 sec záznamu EKG	požaduje sa
						zmrazenie EKG krivky na obrazovke	požaduje sa
						detekcia kardiostimulátora	požaduje sa
						rozhranie pre pripojenie k PC	požaduje sa
						pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG	požaduje sa
						rychlosť posuvu 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s	požaduje sa
						prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter	požaduje sa
						záznam na termopapier - rolka min. šírka 210 mm, resp. skladaný papier A4	požaduje sa
						ochrana proti defibrilácii	požaduje sa
						automatická kontrola uvoľnených zvodov	požaduje sa
						možnosť zadania dát pacientov do protokolu EKG (vek, hmotnosť, výška, pohlavie)	požaduje sa
voľiteľná čítačka čiarových kódov pripojiteľná k portu USB na zariadení	požaduje sa						
EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud	požaduje sa						
export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) vo formáte PDF	požaduje sa						
možnosť prenosu EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI	požaduje sa						
Príslušenstvo:	-						
mobílň vozík s brzdenými kolieskami a s kĺbovým ramenom na EKG káble	požaduje sa						
elektrody (min. 1 balenie = 50 ks)	požaduje sa						
pacientské káble - min. 6 zvodové	požaduje sa						
EKG papier - min. 3 rolky	požaduje sa						
Cena celkom bez DPH				1 790	21 480	ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek:	
DPH				358	4 296	<ul style="list-style-type: none">• nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar;• dodanie tovaru do 90 dní od dňa dodadnutia účinnosti kúpnej zmluvy;• dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, uvedenia dodaného prístroja/zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy;• záruka min. 24 mesiacov.	
Cena celkom s DPH				2 148	25 776		

Spracoval:	Ľuboš Bučko
Dňa:	30.3.2022
Miesto:	Borovce

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1, č. 2 a č. 3, údaje v stĺpci č. 4 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

[illegible]