

Príloha č. E.1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky

Názov a adresa organizácie	Nemocnica s poliklinikou Prievidza susedí v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnice 97201
Názov zákazky	„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

Časť a názov časti	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia)	
Časť č.3 EKG prístroj 12 zvodový	EKG prístroj 12-zvodový	ks	12	2 515	30 180	EKG prístroj 12-zvodový na mobilnom podvozku s príslušenstvom	požaduje sa
						12 zvodové pokojové EKG	požaduje sa
						interpretácia + rozmeranie	požaduje sa
						napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora	požaduje sa
						grafický farebný LCD displej s uhlopriečkou min 6"	požaduje sa
						úplná alfanumerická klávesnica	požaduje sa
						konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji	požaduje sa
						prednastavené profily manuál a automat	požaduje sa
						spätňý záznam v režime printscreen	požaduje sa
						automatická detekcia a zaznamenanie arytmií	požaduje sa
						možnosť prehliadania min. 120 sec záznamu EKG	požaduje sa
						zmrazenie EKG krivky na obrazovke	požaduje sa
						detekcia kardiostimulátora	požaduje sa
						rozhranie pre pripojenie k PC	požaduje sa
						pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG	požaduje sa
						rýchlosť posuvu 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s	požaduje sa
						prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter	požaduje sa
						záznam na termopapier - rolka min. šírka 210 mm, resp. skladaný papier A4	požaduje sa
						ochrana proti defibrilácii	požaduje sa
						automatická kontrola uvoľnených zvodov	požaduje sa
						možnosť zadania dát pacientov do protokolu EKG (vek, hmotnosť, výška, pohlavie)	požaduje sa
						voľiteľná čítačka čiarových kódov pripojiteľná k portu USB na zariadení	požaduje sa
						EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud	požaduje sa
						export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) vo formáte PDF	požaduje sa
						možnosť prenosu EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI	požaduje sa
						Príslušenstvo:	-
mobilitný vozík s brzdami kolieskami a s kĺbovým ramenom na EKG káble	požaduje sa						
elektrody (min. 1 balenie = 50 ks)	požaduje sa						
pacientské káble - min. 6 zvodové	požaduje sa						
EKG papier - min. 3 rolky	požaduje sa						
Cena celkom bez DPH				2 515	30 180	Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar; • dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, uvedenia dodaného prístroja/zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy; • záruka min. 24 mesiacov.	
DPH				503	6 036		
Cena celkom s DPH				3 018	36 216		

Spracoval: Mgr. Martina Tománková

Dňa: 25.4.2022

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1, č. 2 a č. 3, údaje v stĺpci č. 4 vypíňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

<p>Uchádzať do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu</p> <p>(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"</p>	<p>Uchádzať do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1</p> <p>(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)</p>	<p>ŠUKL Kód zariadenia/ prístroja</p>	<p>POZNÁMKA</p> <p>(napr. dopĺňajúce informácie u uvedeným parametrom a pod.)</p>
<p>Požadovaný formát ponúkaných parametrov</p>	<p>1. TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre</p> <p>2.</p>	<p>3.</p>	<p>4.</p>
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 5/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 6/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 5/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 7/8	
áno/nie	áno	7" EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 5/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 6/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 5/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 Príručka operátora 2053535-030 Revízia D Pokojové EKG od strany 78	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 Príručka operátora 2053535-030 Revízia D Pokojové EKG od strany 78	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 strana original 6/8 strana preklad	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 strana 2 original a strana 6 preklad Režim plné zverejnenie Uložte si až 5 minút údajov 1 zvodu vo formáte PDF	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 Príručka operátora 2053535-030 Revízia D Pokojové EKG od strany 78	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 Príručka operátora 2053535-030 Revízia D strana 84 Záznam EKG u pacientov pacientov pacientov s kardiostimulátormi	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 2/6 strana preklad	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 3/7 strana preklad Úložisko	
áno/nie	áno	Kapacita úložiska interná pamäť na 100 alebo 200 EKG	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 6/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 3/7 strana preklad Spracovávanie	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 6/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 3/7 strana preklad Príslušenstvo defibrilácií odolné	
áno/nie	áno	KG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 2/6 strana prekladPoradca pripojenia poskytuje vizuálnu indikáciu kvality signálu	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 5/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 6/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1544503 strana 7/8	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 2/6 strana preklad	
áno/nie	áno	EKG prístroj MAC2000 DOC1303761 Rev 9 Komunikácia strana original 2/6 strana preklad	
áno/nie	áno	Clinical accessories MAC2000 JB65724XE	
áno/nie	áno	Clinical accessories MAC2000 JB65724XE	
áno/nie	áno	Clinical accessories MAC2000 JB65724XE	
áno/nie	áno	Clinical accessories MAC2000 JB65724XE	