Príloha č. E.1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky

Názov a adresa organizácie	Nemocnica s poliklinikou Prievidza sosídlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnice 97201
Názov zákazky	„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie" - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie" - Diagnostické a terapeutické prístroje I.

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1, č. 2 a č. 3, údaje v stĺpci č. 4 vypĺňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĹŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

								Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke **parametre ponúkaného produktu** (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke **presný názov predloženého dokladu,** v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného	**ŠUKL Kód zariadenia/ prístroja**	**POZNÁMKA** (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Časť a názov časti	**Názov výdavku**	**Merná jednotka**	**Množstvo**	**Jednotková cena bez DPH**	**Výdavky celkovo bez DPH**		**Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia)**	**Požadovaný formát ponúkaných parametrov**	**1.** TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre	**2.**	**3.**	**4.**
Časť č.3 EKG prístroj 12 zvodový	EKG prístroj 12-zvodový	ks	12	1 820	21 840	EKG prístroj 12-zvodový na mobilnom podvozku s príslušenstvom	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						12 zvodové pokojové EKG	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						interpretácia + rozmeranie	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						grafický farebný LCD displej s uhlopriečkou min 6"	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						úplná alfanumerická klávesnica	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						prednastavené profily manuál a automat	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						spätný záznam v režime printscreen	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						automatická detekcia a zaznamenanie arytmií	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						možnosť prehliadania min. 120 sec záznamu EKG	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						zmrazenie EKG krivky na obrazovke	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						detekcia kardiostimulátora	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						rozhranie pre pripojenie k PC	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						rýchlosť posuvu 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						záznam na termopapier - rolka min. šírka 210 mm, resp. skladaný papier A4	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						ochrana proti defibrilácii	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						automatická kontrola uvoľnených zvodov	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						možnosť zadania dát pacientov do protokolu EKG (vek, hmotnosť, výška, pohlavie)	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						voliteľná čítačka čiarových kódov pripojlteľná k portu USB na zariadení	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) vo formáte PDF	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						možnosť prenosu EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						Príslušenstvo:	-		áno	produktový list		
						mobilný vozík s brzdenými kolieskami a s kĺbovým ramenom na EKG káble	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						elektródy (min. 1 balenie = 50 ks)	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						pacientské káble - min. 6 zvodové	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		
						EKG papier - min. 3 rolky	požaduje sa	áno/nie	áno	produktový list		

Cena celkom bez DPH	1 820	21 840	Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar; • dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, uvedenia dodaného prístroja/zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy; • záruka min. 24 mesiacov.
DPH	364	4 368	
Cena celkom s DPH	2 184	26 208	

Spracoval: Mgr. Dominik Iván

Dňa: 25.4.2022

Miesto: Bratislava

Podpis a otlačok pečiatky:

[redacted]