

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Spotrebný materiál do laboratórií

Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 18.07.2022 14:49:38

Zverejnené: 19.07.2022 11:36:26

Otázka č. 1:

Časť B.1 SP Opis predmetu zákazky, tabuľka – položka číslo 680: Znenie: „senzorická doska, meranie atmosférického tlaku a teploty, rozsah merania 300-1100 hPa, rozlíšenie 300-1100 hPa, komunikačné rozhranie RS-485, s rozmermi dĺžka 100mm a šírka 42mm“.

Otázka: Mohli by ste vysvetliť alebo inak špecifikovať požadovaný parameter rozlíšenia pre senzorickú dosku pre meranie atmosférického tlaku a teploty? S akým minimálnym krokom (minimálnym rozlíšením) senzorickú dosku požadujete v stanovenom meracom rozsahu?

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ na základe otázky záujemcu identifikoval v položkách č. 680, 681, 688, 689 a 696 priestor na dodatočné upresnenie minimálnej požadovanej špecifikácie predmetu zákazky tak, aby eliminoval potenciálne nezrovnalosti a nejasnosti pri príprave ponúk uchádzačmi. V uvedenom kontexte pristúpil k drobným úpravám špecifikácií pri predmetných položkách.

Verejný obstarávateľ súčasne v profile zverejňuje opravené prílohy Súťažných podkladov, ktoré zohľadňujú zrealizované zmeny:

- Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritéria - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - OPR II.
- Príloha č. 2 SP Špecifikácia navrhovaného plnenia uchádzača - OPR II.
- Časť B.1 SP – Opis predmetu zákazky - OPR II.

Pri príprave ponuky žiadame uchádzačov, aby použili uvedené opravené formuláre. Všetky zmeny sú farebne zvýraznené v dokumente "Časť B.1 SP – Opis predmetu zákazky - OPR II."

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zmenu v Opise predmetu zákazky, ktorá nemá podstatný vplyv na prípravu ponuky uchádzačmi, verejný obstarávateľ **nepristupuje** k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 12.07.2022 12:51:10

Zverejnené: 12.07.2022 13:56:32

Otázka č.1:

Poprosím o vysvetlenie k počtu požadovaných kusov Aku: Li-Ion, 7.3V, 2750mAh, vodiče (položka 376.). Tento tovar je možné dodať len v celých násobkoch kusov.

Odpoveď na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje za chybu v písaní. Pri položke č. 376 "**Aku: Li-Ion; 7,3V; 2750mAh; vodiče**" má byť uvedený správny údaj v stĺpci "Predpokladané množstvo (ks)" nasledovný: **11**

Verejný obstarávateľ súčasne v profile zverejňuje opravené prílohy Súťažných podkladov:

- Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritéria – POLOŽKOVÝ ROZPOČET - OPR
- Príloha č. 2 SP Špecifikácia navrhovaného plnenia uchádzača - OPR
- Časť B.1 SP – Opis predmetu zákazky - OPR

Pri príprave ponuky žiadame uchádzačov, aby použili uverdené opravené formuláre. Jediná zmena vo formulároch reflektuje vyššie uvedenú odpoveď na otázku uchádzača č. 1.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zmenu v Opise predmetu zákazky, ktorá nemá podstatný vplyv na prípravu ponuky uchádzačmi, verejný obstarávateľ **nepristupuje** k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.