

Príloha č. E.1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky

| | |
|----------------------------|--|
| Názov a adresa organizácie | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnice 97201 |
| Názov zákazky | „Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Vybavenie lôžkami a operačnou technikou |

„Vybudovanie nového urgentného príjmu – prvotné vybavenie“ - Vybavenie lôžkami a operačnou technikou

| Časť a názov časti | Názov výdajku | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Výdajky celkovo bez DPH | | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia) | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|---|--|----|---|------------|-------------|---|-------------|
| Nemocničné lôžko výškovo nastaviteľné a polohovateľné | | ks | 6 | 1 582,00 € | 9 492,00 € | 2.Vonkajšie rozmery lôžka | max. 220 x 99,5 cm | | | | | | |
| | | | | | | 3.Rozmery ložnej plochy | min. 200 x 90 cm | | | | | | |
| | | | | | | 4.Delená ložná plocha z plastových dielov | minimálne 4 dielna | | | | | | |
| | | | | | | 5.Polohovanie chrbtového a stehenného dielu a polohovanie do antitrendelenburg/trendelenburg polohy | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 6.Výškové nastavenie ložnej plochy | min. rozsah od 42 cm do 75 cm | | | | | | |
| | | | | | | 7.Sklon chrbtového dielu | minimálne do 70° | | | | | | |
| | | | | | | 8.Sklon stehenného dielu | minimálne do 34° | | | | | | |
| | | | | | | 9.Sklon Trendelenburg/Antitrendelenburg | minimálne +/- 12° | | | | | | |
| | | | | | | 10.Ovládanie sklonov lôžka - bez nutnosti manuálneho zdvíhania dielov - pákový mechanizmus alebo hydraulicky alebo elektricky | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 11.Automatické predĺženie (odsunutie) chrbtového a stehenného dielu pri polohovaní, ako ochrana proti strižným silám na kôžu pacienta - predchádzanie dekubitom polohovaním | aspoň o 10 cm chrbtový diel a 6 cm stehenný diel | | | | | | |
| | | | | | | 12.Kompatibilné lôžko s matraci o výške | minimálne do 16 cm | | | | | | |
| | | | | | | 13.Nosnosť lôžka | min. 200 kg | | | | | | |
| | | | | | | 14.Sklonné bočnice lôžka v min. 3/4 dĺžke lôžka, sklópne popri lôžku bez zasahovania do priestoru | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 15.Čelá lôžka z tvrdného plastu s farebným prevedením podľa požiadavky | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 16.Dorazové kolieska v rohoch lôžka | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 17.Zabudované kofajnice po stranách lôžka pre uchytienie príslušenstva | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | Nočný stolík k lôžku | | ks | 6 | 320,00 € | 1 920,00 € | 18.Nožné ovládače kolies: zabrzdenie lôžka, uvoľnenie kolies pre pohyb do všetkých smerov a uvoľnenie kolies pre priamy pohyb, počas presunu pacienta po nemocnici, t.j. min. 3 funkcie | požaduje sa |
| 2.Vonkajšie rozmery stolíka (výška x šírka x hĺbka) | max. 92,5 x 52,5 x 50 cm | | | | | | | | | | | | |
| 3.Horná zásuvka, výsuvateľná do oboch strán | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 4.Spodná skrinka s veľkým odkladacím priestorom - s výškou min. 35 cm. | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 5.Konštrukcia stolíka z pozinkovaného farebného plechu | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 6.Steny dvierok skrinky a zásuvky z HPL materiálu s farebným odtiekom podľa RAL | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 7.Podvozok zo 4 koliesok o priemere 75 mm s 2 brzdami kolieskami | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| Sprchovacie lôžko | | ks | 1 | 2 364,00 € | 2 364,00 € | 8.Voľný priestor medzi hornou zásuvkou a spodnou skrinkou o výške min. 25 cm, prístupné z oboch strán stolíka | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 9.Stolík po bokoch vybavený integrovaným držiakom pre časopisy, fľaše s vodou a pod. | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 10.Horná polica nad zásuvkou s vysunutými bočnicami, a súčasne polica s mierne zvýšenými okrajmi - ochrana proti pádu predmetov z police na zem | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 2.Hydraulicky ovládané výškovo nastaviteľné sprchovacie lôžko | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 3.Prevedenie - z farebneupopráškovanou kovovou konštrukciou | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 4.Integrovaná flexibilná odtoková hadica v nožnej časti | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 5.Plastové prekrytie podvozku | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 6.Penová vaňa pre pacienta s klinovým podhlavníkom z mäkkej peny | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 7.So 4 brzdami koliesok | priemer koliesok min. 125 mm | | | | | | |
| | | | | | | 8.Odklopné bočnice lôžka - ochrana proti pádu pacienta počas prevozu | požaduje sa | | | | | | |
| Časť č.1 Vybavenie lôžkami a príslušenstvom | | ks | 3 | 4 255,00 € | 12 765,00 € | 9.Hydraulická nožná páka pre zdvih ložnej plochy | min. od 50 do 90 cm | | | | | | |
| | | | | | | 10.Nosnosť lôžka | min. 175 kg | | | | | | |
| | | | | | | 11.Vonkajšie rozmery | max. 210 x 80 cm | | | | | | |
| | | | | | | 12.Rozmery ložnej plochy - sprchovacej matrace | min. 180 x 60 cm | | | | | | |
| | | | | | | 2.Minimálny rozsah zdvihu ložnej plochy | min. 60 - 89 cm | | | | | | |
| | | | | | | 3.Uhol nastavenia Trendelenburgovej polohy | min. 12° | | | | | | |
| | | | | | | 4.Uhol nastavenia Antitrendelenburgovej polohy | min. 12° | | | | | | |
| | | | | | | 5.Uhol nastavenia chrbtového dielu | min. 70° | | | | | | |
| | | | | | | 6.Výška bočnic nad ložnou plochou bez matraca | min. 25 cm | | | | | | |
| | | | | | | 7.Kolieska pojazďové priemer | min. 180 mm | | | | | | |
| | | | | | | 8.Minimálne bezpečné pracovné zaťaženie lehátka | min. 230 kg | | | | | | |
| | | | | | | 9.Dĺžka ložnej plochy | v rozmedzí 190 - 205 cm | | | | | | |
| | | | | | | 10.Šírka ložnej plochy | v rozmedzí 65 - 72 cm | | | | | | |
| | | | | | | 11.Maximálna dĺžka lôžka | max.211 cm | | | | | | |
| | | | | | | 12.Šírka lôžka vrátane bočnic | max.80 cm | | | | | | |
| | | | | | | 13.Pevná a stabilná konštrukcia lôžka | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 14.Delená ložná plocha | min. 2 | | | | | | |
| | | | | | | 15.RTG ložná plocha | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | 16.Možnosť plynuleho snímkovania ložnej plochy C-ramenom | požaduje sa | | | | | | |
| | | | | | | Transportné RTG transparentné lôžko | | ks | 3 | 4 255,00 € | 12 765,00 € | 17.Hydraulické nastavenie výšky pomocou nožných pedálov umiestnených na oboch stranách | požaduje sa |
| | | | | | | | | | | | | 18.Plynulé polohovanie chrbtovej časti pomocou pneumatických piestov | požaduje sa |
| 19.Standardné ovládanie TR polohy pomocou nožných pedálov | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 20.Sklonné bočnice so sklápaním smerom k hlave, nepresahujúce v žiadnej polohe obrys lehátka | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |
| 21.Sklonné madlo pre ovládanie na obochvoch čelách lôžka | požaduje sa | | | | | | | | | | | | |

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1, č. 2 a č. 3, údaje v stĺpci č. 4 vyplní ak je to relevant

uchádzačom ponúkaný produkt musí **SPLŇAŤ** všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

| Úchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | Úchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, (napr. názov katalogu, produktového listu, | SUKL Kód zariadenia/ prístroja | POZNÁMKA |
|---|---|-----------------------------------|----------|
| (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so 1. | (napr. názov katalogu, produktového listu, | | |
| Požadovaný formát ponúkaných parametrov | TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre | | |
| uvedte parameter | 218x99,5 cm | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 200x90 cm | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | a z vyberateľných plastových | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 39 - 76 cm | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 70" | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 35" | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 15" | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | dvojitá autoregresia Ergoframe(10+6 cm) | Návod na obsluhu Eleganza 1 | P 96667 |
| uvedte parameter | 16 cm | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 250 kg | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza 1 | |
| uvedte parameter | 88,5x51,5x50 cm | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Eleganza Classic | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| uvedte parameter | 125 mm, 4 s brzdou | Produktový list | |
| áno/nie | ÁNO | Produktový list | |
| uvedte parameter | 50-90 cm | Produktový list | |
| uvedte parameter | 180 kg | Produktový list | |
| uvedte parameter | 210x80 cm | Produktový list | |
| uvedte parameter | 195x60 cm | Produktový list | |
| uvedte parameter | 56-89 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 18" | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 18" | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 90" | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 35 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 200 mm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 320 kg | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 193 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 66 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 211 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 76 cm | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| uvedte parameter | 2-dielna | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | P 99181 |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |
| áno/nie | ÁNO | Návod na obsluhu Sprint 100 | |

