



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

Naša značka
31384-MST/ŽoN2

Vybavuje
Ing. Chachula

Ružomberok
05.08.2022

Vec

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Na základe vyhlásenej súťaže:

predmet zákazky: **Zobrazovacia technika**

číslo oznámenia: 31384-MST

vvo: 152/2022

zo dňa: 07.07.2022

a obrdžanej žiadosti o nápravu zo dňa 02.08.2022 podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ **Vašu žiadosť o nápravu**

v bode 1, 2 navrhovanom znení a v súlade s § 165 ods. 3 písm. b) ZVO zamietla.

v bode 3 navrhovanom znení v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO prijíma.

Odôvodnenie:

k bodu 1 žiadosti o nápravu)

Technický parameter: **Axiálna rotácia röntgenky min. - 30° až +90°**

Verejný obstarávateľ konštatuje, že trvá na definovanom parametri: **Axiálna rotácia röntgenky min. - 30° až +90°** a to z dôvodu, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť pri projekciách polohovateľných pacientov dostatočnú rotáciu röntgenky a to aj v situáciách, kedy projekcie nie sú realizované úplne kolmo voči lôžku pacienta.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ trvá na definovanom technickom parametri a žiadosť o nápravu v bode 1) v súlade s § 165 ods. 3 písm. b) ZVO zamietla.

k bodu 2 žiadosti o nápravu)

Obstarávateľ nikde nepožaduje najdôležitejší parameter detektora typ senzoru. Používa sa Single substrate amorphous silicon active TFT/diode array a scintilátor na báze CsI alebo na báze GOS (Gadolinium oxysulfide). Obvykle sa pre humánnu medicínu až 100% používa scintilátor na báze CsI, ktorý má násobne väčšiu účinnosť prevodu DQE a garantuje niekoľko násobne nižšiu dávku pre pacienta. Scintilátor na báze **GOS (Gadolinium oxysulfide) nevie splniť požiadavky Príloha č. 1 bod A (2) k vyhlášky č. 101/2018 Z. z. dodržania DRÚ** (diagnostickú referenčnú úroveň) a nebudete môcť používať takýto detektor a prístroj.

Prosíme Vás jasne definovať požiadavku nasledovne:

Detektora typ scintilátoru na báze CsI.



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

Verejný obstarávateľ konštatuje, že bude akceptovať každý produkt, ktorý spĺňa požiadavky vyhlášky č. 101/2018 Z.z. podľa aktuálneho znenia pre ploché detektory mobilných RTG prístrojov

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nebude dopĺňať technických parameter a žiadosť o nápravu v bode 2) v súlade s § 165 ods. 3 písm. b) ZVO zamietá.

k bodu 3 žiadosti o nápravu)

Technický parameter: **Povrch detektora antibakteriálny podľa SIAA ISO22196 KOHKIN alebo ekvivalentnej normy**

Verejný obstarávateľ na základe uvedenej informácie prehodnotil uvedený technický parameter a oznamuje, že technický parameter upravuje nasledovne

„ Povrch detektora antibakteriálny na báze striebra podľa normy ISO 22196:2011 alebo ekvivalent“

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ prijíma žiadosť o nápravu v bode 3) a v súlade § 165 ods. 1 písm. a) ZVO vykoná úpravu prílohy č. 6 súťažných podkladov. Upravené znenie prílohy č. 5 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnená v profile verejného obstarávateľa.

S pozdravom

Ing. Martin Chachula
osoba zodpovedná za VO