

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Laboratórne prístroje a vybavenie

Obstarávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 19.10.2022 11:15:27

Zverejnené: 20.10.2022 13:30:48

Prosím o odpoveď na otázku k časti 6 - homogenizátor na lýzu buniek -1ks.

V prílohe B.1. Opis predmetu zákazky: Je zadaná požiadavka, kde všetky povrchy prístroja majú byť odolné voči chemikáliám. Prosím trváte na tomto parametri? Nakoľko, podľa odporúčaní výrobcu treba na čistenie prístroja používať originálny čistiaci prostriedok. Bielidlá, rozpúšťadlá, kyseliny, alkalické alebo abrazívne činidlá môžu poškodiť povrch a spôsobiť koróziu kovových častí alebo popraskanie prehľadného veka dómu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v časti 6 zákazky netrvá na parametri „všetky povrchy prístroja odolné voči chemikáliám“. Na základe uvedeného upravujeme súťažné podklady časť B.1 Opis predmetu zákazky vzťahujúcu sa k časti 6 zákazky s názvom „Laboratórne prístroje a vybavenie“ č. 449414 a odstraňujeme požiadavku na parameter „všetky povrchy prístroja odolné voči chemikáliám“. Verejný obstarávateľ pre vysvetlenie uvádza, že z dôvodu zachovania záruky bude pri manipulácii so zariadením a jeho čistení postupovať v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia.