

Vysvetľovanie

Názov zákazky: BIOVID – laboratórne prístroje a vybavenie.

Obstarávateľ: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 20.01.2023 13:51:30

Zverejnené: 23.01.2023 05:32:59

Otázka:

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie Opisu predmetu zákazky, konkrétne:

ČASŤ 13: Stolička laboratórna 10 ks. Otázka: Na základe uvedených parametrov VO požaduje jednu konkrétnu stoličku s modelovým názvom Medisit, ktorá sa už aktuálne nevyrába (vyjadrenie výrobcu) a iná stolička spĺňajúca požadované parametre nie je momentálne na trhu dostupná.

Akceptuje VO stoličku s parametrami:

- Laboratórna stolička pojazdna s čaluneným kruhovým sedadlom (minimálne priemer 410 mm) – **s priemerom do 400 mm**

- naklápacie operadlo výškovo nastaviteľné – **výškovo nastaviteľné operadlo bez naklápania**
- výškovo nastaviteľné sedadlo od 440 mm do 570 mm – **výškovo nastaviteľné sedadlo – áno (bez uvedenia rozsahu)**

V prípade, že VO trvá na svojich požiadavkách, žiadame o vysvetlenie na základe čoho boli stanovené jednotlivé hodnoty parametrov (výška, šírka sedadla, naklápanie, výškové rozpätie atď.), nakoľko ekvivalentné laboratórne stoličky, ktoré síce nespĺňajú požadované parametre plne vyhovujú a spĺňajú funkčnosť a účelnosť využitia laboratórnej stoličky.

Odpoveď k otázke:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať stoličku s horeuvedenými parametrami.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/predložených dokladov, dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade § 42 ods. 3 zákona o VO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018). Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím/ plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 09.01.2023 15:29:53

Zverejnené: 18.01.2023 08:41:08

Otázka:

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie Opisu predmetu zákazky, konkrétne: ČASŤ 1: Membránová výveva 2 ks. Otázka: VO požaduje na základe uvedených parametrov vývevu, ktorá je aktuálne nahradená iným modelom. Konkrétne sa jedná o model LABOPORT® N 96 - 322806/000000. Táto náhrada však nemá identické parametre. Bude VO akceptovať uvedený model pri rýchlosti čerpania 7 l/min.? https://knf.com/fileadmin/Global_files/Downloads/Product_Lab/Datasheets/KNF_N_96_Datasheet_EN.pdf

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať model uvedený na webovom linku https://knf.com/fileadmin/Global_files/Downloads/Product_Lab/Datasheets/KNF_N_96_Datasheet_EN.pdf.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/predložených dokladov, dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade § 42 ods. 3 zákona o VO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018). Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím/ plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.